



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΤΗΛ: 210 – 4592593  
Fax: 210 - 4592597

Αριθμ. Πρωτ.: 14538

Πειραιάς: 07-11-2022

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών  
( Επανάληψη της Ανάρτησης με αρ. πρωτ. 9185 / 12-07-2022 για το είδος Σετ σπόγγων και Δοχεία  
συλλογής εκκρίσεων με αριθμό Εντολής 1655 )

#### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	10 / 11/ 22
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

## ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

### Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

### ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές )**.

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας [bargiataki@tzaneio.gr](mailto:bargiataki@tzaneio.gr) . Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

<b>1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄</b>
<b>2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄</b>
<b>3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄</b>
<b>4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄</b>

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.tzaneio.gr](http://www.tzaneio.gr)).

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )

<b>Α.Ε.</b>	<b>ΑΔΑ</b>	<b>Προϋπολογισμός</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΤΕΜΑΧΙΑ</b>	<b>ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b>
1655	6Ζ9Υ46906Κ – 2ΤΙ	3.900,00 € πλέον ΦΠΑ	ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	60 τμχ.	ΤΜΗΜΑ : Γ΄ ΧΕΙΡ/ΚΗ	ΤΜΗΜΑ : Γ΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 210-4592000 ( κα Κωνσταντιδέλη Μαρία , Προϊσταμένη γ΄ χειρουργικής )  Σημείωση : Επανάληψη ανάρτησης με αριθμό πρωτοκόλλου 9185 / 12-07-2022 , σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής 31-10-2022
		3.750,00 € πλέον ΦΠΑ	ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΜΙΚΡΟ ( SMALL ) ΜΕ ΣΠΟΓΓΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	50 τμχ.		
		3.400,00 € πλέον ΦΠΑ	ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΜΕΣΑΙΟ ( MEDIUM ) ΜΕ ΣΠΟΓΓΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	40 τμχ.		
		3.800,00 € πλέον ΦΠΑ	ΣΕΤ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΜΕΣΑΙΟ ( LARGE ) ΜΕ ΣΠΟΓΓΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	40 τμχ.		

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** - Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

### ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
- δωροδοκία
- απάτη
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
- Είναι φορολογικά ενήμερος
- Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός **ΕΟΦ**
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**

6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
  
7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '**  
**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ</b>	<b>GMDN</b>	<b>ΕΟΦ</b>

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ´

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- **Δοχείο περισυλλογής εκκρινμάτων 800ml** , στο σετ να περιλαμβάνονται η φιάλη με διαγράμμιση των ml , να υπάρχει σταθεροποιητής ώστε τα εκκρίματα να γίνονται σε μορφή γέλης και φίλτρο διαφυγής των βακτηρίων .
- **Σετ σπόγγου small** , στο σετ να περιλαμβάνονται , απορροφητικός σπόγγος πολουρεθάνης διαστάσεων **10εκ. x 8εκ. x 3εκ.** , διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα , συνδετικό προσαρμογής , καπάκι για την αποφυγή των εκκρινμάτων κατά τη διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο soft port , ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς .
- **Σετ σπόγγου medium** , στο σετ να περιλαμβάνονται , απορροφητικός σπόγγος πολουρεθάνης διαστάσεων **20εκ. x 12,5εκ. x 3εκ.** , διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα , συνδετικό προσαρμογής , καπάκι για την αποφυγή των εκκρινμάτων κατά τη διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο soft port , ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς .
- **Σετ σπόγγου large** , στο σετ να περιλαμβάνονται , απορροφητικός σπόγγος πολουρεθάνης διαστάσεων **25εκ. x 15εκ. x 3εκ.** , διαφανή αυτοκόλλητα επιθέματα , συνδετικό προσαρμογής , καπάκι για την αποφυγή των εκκρινμάτων κατά τη διάρκεια της αλλαγής του σπόγγου και καθετήρας παροχέτευσης εύκαμπτος από σιλικόνη με άκρο soft port , ώστε η αρνητική πίεση να συνεχίζει να εφαρμόζεται ακόμη και αν ο καθετήρας διπλωθεί ή ασκηθεί επάνω του πίεση από το σώμα του ασθενούς .
- **Y – Connector** για την σύνδεση με τους σπόγγους σε δύο πληγές .

#### Προδιαγραφές μηχανήματος

- Δυνατότητα ελέγχου του επιπέδου της αεροστεγής στεγάνωσης του τραύματος
- Δυνατότητα εκτός από σύνδεσης με ρεύμα και αυτονομία 24 ωρών εκτός ρεύματος
- Δυνατότητα κλειδώματος του μενού
- Δυνατότητα ημερολογίου αλλαγών
- Δυνατότητα συνεχόμενης πίεσης από ( -25 έως -200mmHg ) εναλλακτικής πίεσης όχι μόνο από ( 0 έως -200mmHg ) αλλά και από οποιαδήποτε επιθυμητή .