



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθμ. Πρωτ :1784

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Πειραιάς:07 -02-2023

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ: 210 – 4592576

Fax: 210 - 4592597

e-mail:mprom3@tzaneio.gov.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΤΟ E-MAIL ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΕΙΝΑΙ:
mprom3@tzaneio.gov.gr

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΤΩΤ 1609-ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕ ΑΡ.20/09-01-2023)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	07-02-2023
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α' / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ** (**Τεχνικές προδιαγραφές**).
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom3@tzaneio.gov.gr**.
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος, παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr) στη διαδρομή προμήθειες- μικροπρομήθειες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

A/E	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
20 /09-01-2023	ΨΦΗΥ46906Κ-NTI	ΥΛ001220-ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΟ SET ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.	30 TEM	2.100,00 €	ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΜΠΕΛΛΟΥ ΤΗλ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592801

* ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.
3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
4. Γλώσσα: **Ελληνική**
5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
7. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ:20/09-01-2023

A/A	Προδιαγραφές
1	<p>Θήκη Υστεροσκοπήσεων για οπτική 30° διαμέτρου 2,9mm με κανάλι εργαλείων 5Fr, μίας χρήσης:</p> <p>Αποστειρωμένη θήκη υστεροσκόπησης μίας χρήσης, τύπου Gynko. Διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none">- Θήκη υστεροσκοπίου κατασκευασμένη από medical grade πολυουρεθάνη με μέσο πάχος τοιχώματος 0.07mm.- Διάμετρο 3mm και ακόμα και σε περιπτώσεις χρήσης ημι-εύκαμπτων εργαλείων η διάμετρος του παραμένει μικρότερη των 4mm.- Το τμήμα της θήκης προς τη μεριά του υστεροσκοπίου είναι κατασκευασμένο από medical grade PVC, με θύρα πλύσης (Luer-lock)και θύρα εισόδου ημι-εύκαμπτων εργαλείων με ενσωματωμένη τάπα στεγανοποίησης για την αποφυγή διαρροών (anti-reflux).- Διαθέτει σύστημα σύνδεσης με υστεροσκόπια τύπου Storz. <p>- Φακό εξαιρετικής ποιότητας στο άκρο, κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας PET με διάμετρο 3mm, για απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας και χωρίς παραμορφώσεις.</p> <p>- Διαθέτει κανάλι εργασίας εργαλείων 5Fr.</p> <p>- Το κανάλι εργασίας είναι το ίδιο με το κανάλι πλύσης και είναι εύκαμπτο ώστε να αλλάζει η διάμετρος του ανάλογα με τη χρήση ή μη ημιεύκαμπτου εργαλείου.</p> <p>- Το κανάλι της οπτικής είναι απολύτως σφραγισμένο και στεγανό, ώστε η οπτική να μην έρχεται ποτέ σε επαφή με τον ιστό και να παραμένει αποστειρωμένη.</p> <p>- Συνδέεται με οπτική διαμέτρου 2,9mm και γωνία οράσεως 30°.</p> <p>- Στην αποστειρωμένη συσκευασία περιλαμβάνεται προστατευτικός σωλήνας της θήκης υστεροσκόπησης κατασκευασμένος από σκληρό, διαφανές PVC για προστασία του εργαλείου</p>

	<p>Θήκη Υστεροσκοπήσεων για οπτική 30° διαμέτρου 2,9mm με κανάλι εργαλείων 7Fr, μίας χρήσης:</p> <p>Αποστειρωμένη θήκη υστεροσκόπησης μίας χρήσης, τύπου Gynko. Διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Θήκη υστεροσκοπίου κατασκευασμένη από medical grade πολυουρεθάνη με μέσο πάχος τοιχώματος 0.07mm. - Διάμετρο 3mm και ακόμα και σε περιπτώσεις χρήσης ημι-εύκαμπτων εργαλείων η διάμετρος του παραμένει μικρότερη των 4mm. - Το τμήμα της θήκης προς τη μεριά του υστεροσκοπίου είναι κατασκευασμένο από medical grade PVC, με θύρα πλύσης (Luer-lock) και θύρα εισόδου ημι-εύκαμπτων εργαλείων με ενσωματωμένη τάπα στεγανοποίησης για την αποφυγή διαρροών (anti-reflux). - Διαθέτει σύστημα σύνδεσης με υστεροσκόπια τύπου Storz. <p>2 - Φακό εξαιρετικής ποιότητας στο άκρο, κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας PET με διάμετρο 3mm, για απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας και χωρίς παραμορφώσεις.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Διαθέτει κανάλι εργασίας εργαλείων 7Fr. - Το κανάλι εργασίας είναι το ίδιο με το κανάλι πλύσης και είναι εύκαμπτο ώστε να αλλάζει η διάμετρος του ανάλογα με τη χρήση ή μη ημιεύκαμπτου εργαλείου. - Το κανάλι της οπτικής είναι απολύτως σφραγισμένο και στεγανό, ώστε η οπτική να μην έρχεται ποτέ σε επαφή με τον ιστό και να παραμένει αποστειρωμένη. - Συνδέεται με οπτική διαμέτρου 2,9mm και γωνία οράσεως 30°. - Στην αποστειρωμένη συσκευασία περιλαμβάνεται προστατευτικός σωλήνας της θήκης υστεροσκόπησης κατασκευασμένος από σκληρό, διαφανές PVC για προστασία του εργαλείου
--	--