



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 – 4592156
Fax: 210 - 4592597
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 6302

Πειραιάς: 04-05-2023

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ EMAIL ΑΛΛΑΞΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ mprom1@tzaneio.gov.gr

Δημόσια ανοικτή διαδικασία
συλλογής προσφορών υλικών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	09-05-2023
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια **υλικών** με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

A/E	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
693/19-01-2023	9ΔΖΓ46906Κ-7ΡΖ	24010019 - ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	5 ΤΕΜ	650,00 €	ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ	Κα ΛΑΧΑΝΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592453
		24010032 - ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	5 ΤΕΜ	500,00 €		
		24021012 - ΓΥΑΛΙΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	5 ΤΕΜ	1.250,00 €		
87/09-01-2023	6ΔΞΧ46906Κ-Ω6Ψ	24010032 - ΚΑΠΕΛΑ (ΣΚΟΥΦΟΙ) ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	2 ΤΕΜ	240,00 €	ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ	Κα. ΚΟΛΟΒΟΥ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592626

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ EMAIL ΑΛΛΑΞΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ mprom1@tzaneio.gov.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.
3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
4. Γλώσσα: **Ελληνική**
5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ´
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ '
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ 693/19-01-2023

Ο εξοπλισμός ακτινοπροστασίας αποτελείται από:

- 1. Γυαλιά ακτινοπροστασίας.**
- 2. Κολάρα ακτινοπροστασίας θυρεοειδούς.**
- 3. Καπέλα (σκούφοι) ακτινοπροστασίας.**

Για όλα τα ανωτέρω είδη ακτινοπροστασίας απαιτούνται οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές και επισημάνσεις (ειδάλλως η μη συμμόρφωση με αυτές συνιστά σοβαρό λόγο για αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Επίσης ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται):

Για τα γυαλιά ακτινοπροστασίας οι τεχνικές προδιαγραφές είναι οι παρακάτω:

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
1.	Διαστάσεις	Να προσφερθούν όλοι οι τύποι και όλες οι διαστάσεις για χρήση χωρίς ή με γυαλιά διόρθωσης διαθλαστικών ανωμαλιών (δηλαδή να δύναται να φοριούνται πάνω από συμβατικά γυαλιά)
2.	Υλικό θωράκισης	Να εξασφαλίζει την μέγιστη ελαστικότητα ενώ παράλληλα να επιτυγχάνεται το μικρότερο δυνατό βάρος. Το υλικό δύναται να είναι μολυβδόυχο ή άλλου τύπου (να αναφέρεται)
3.	Σκελετός	Εύχρηστος. Αν έχουν δυνατότητα ρύθμισης των βραχιόνων να προσφερθούν
4.	Βάρος	<100gr
5.	Πλάγια κάλυψη	Ναι
6.	Τρόπος σταθεροποίησης επί της κεφαλής	Να αναφερθεί

7.	Ισοδύναμο πάχος μολύβδου	Ισοδύναμη θωράκιση μολύβδου $\geq 0,75\text{mm Pb}$ στην πρόσθια επιφάνεια & $\geq 0,50\text{mm Pb}$ στην πλαϊνή επιφάνεια
8.	Πιστοποιητικά επιφανειακής πυκνότητας & ισοδύναμης απορροφητικότητας	Να κατατεθούν (επί ποινή αποκλεισμού)
9.	Ιδιότητες γυαλιών	Να είναι ανθεκτικά, μη απορροφητικά
10.	Καθαρισμός	Να καθαρίζονται και να πλένονται εύκολα
11.	Θήκη φύλαξης	Να συμπεριλαμβάνεται. Επίσης να είναι σκληρή (για ασφάλεια & αποθήκευση)
12.	Πρόσθετα χαρακτηριστικά	Να συνοδεύονται από ιμάντα συγκράτησης στο κεφάλι του χειριστή/στρια.
	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	
1.	Να αναγράφεται αν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών & να αναγράφεται ο κωδικός του με την τιμή του Παρατηρητηρίου όπως έχει διαμορφωθεί την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς.	
2.	Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων (ως 60 ημέρες ο μέγιστος)	
3.	Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας & ποιότητας κατασκευής για δύο (2) έτη	
4.	Τα προϊόντα να φέρουν σήμανση CE mark	
5.	Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 & ISO 13485:03 (να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)	
6.	Οι προμηθευτές να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 & EN ISO 13485:03 (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)	
7.	Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης	
8.	Ο προμηθευτής θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του τμήματος ή τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας (ακτινοφυσικό) προς υπόδειξη των μεγεθών	
9.	Οι προμηθευτές να προσκομίσουν σχετικό πελατολόγιο με παραδόσεις αντίστοιχων ακτινοπροστατευτικών υλικών σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας (μαζί με τα τηλέφωνα επικοινωνίας).	
10.	Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές & ειδικούς όρους, με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση (prospectus, product data, manual, κλπ.)	

Για τα **κολάρα ακτινοπροστασίας θυρεοειδούς** θα πρέπει:

1. Να έχουν ισοδύναμο πάχος ακτινοπροστασίας τα **0.50mm Pb** και να έχουν βάρος μικρότερο από **450gr**.
2. Να επικαλύπτουν και το στήρνο σε μήκος 12 cm περίπου και με πατούρα ώστε να μην εμποδίζονται οι κινήσεις του λαιμού.
3. Να καλύπτουν με ημικυκλική σχεδίαση του κατωτέρου ορίου το άνω όριο της ακτινοπροστατευτικής ποδιάς.
4. Να έχουν κλείσιμο τύπου Velcro (ταινία σκρατς)
5. Το υλικό ακτινοπροστασίας θα πρέπει να είναι ελεύθερο μόλυβδου (Lead free) και ανακυκλώσιμο.
6. Να είναι κατασκευασμένα από υλικό ανθεκτικό, μη απορροφητικό, που καθαρίζεται και να πλένεται εύκολα.
7. Να διατίθενται σε διάφορα χρώματα.
8. Να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα νέα διεθνή STANDARDS IEC 61331-3:2014 (*Protective devices against diagnostic medical X-radiation - Part 3: Protective clothing, eyewear and protective patient shields*).
9. Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης
10. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη.

Για τα **καπέλα-σκούφοι ακτινοπροστασίας** θα πρέπει:

1. Να αναφέρεται ο τύπος του καπέλου-σκούφου και ο τρόπος εφαρμογής τους πάνω στο κεφάλι.
2. Να είναι κατάλληλα για την προστασία της κεφαλής του προσωπικού από την σκεδαζόμενη ακτινοβολία.
3. Να έχουν ισοδύναμο ακτινοπροστασίας τα **0.50mm Pb**.
4. Το υλικό ακτινοπροστασίας θα πρέπει να είναι ελεύθερο μόλυβδου (Lead free) και ανακυκλώσιμο.
5. Να είναι κατασκευασμένα από υλικό ανθεκτικό, μη απορροφητικό, που καθαρίζεται και να πλένεται εύκολα.
6. Να είναι μαλακά και εύκαμπτα.
7. Το ύφασμα κατασκευής που έρχεται σε επαφή με το δέρμα να επιτυγχάνει την απομάκρυνση της υγρασίας και να διατηρεί σε φυσιολογικές θερμοκρασίες το κεφάλι του χρήστη.

8. Να δύναται από πλευράς μεγέθους να προσαρμοστεί σε κάθε τύπο και διάσταση κεφαλής.
9. Θα πρέπει να παραδοθούν εξατομικευμένα ανάλογα την περιφέρεια κεφαλής του κάθε χρήστη.
10. Να διατίθενται σε διάφορα χρώματα.
11. Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης
12. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη.

Για τους **προμηθευτές των καπέλων-σκούφων ακτινοπροστασίας** θα πρέπει:

- Να αναγράφεται αν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών & να αναγράφεται ο κωδικός του με την τιμή του Παρατηρητηρίου όπως έχει διαμορφωθεί την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς.
- Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων (με μέγιστο όριο τις 60 ημέρες).
- Οι προμηθευτές να προσκομίσουν σχετικό πελατολόγιο με παραδόσεις αντίστοιχου ακτινοπροστατευτικού εξοπλισμού σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας (μαζί με τηλέφωνα επικοινωνίας).
- Οι προμηθευτές να διαθέτουν ISO 9001:08 & EN ISO 13485:03 (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
- Ο εξοπλισμός ακτινοπροστασίας να διαθέτει σήμανση CE.
- Να παρέχεται εγγύηση δύο (2) ετών για την καλή λειτουργία και την ποιότητα της κατασκευής του εξοπλισμού.
- Οι προμηθευτές θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του τμήματος ή τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας (ακτινοφυσικό) προς υπόδειξη των μεγεθών.
- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση.

ΕΝΤΟΛΗ 87/09-01-2023

Για τα **καπέλα-σκούφοι ακτινοπροστασίας** θα πρέπει:

1. Να αναφέρεται ο τύπος του καπέλου-σκούφου και ο τρόπος εφαρμογής τους πάνω στο κεφάλι.

2. Να είναι κατάλληλα για την προστασία της κεφαλής του προσωπικού από την σκεδαζόμενη ακτινοβολία.
3. Να έχουν ισοδύναμο ακτινοπροστασίας τα **0.50mm Pb**.
4. Το υλικό ακτινοπροστασίας θα πρέπει να είναι ελεύθερο μόλυβδου (Lead free) και ανακυκλώσιμο.
5. Να είναι κατασκευασμένα από υλικό ανθεκτικό, μη απορροφητικό, που καθαρίζεται και να πλένεται εύκολα.
6. Να είναι μαλακά και εύκαμπτα.
7. Το ύφασμα κατασκευής που έρχεται σε επαφή με το δέρμα να επιτυγχάνει την απομάκρυνση της υγρασίας και να διατηρεί σε φυσιολογικές θερμοκρασίες το κεφάλι του χρήστη.
8. Να δύναται από πλευράς μεγέθους να προσαρμοστεί σε κάθε τύπο και διάσταση κεφαλής.
9. Θα πρέπει να παραδοθούν εξατομικευμένα ανάλογα την περιφέρεια κεφαλής του κάθε χρήστη.
10. Να διατίθενται σε διάφορα χρώματα.
11. Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης
12. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη.

Για τους **προμηθευτές των καπέλων-σκούφων ακτινοπροστασίας** θα πρέπει:

- Να αναγράφεται αν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών & να αναγράφεται ο κωδικός του με την τιμή του Παρατηρητηρίου όπως έχει διαμορφωθεί την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς.
- Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων (με μέγιστο όριο τις 60 ημέρες).
- Οι προμηθευτές να προσκομίσουν σχετικό πελατολόγιο με παραδόσεις αντίστοιχου ακτινοπροστατευτικού εξοπλισμού σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας (μαζί με τηλέφωνα επικοινωνίας).
- Οι προμηθευτές να διαθέτουν ISO 9001:08 & EN ISO 13485:03 (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
- Ο εξοπλισμός ακτινοπροστασίας να διαθέτει σήμανση CE.
- Να παρέχεται εγγύηση δύο (2) ετών για την καλή λειτουργία και την ποιότητα της κατασκευής του εξοπλισμού.
- Οι προμηθευτές θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του τμήματος ή τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας (ακτινοφυσικό) προς υπόδειξη των μεγεθών.
- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση.