



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 – 4592156
Fax: 210 - 4592597
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 6471

Πειραιάς: 08-05-2023

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ EMAIL ΑΛΛΑΞΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ mprom1@tzaneio.gov.gr

Δημόσια ανοικτή διαδικασία
συλλογής προσφορών υλικών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	11-05-2023
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1827/25-04-2023	6ΦΨΒ46906Κ-ΠΩΩ	11103070 - ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ 3/4. ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	500 ΤΕΜ	875,00 €	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	Κα ΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 21045922716,9
1829/25-04-2023	6Γ1Ο46906Κ-ΜΣ7	11101996 - ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΜΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ CONTAINERS ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 80x35mm (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	10000 ΤΕΜ	900,00 €		
		11101995 - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ CONTAINERS ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	1000 ΤΕΜ	150,00 €		
1830/25-04-2023	6ΝΛ246906Κ-Ε76	11105798 - ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 300X550X60mm (ΠΕΡΙΠΟΥ). ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ. (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	8000 ΤΕΜ	2.080,00 €		

* ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ EMAIL ΑΛΛΑΞΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ mprom1@tzaneio.gov.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.
3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
4. Γλώσσα: **Ελληνική**
5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ **1827/25-04-2023**

11103070 - ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ¾ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ (AUTOCLAVE), ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΠΑΚΕΤΩΝ

- Ταινία κολλητική αποστείρωσης ατμού με δείκτη αλλαγής χρώματος, πλάτους 19 mm , μήκους 50 μέτρων, χρώματος μπεζ, σε ατομική συσκευασία για προστασία της κόλλας.
- Να είναι επιστρωμένη με ειδική κόλλα ώστε να κολλάει σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου αποστείρωσης (κατάλληλη για ύφασμα και χαρτί). Κατά την αποκόλληση της να μην αφήνει υπολείμματα και να μη δημιουργεί ινίδια.
- Να φέρει χημικό δείκτη ευκρινούς αλλαγής και το χαρτί κατασκευής της να είναι κρεπ.
- Να είναι άοσμη και ανθεκτική ώστε να μην σχίζεται μόνη της κατά τη χρήση.
- Στο εσωτερικό του ρολού να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, ενώ στην εξωτερική συσκευασία να αναγράφονται όλα τα απαιτούμενα από τα πρότυπα.
- Η ταινία να εναρμονίζεται με το πρότυπο EN ISO 11140-1 Type1
- Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος προς αξιολόγηση

ΕΝΤΟΛΗ **1829/25-04-2023**

11101995 - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ CONTAINERS AESCULAR ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- Να είναι από πλαστικό ιατρικής ποιότητας
- Να είναι τύπου λουκέτου
- Να μην σπάνε κατά το κλείσιμο και να ταιριάζουν στα containers Aescular
- Να είναι διαφόρων χρωματισμών τουλάχιστον 8 για την κωδικοποίηση των σετ εργαλείων
- Να κατατεθεί το φυλλάδιο, δείγμα και το Technical Sheet του προϊόντος

11101996 - Με ετικέτες με δείκτη ατμού για containers AESCULAP

- Να είναι 4 γραμμών εγγραφής και διαστάσεων 80X35mm (-0,5mm).
- Να μην είναι αυτοκόλλητες, ανθεκτικές στο σκίσιμο με βάρος χαρτιού άνω των 200m² (-5%).
- Να υπάρχει εκτυπωμένο βέλος κατεύθυνσης εισαγωγής της ετικέτας.
- Να μην αλλοιώνονται κατά τον κλιβανισμό τους και να διαθέτουν χημικό δείκτη που να αλλάζει χρώμα μετά την έκθεση κλίβανο ατμού.
- Να κατατεθεί το φυλλάδιο, δείγμα και το technical Data Sheet του προϊόντος.

ΕΝΤΟΛΗ 1830/25-04-2023

11105798 - ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ

- Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με Ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές
- Υλικό κατασκευής : χαρτί ανθεκτικό ιατρικής χρήσης και διάφανο πλαστικό φιλμ ανθεκτικό μαλακό το οποίο να μην ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό
- τα πλαϊνά να είναι τριπλής συγκόλλησης για μεγαλύτερη ασφάλεια και αντοχή από την πίεση του βάρους των εργαλείων και να μην αφήνει ίχνη κατά το άνοιγμα
- να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί χωρίς να σχίζεται
- το χαρτί να είναι απαλλαγμένο τοξικών υλικών και δυσάρεστων οσμών
- να διατίθεται σε επίπεδη μορφή
- οι χημικοί δείκτες να είναι τυπωμένοι στη χάρτινη πλευρά κατάλληλοι για ατμό και να έχουν αυτόματη χρωματική μεταβολή
- να μην αφήνει υπολείμματα κατά τη χρήση
- το χαρτί να είναι βάρους το λιγότερο 65GR/M² για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.