

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθμ.Πρωτ.:5963

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Πειραιάς:16-04-2024

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ: 210 – 4592159

Fax: 210 - 4592597

Email: mprom3@ tzaneio.gov.gr

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ( ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ)

**ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΑΛΛΑΓΗ E-MAIL: mprom3@tzaneio.gov.gr**

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	19-04-2024
ΩΡΑ:	12:00 π.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

## **ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»**

### **Έχοντας υπόψη:**

**1.** Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

**1.1.** Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »  
( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

**1.2.** Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

**1.3.** Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

**1.4.** Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

**1.5.** Του Ν. 4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

**1.6** Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

## ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές )**.
4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας [mprom3@tzaneio.gov.gr](mailto:mprom3@tzaneio.gov.gr)**  
*Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).*

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

<b>1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄</b>
<b>2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄</b>
<b>3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄</b>
<b>4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄</b>

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.tzaneio.gov.gr](http://www.tzaneio.gov.gr))

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

ΑΕ	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1614 /10-04- 2024	Ψ4Ω646906Κ-Η11	ΕΠ043071(κωδ.νοσοκ)-ΥΔΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΜΑ.ΔΙΑΣΤΑΣΗ 5cmx40cm	50 ΤΕΜ	325,00 €	ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΤΗΛ.ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592994
		ΕΠ043065(κωδ.νοσοκ)-ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ .ΔΙΑΣΤΑΣΗ 15cmx20cm	100 ΤΕΜ	3.423,00 €		
		ΕΠ043070(κωδ.νοσοκ)-ΕΠΙΘΕΜΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΖΕΛΙΝΗ .ΔΙΑΣΤΑΣΗ 15cmx20cm	50 ΤΕΜ	555,00 €		
1615 /10-04- 2024	6ΟΠΙ46906Κ-Δ3Π	ΑΟΜΟ147301(κωδ.νοσοκ)-colistin mic-strips	4 ΚΙΤ	2.320,00 €	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΤΗΛ.ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592357
		ΑΟΜΟ147401(κωδ.νοσοκ)-MUEIHER HINTON 2 MEDIUM	8 ΚΙΤ	640,00 €		

1613 /10-04- 2024	ΨΘΘΥ46906K- Θ8Ω	<p>ΥΩ01504(κωδ.νοσοκ.)-Σύστημα διεγχειρητικής νευροφυσιολογικής παρακολούθησης 8 καναλιών για επεμβάσεις θυρεοειδούς με δυνατότητα διέγερσης και παρακολούθησης των κάτω λαρυγγικών νεύρων, του παραπληρωματικού, του υπογλώσσσιου, του φρενικού καθώς επίσης και συνεχή διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου.</p> <p>Το σύστημα να συνοδεύεται από:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Σετ ενδοτραχειακού σωλήνα ενισχυμένου, σπιράλ, με cuff και εργοστασιακά ενσωματωμένο ζεύγος ηλεκτροδίων δυο καναλιών με μεγάλη επιφάνεια καταγραφής (περίπου 7 cm), με εύκαμπτο οδηγό ενδοτραχειακής διασωλήνωσης απολύτως συμβατό με τον ενδοτραχειακό σωλήνα στην ίδια αποστειρωμένη συσκευασία με δυνατότητα συνεχούς καταγραφής. Να διατίθεται σε όλα τα μεγέθη (6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5). Με δυνατότητα σύνδεσης με :</li><li>• Διπολικό εύκαμπτο στυλεό τύπου microfork.</li><li>• Διπολικό εύκαμπτο ηλεκτρόδιο ανοιχτού βρόγχου με πλήρως ενσωματωμένα ηλεκτρόδια για τη συνεχή διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου.</li></ul> <p>Η εταιρεία υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν το μηχάνημα διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, το οποίο πρέπει να φέρει ετήσια πιστοποίηση καλής λειτουργίας από το εργοστάσιο κατασκευής του. Ο χειριστής του μηχανήματος να διαθέτει πιστοποίηση.</p> <p><b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ</b></p>	10 ΣΕΤ	4.850,00 €	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΤΣΙΛΗ ΤΗΛ.ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592907
-------------------------	--------------------	--	--------	------------	------------------	--

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

### ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**.
- **δωροδοκία**
- **απάτη**
- **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**
- **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**
- **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.**
- **Είναι φορολογικά ενήμερος**
- **Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης**

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**
6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

**Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '**  
**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ</b>	<b>GMDN</b>	<b>ΕΟΦ</b>
----------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------	------------

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

**ΕΝΤΟΛΗ:1613/10-04-2024**

**ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΦΛΟΥΟΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ-ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ**

Το σετ να αποτελείται από τα κάτωθι:

1) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ CUFF ΚΑΙ ΖΕΥΓΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ-ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ.

- Να έχει ειδικό χρωματισμένο σημάδι 30χιλ περίπου, για την ακριβή τοποθέτηση του.
- Να διατίθεται σε ατομικές εργοστασιακά αποστειρωμένες συσκευασίες μιας χρήσης.
- Να προσφέρεται σε διαστάσεις 6, 6.5, 7, 7.5, 8 χιλ.
- Να είναι κατασκευασμένος από σιλικόνη.
- Να δύναται να αναβαθμιστεί με ειδικό ηλεκτρόδιο-κλιπ (διαστάσεων 2χιλ και 3 χιλ περίπου) αυτόματης περιοδικής διέγερσης και παρακολούθησης του πνευμονογαστρικού νεύρου.
- Να διαθέτει μονοπολικό στυλεό νευροδιέγερσης κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου μιας χρήσης, για τον εντοπισμό, ερεθισμό και την παρακολούθηση της πορείας του νεύρου στο πεδίο.
- Ο στυλεός να διαθέτει ατραυματικό άκρο διαμέτρου 0,5 χιλ περίπου και να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσης.
- Τα ανωτέρω να είναι όλα του ίδιου οίκου για την μεγιστοποίηση της συμβατότητας.
- Να συνοδεύεται από μηχάνημα του ίδιου οίκου το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι επαρκώς λογισμικά ενημερωμένο και να διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης CE.

## **2) ΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΜΕ ΦΛΟΥΟΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ**

- Να είναι ειδική θήκη χειρουργικής προσπέλασης με φλουοροσκοπικό υπέρηχο για την αναγνώριση των παραθυρεοειδών αδένων κατά την διάρκεια θυρεοειδεκτομών, παραθυρεοειδεκτομών και λεμφαδενικών καθαρισμών τραχήλου.
- Να είναι συμβατή για την αναγνώριση των παραθυρεοειδών τόσο με την μέθοδο του αυτοφθορισμού όσο και με την μέθοδο της φλουοροσκοπικής απεικόνισης μετά από την έγχυση πράσινου της ινδοκυανίνης (ICG).
- Να είναι έτοιμη προς χρήση σε αποστειρωμένη συσκευασία.
- Να συνοδεύεται από μηχάνημα του ιδίου οίκου το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι επαρκώς λογισμικά ενημερωμένο και να διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης CE.

Η υποστήριξη των μηχανημάτων και των αναλωσίμων να γίνεται από την ίδια εταιρεία και από εξειδικευμένο προσωπικό εκπαιδευμένο στον κατασκευαστικό οίκο και με πιστοποίηση ΣΥΔΝΟΧ.

## **ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΦΛΟΥΟΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ-ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ**

Το σετ να αποτελείται από τα κάτωθι:

1) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ CUFF ΚΑΙ ΖΕΥΓΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ-ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ.

- Να έχει ειδικό χρωματισμένο σημάδι 30χιλ περίπου, για την ακριβή τοποθέτηση του.
- Να διατίθεται σε ατομικές εργοστασιακά αποστειρωμένες συσκευασίες μιας χρήσης.
- Να προσφέρεται σε διαστάσεις 6, 6.5, 7, 7.5, 8 χιλ.
- Να είναι κατασκευασμένος από σιλικόνη.
- Να δύναται να αναβαθμιστεί με ειδικό ηλεκτρόδιο-κλιπ (διαστάσεων 2χιλ και 3 χιλ περίπου) αυτόματης περιοδικής διέγερσης και παρακολούθησης του πνευμονογαστρικού νεύρου.
- Να διαθέτει μονοπολικό στυλεό νευροδιέγερσης κινητικών νεύρων κεφαλής και τραχήλου μιας χρήσης, για τον εντοπισμό, ερεθισμό και την παρακολούθηση της πορείας του νεύρου στο πεδίο.
- Ο στυλεός να διαθέτει ατραυματικό άκρο διαμέτρου 0,5 χιλ περίπου και να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσης.
- Τα ανωτέρω να είναι όλα του ίδιου οίκου για την μεγιστοποίηση της συμβατότητας.
- Να συνοδεύεται από μηχάνημα του ίδιου οίκου το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι επαρκώς λογισμικά ενημερωμένο και να διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης CE.

2) **ΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΜΕ ΦΛΟΥΟΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ**

- Να είναι ειδική θήκη χειρουργικής προσπέλασης με φλουοροσκοπικό υπέρηχο για την αναγνώριση των παραθυρεοειδών αδένων κατά την διάρκεια θυρεοειδεκτομών, παραθυρεοειδεκτομών και λεμφαδενικών καθαρισμών τραχήλου.

- Να είναι συμβατή για την αναγνώριση των παραθυρεοειδών τόσο με την μέθοδο του αυτοφθορισμού όσο και με την μέθοδο της φλουοροσκοπικής απεικόνισης μετά από την έγχυση πράσινου της ινδοκυανίνης (ICG).
- Να είναι έτοιμη προς χρήση σε αποστειρωμένη συσκευασία.
- Να συνοδεύεται από μηχανήμα του ιδίου οίκου το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι επαρκώς λογισμικά ενημερωμένο και να διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης CE.

Η υποστήριξη των μηχανημάτων και των αναλωσίμων να γίνεται από την ίδια εταιρεία και από εξειδικευμένο προσωπικό εκπαιδευμένο στον κατασκευαστικό οίκο