



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592156
Fax: 210 - 4592597
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 4952

Πειραιάς: 01/04/2024

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ EMAIL ΑΛΛΑΞΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ mprom1@tzaneio.gov.gr

Δημόσια ανοικτή διαδικασία
συλλογής προσφορών υλικών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	04/04/2024
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
604/18-01-2024 (2η ΑΝΑΡΤΗΣΗ)	6Λ9Ν46906Κ-ΒΡ1	11101357 - ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ. ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ. (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	5000 ΤΕΜ	500,00 €	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	Κα ΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 21045922716,9
1107/05-03-2024	Ρ7ΧΒ46906Κ-ΧΘΒ	11101360 - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ, ΕΠΩΑΣΗΣ ΣΕ 20 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	400 ΤΕΜ	2.400,00 €		
1106/05-03-2024	Ψ95Ρ46906Κ-Ρ1Χ	11101344 - ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ CONTAINERS ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΑ CONTAINERS, TRAY LINER, NON WOVEN. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50x35cm Ή 50x30cm (ΠΕΡΙΠΟΥ) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	8000 ΤΕΜ	2.000,00 €		

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ EMAIL ΑΛΛΑΞΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ mprom1@tzaneio.gov.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.

4. Γλώσσα: **Ελληνική**

5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.

6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους

ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ 604/18-01-2024

11101357 – ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4

Χημικός δείκτης αποστείρωσης Type 4 για κύκλους ατμού 121⁰ έως και 134⁰ C. Ο δείκτης πρέπει αποτελείται από μία χάρτινη ταινία κατά μήκος της οποίας υπάρχει μια λεπτή γραμμή με μελάνι λευκού χρώματος. Με την ολοκλήρωση του κύκλου αποστείρωσης η γραμμή αυτή πρέπει να γίνει μαύρη. Η χημική μελάνη να μην είναι τοξική, να είναι χωρίς μόλυβδο και βαρέα μέταλλα, να μην διαχέεται και η χρωστική αλλαγή να είναι μόνιμη. Ο δείκτης να είναι διάτρητος και να κόβεται στη μέση.

Στη συσκευασία να αναγράφονται οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης, ο αριθμός παρτίδας παραγωγής, οι συνθήκες αποθήκευσης, η σήμανση CE

Να κατατίθεται φυλλάδιο οδηγιών στα ελληνικά και πιστοποιητικό συμμόρφωσης, από ανεξάρτητο κοινοποιημένο φορέα, με το EN ISO 11140-1 επί ποινής απόρριψης.

ΕΝΤΟΛΗ 1007/05-03-2024

11101360 - Προδιαγραφές για βιολογικούς δείκτες κλιβάνων ατμού

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ

Βιολογικός δείκτης με αποτέλεσμα επώασης όχι μεγαλύτερο από 23 λεπτά, κατάλληλος για κύκλους αποστείρωσης ατμού υπό κενό 132-135⁰C.

Ο κατασκευαστής να διαθέτει EN ISO 13485 βάσει κατηγοριοποίησης ΕΛΟΤ

Επίσης να κατατίθεται, επί ποινή απόρριψης, το επίσημο αναλυτικό φυλλάδιο και οι επίσημες οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα.

Στη συσκευασία του προϊόντος να αναγράφονται: κωδικός και περιγραφή προϊόντος, αριθμός παρτίδας, βακτηριακό στέλεχος και φορτίο, ημερομηνία παραγωγής και λήξης.

Το θρεπτικό υλικό να βρίσκεται σε γυάλινη αμπούλα για μεγαλύτερη ασφάλεια από κίνδυνο επιμόλυνσης.

Η ημερομηνία λήξης τους να μην είναι μικρότερη από έξι μήνες.

Ο επωαστήρας που συνοδεύει το αναλώσιμο να διαθέτει τουλάχιστον 10 θέσεις επώασης, να έχει τη δυνατότητα οπτικής και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων και συναγερμούς σε περίπτωση λανθασμένου αποτελέσματος αλλά και μη ορθής χρήσης του επωαστήρα / βιολογικών δεικτών, για την αποφυγή ανθρώπινου λάθους.

Να διαθέτει οπτικό σύστημα αντίστροφης μέτρησης του χρόνου επώασης.

Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων και αποθήκευσής τους για αναδρομικό έλεγχο όταν παραστεί ανάγκη.

Να είναι εύχρηστος αξιόπιστος και ο έλεγχος του επωαστήρα / δείκτη να γίνεται μόνο με έναν μάρτυρα ημερησίως και να αφορά όλες τις θέσεις επώασης. Να κατατεθεί επί ποινή απόρριψης το επίσημο αναλυτικό manual του επωαστήρα στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα.

Να υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης του συστήματος του επωαστήρα μέσω διασύνδεσης για ποιοτικό έλεγχο και ιχνηλασιμότητα των διαδικασιών.

Να παρέχεται από την εταιρεία τεχνική υποστήριξη και αντικατάσταση του επωαστήρα εντός 24 ωρών, αν κριθεί απαραίτητο, ώστε να μη διακοπεί η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. Να κατατεθεί επί ποινή απόρριψης σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ΕΝΤΟΛΗ 1106/05-03-2024

ΧΑΡΤΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΚΑΙ CONTAINERS, TRAY LINER, NON WOVEN

- Απορροφητικό φύλλο χαρτιού, κατάλληλο για επίστρωση δίσκων κατασκευασμένο από μη υφασμένο υλικό (non woven), με ίνες κυτταρίνης και πολυεστερικές (όχι λευκό κρεπ), πυκνών στρώσεων, βάρους άνω των 70gr/m², μη τοξικό και εύχρηστο.
- Να είναι πολύ μαλακό για να εφαρμόζει στο εσωτερικό του δίσκου, με ικανότητα απορρόφησης της υγρασίας άνω του 500% του βάρους του, προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο τα containers και τα υλικά από την υγρασία.

- Να μην αφήνει αιωρούμενα σωματίδια κατά τη χρήση, καθώς και μετά την αποστείρωση να μην αφήνει ίχνη στα εργαλεία.
- Η συσκευασία να είναι τέτοια (νάιλον σακούλα εσωτερικά και κιβώτιο εξωτερικά), ώστε να προστατεύεται το προϊόν από τη σκόνη, τσάκισμα σχίσιμο κλπ κατά την αποθήκευση.
- Να κατατεθούν το φυλλάδιο του προϊόντος, το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος (technical data sheet) τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 13485.
- Να διατίθενται στις διαστάσεις : 30x50cm ή 28x50cm ή 35x50cm.
- Να είναι κατάλληλο για αποστείρωση σε ατμό.