



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592158
Fax: 210 - 4592597
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 6245

Πειραιάς: 23/04/2024

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ EMAIL ΑΛΛΑΞΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ mprom1@tzaneio.gov.gr

Δημόσια ανοικτή διαδικασία
συλλογής προσφορών υλικών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	26/04/2024
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
671/18-01-2024	ΨΜ7Θ46906Κ-Μ25	21007034 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	1 ΤΕΜ	1.350 €	ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592232
644/18-01-2024	6ΖΤ146906Κ-93Φ	14401070 - ΧΑΡΤΙ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΗΞΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200ΤΕΜ. Χ 20 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ=4000 ΤΕΜ)	4000 ΤΕΜ	560 €	ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ	Κα ΜΠΕΛΛΟΥ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 21045922801
536/16-01-2024	9Λ3Ψ46906Κ-ΓΔΓ	11101264 - ΣΕΤ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ : · ΜΕΓΕΘΟΣ S, · ΜΕΓΕΘΟΣ Μ, ΜΕΓΕΘΟΣ L (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	30 ΤΕΜ 100 ΤΕΜ 30 ΤΕΜ	992 €		

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ EMAIL ΑΛΛΑΞΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ mprom1@tzaneio.gov.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.

4. Γλώσσα: **Ελληνική**

5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.

6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους

ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ: 671/18-01-2024

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ ΜΟΝΗΣ Ή ΚΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ

- Να είναι μικρού όγκου και βάρους.
- Να είναι για χρήση σε κλινικές και νοσοκομεία για περιόδους μακροχρόνιας χρήσης.
- Να διαθέτει σύστημα 2 φάσεων αυτόματης λειτουργίας.
 - Η 1^η φάση να πραγματοποιεί τη διέγερση του αντανακλαστικού διάθεσης μητρικού γάλακτος.
 - Η 2^η να ενεργοποιεί αυτόματα πραγματοποιώντας την αποσυμφόρηση του στήθους, καθιστώντας έτσι τη συσκευή να μπορεί να μιμηθεί τον φυσικό ρυθμό θηλασμού του βρέφους.
- Να δέχεται αναβαθμίσεις και ενημερώσεις λογισμικού εύκολα, με την τοποθέτηση ειδικής κάρτας.
- Να υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής ειδικού προγράμματος, για την άντληση του πρωτογάλακτος (πύαρ).
- Να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση των κύκλων άντλησης ανάλογη με το επίπεδο κενού.
- Να διαθέτει ξεχωριστό σύστημα εμβόλου δημιουργίας κενού για διπλή – ταυτόχρονη άντληση.
- Να είναι αθόρυβη και να λειτουργεί χωρίς κραδασμούς.
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με **μονό ή διπλο σετ άντλησης Πολλαπλών (Ταυτόχρονη Αντληση)**.
- Να διαθέτει σύστημα κλειστού κυκλώματος με ασφάλεια χρήσης από πολλαπλές χρήστριες
- **Να μπορεί να δέχεται ατομικά σετ άντλησης Μιας Χρήσης (Ετοιμα για Χρήση)**
- Να διαθέτει τροχήλατη βάση για την ασφαλή μεταφορά εντός κλινικής και για την εύκολη μετακίνηση για χρήση από τις μητέρες.

ΕΝΤΟΛΗ: 536/16-01-2024

ΣΕΤ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ ΠΛΗΡΕΣ – ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Να είναι ατομικής χρήσης, Ready to Use για να παρέχεται ασφάλεια και αποφυγή επιμολύνσεων (Covid-19, ηπατίτιδα, σταφυλόκοκκος)
- Η διαδικασία παραγωγής σε πάνω από 150° C, να καθιστά το σετ θηλάστρου ασφαλές χωρίς να υπάρχουν παθογόνα βακτηρίων στα προϊόντα (Escherichia coli, Salmonella spp., B-Streptococci, Streptococcus pneumoniae, A-Streptococci, Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Clostridium difficile κ.α.).
- Να είναι κλάσης IIα ιατροτεχνολογικό προϊόν και να αποδεικνύεται με επίσημη δήλωση κατασκευαστή.
- Να διαθέτει αποσπώμενο το τμήμα της χοάνης ούτως ώστε να δέχεται χοάνες διαφόρων μεγεθών και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μητέρων-χρηστών.
- Να διαθέτει ενσωματωμένο συνδετικό εξάρτημα (Cup – Φίλτρο) για τη δημιουργία κενού
- Το υλικό κατασκευής να είναι από πολυπροπυλένιο (PP), να μην περιέχει δισφαινόλη Α (BPA) και να αποδεικνύεται με επίσημη δήλωση κατασκευαστή.
- Να διαθέτει σήμα CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/ΕΟΚ.