



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592158
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 7086

Πειραιάς: 12/05/2025

Δημόσια ανοικτή διαδικασία

συλλογής προσφορών υλικών

(ΨΥΓΕΙΑ-BITΡΙΝΕΣ, ΦΟΡΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ-
ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ, ΨΥΓΕΙΟ ΟΙΚ. ΤΥΠΟΥ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	16/05/2025
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2259/21-03-2025, ΔΣ 5/2025, Θ.26	9ΛΝΟ46906Κ-135	21008067 - ΨΥΓΕΙΟ - ΒΙΤΡΙΝΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	1 ΤΕΜ	1.500 €	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592130
2323/27-03-2025, ΔΣ 3/2025, Θ.6	96ΦΥ46906Κ-Δ40	21008067 - ΨΥΓΕΙΟ - ΒΙΤΡΙΝΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	1 ΤΕΜ	1.500 €		
2245/21-03-2025, ΔΣ 5/2025, Θ.26	ΡΕΗΨ46906Κ-ΛΨΔ	22006245 - ΦΟΡΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ USB ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	5 ΤΕΜ	750 €		
2390/28-03-2025, ΔΣ 3/2025, Θ.6	ΨΜΘΞ46906Κ-ΞΩΤ	21005202 - ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ - ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	10 ΤΕΜ	300 €		
2350/27-03-2025, ΔΣ 5/2025, Θ.27	97Τ746906Κ-1ΒΛ	21002137 - ΨΥΓΕΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΔΙΠΟΡΤΟ ΛΕΥΚΟ (no frost, ΥΨΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 172cm ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 300lt. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ΕΤΩΝ) (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	1 ΤΕΜ	440 €		

* ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.
3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
4. Γλώσσα: **Ελληνική**
5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, τους Αποθήκες τους Υπηρεσίας τους.
6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ´
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ '

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ 2323/27-03-2025

Τεχνικά Χαρακτηριστικά ψυγείου βιτρίνας (θάλαμος συντήρησης)

Εξωτερικές διαστάσεις: περίπου 60x62x185cm μονόπορτο

Χωρητικότητα: τουλάχιστον 370lt

Ισχύς: 220 Watt περίπου, 230V /50 Hz

Θερμοκρασία επιλογής: +1/+15°C

Ψύξη: με αέρα

Ψυκτικό υγρό: R600a

Ράφια: 5 αποσπώμενα κατ επιλογή ύψους

Αυτόματη επαναφορά πόρτας

Ειδικό αντιθαμβωτικό τζάμι

Φωτισμός: LED (κάθετος)

Ρύθμιση επιλογής θερμοκρασίας χειροκίνητη με εμφανή ηλεκτρονική ένδειξη και ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση πτώσης θερμοκρασίας.

Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών και 10 ετών επάρκεια ανταλλακτικών.

Η εταιρεία θα το παραδώσει στον χώρο του Βιοχημικού εργαστηρίου του

Νοσοκομείου όπου θα υποδειχθεί από το τμήμα.

ΕΝΤΟΛΗ 2259/21-03-2025

Τεχνικά Χαρακτηριστικά ψυγείου βιτρίνας (θάλαμος συντήρησης)

Εξωτερικές διαστάσεις: περίπου 60x62x185cm μονόπορτο

Χωρητικότητα: τουλάχιστον 370lt

Ισχύς: 220 Watt περίπου, 230V /50 Hz
Θερμοκρασία επιλογής: +1/+15°C
Ψύξη: με αέρα
Ψυκτικό υγρό: R600a
Ράφια: 5 αποσπώμενα κατ επιλογή ύψους
Αυτόματη επαναφορά πόρτας
Ειδικό αντιθαμβωτικό τζάμι
Φωτισμός: LED (κάθετος)
Ρύθμιση επιλογής θερμοκρασίας χειροκίνητη με εμφανή ηλεκτρονική ένδειξη και ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση πτώσης θερμοκρασίας.
Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών και 10 ετών επάρκεια ανταλλακτικών.
Η εταιρεία θα το παραδώσει στον χώρο του Ανοσολογικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου όπου θα υποδειχθεί από το τμήμα.

ΕΝΤΟΛΗ 2350/27-03-2025

Τεχνικά Χαρακτηριστικά για Ψυγείο Δίπορτο οικιακού τύπου

Συνολική Χωρητικότητα περίπου : 300lt
Δυνατότητα αναστροφής πόρτας
LED φωτισμός
Επίπεδο θορύβου περίπου : 39 db(A)
Αντιβακτηριδιακό φίλτρο
Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας
Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 9h
Ικανότητα κατάψυξης: 3,6 kg /24 h
3 πλήρη ράφια πόρτας ψύξης
3 γυάλινα ράφια ψύξης

1 διαφανές συρτάρι ψύξης αποθήκευσης
1 διαφανές συρτάρι ψύξης / crispy
1 ράφι κατάψυξης
2 διάφανα ράφια πόρτας κατάψυξης
Χρώμα: Λευκό
Διαστάσεις (ΥxΠxB) περίπου : 170 x 60 x 67 cm
Εγγύηση καλής λειτουργίας τρία (3) έτη

ΕΝΤΟΛΗ 2245/21-03-2025

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ USB

- Μεγάλη μνήμη για δεδομένα: 150,000 μετρήσεις, χωρίς απαραίτητη χρήση λογισμικού
- Συνολικό εύρος μέτρησης: -40 έως ~ +70 °C
- Υψηλή ακρίβεια
- Χρήση σε PC, χωρίς σύνδεση, αυτόματη έξοδος σε μορφή PDF μέσω της θύρας USB
- Ένδειξη LED κατάστασης και συναγερμού
- Ρύθμιση για την επίτευξη των άνω και κάτω ορίων της θερμοκρασίας
- Τροφοδοσία: 3,6 V μπαταρίες λιθίου AA ½ με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αδιάβροχο
- Να διαθέτει κατάλληλα πιστοποιητικά
- Διάστημα καταγραφής από 1 δευτερόλεπτο έως 24 ώρες
- Ελαφρύ
- Θύρα USB ενσωματωμένη και LCD οθόνη
- Δωρεάν λογισμικό για τη ρύθμιση των παραμέτρων καταγραφής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ψηφιακό υγρασιόμετρο με διπλό αισθητήρα θερμοκρασίας, ρολόι και ξυπνητήρι. Να διαθέτει μεγάλη LCD οθόνη και να προσφέρει πληροφορίες, όπως την ώρα, την εσωτερική θερμοκρασία του χώρου, την εξωτερική θερμοκρασία καθώς και την εσωτερική υγρασία.

- Μεγάλη οθόνη LCD αναγραφής υγρών κρυστάλλων
- Μεγάλη ακρίβεια στις μετρήσεις υγρασίας και θερμοκρασίας
- Ένδειξη θερμοκρασίας εσωτερικής
- Ένδειξη θερμοκρασίας εξωτερικής
- Ένδειξη υγρασίας εσωτερικού χώρου
- Επιλογή κλίμακας θερμοκρασίας °C / °F
- Εύρος Υγρασίας: 10%RH ~ 99%RH
- Μνήμη μετρήσεων MIN / MAX για την υγρασία & την θερμοκρασία
- Σύνδεση έξτρα σένσορα θερμοκρασίας
- Αναγραφή ώρας (12 / 24)
- Λειτουργίας Ξυπνητηριού
- Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας: -50°C ~ +70°C (-58°F ~ +158°F)
- Τροφοδοσία: 1x1.5V (AAA) με χαμηλή κατανάλωση