



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592158
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 7820

Πειραιάς: 21-05-2025

Δημόσια ανοικτή διαδικασία
συλλογής προσφορών υλικών
(ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ, ΣΤΑΤΩ ΟΡΡΩΝ, ΠΑΡΑΒΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΑ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	26/05/2025
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
891/14-01-2025, ΔΣ 16/2024, Θ.66	9ΑΧΩ46906Κ-ΛΚΥ	21008048 - ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΔΙΑ) 2 ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΜΕ ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΥΨΟΣ	10 ΤΕΜ	800,00 €	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592134
		21008126 - ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ	2 ΤΕΜ	300,00 €		
		22002030 - ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΠΛΟ LED ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 100Χ50 cm ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 2 cm. ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ.	1 ΤΕΜ	450,00 €		
2188/14-03-2025, ΔΣ 3/2025, Θ.39	ΨΒ7Γ46906Κ-ΟΞΗ	22007005 - ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ TRAVERS ΜΗΚΟΥΣ 215mm ΜΕ 4x5 ΑΜΒΛΕΙΑ ΔΟΝΤΙΑ 20mm ΚΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	1 ΤΕΜ	660,00 €	ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592476
		22007024 - BECKMANN-ADDSON ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 310mm ΜΕ 4x4 ΑΜΒΛΕΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΒΑΘΟΥΣ 22mm ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	1 ΤΕΜ	980,00 €		
		22007337 - ΗΡΥΝΤΣΧΑΚ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ 3 ΒΑΛΒΕΣ ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ 115mm, ΥΨΟΣ 80mm, ΒΑΘΟΣ 35mm	1 ΤΕΜ	755,00 €		
		(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)				

* ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.
3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
4. Γλώσσα: **Ελληνική**
5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη τους παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, τους Αποθήκες τους Υπηρεσίας τους.
6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ´
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ '

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ **2188/14-03-2025**

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Να είναι κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας ευρωπαϊκό ΜΑΡΤΕΝΣΙΤΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής.

Να διαθέτουν Δηλώσεις Συμμόρφωσης για τους ακόλουθους κανονισμούς :

NF S 90-460, NF S 90-461, NF S 90-462, NF S 90-463, (08/1982) για τα χειρουργικά εργαλεία, ψαλίδια, μαχαιρίδια, λαβίδες, διαστολές κ.α. Καθώς για τις διαστάσεις και τα τεστ τους.

NF S 94-090 για τα υλικά των χειρουργικών εργαλείων, μαρτενσιτικός , ωστενιτικός, ωστενιτικός -φερριτικός ανοξείδωτος χάλυβας.

NF EN ISO 7153/1(12/2000) για χειρουργικά εργαλεία -μεταλλικά υλικά- ανοξείδωτο χάλυβα.

NF EN ISO 13402(12/2002) για τα χειρουργικά εργαλεία, καθορισμός της αντοχής κατά του κλιβανισμού, διάβρωσης και θερμικής έκθεσης.

NF EN 27740(08/1992) για τα χειρουργικά εργαλεία, νυστέρια, λεπίδες, διαστάσεις.

ISO 7151(12/1988) για τα χειρουργικά εργαλεία, γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών.

Τα προσφερόμενα χειρουργικά εργαλεία να φέρουν αποτυπωμένα στο μέταλλο τους: Το σήμα του εργοστασίου, τον εργοστασιακό κωδικό αριθμό του εργαλείου, το CE MARK και τον κώδικα data matrix.

Τα εργαλεία να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και πλήρη εξαρτημάτων.

Τα χειρουργικά εργαλεία που θα προσφερθούν να περιγράφουν με σαφήνεια ως προς την σύστασή του μετάλλου, τις διαστάσεις και να καταγραφούν στην προσφορά με την ίδια σειρά αρίθμησης (α/α) όπως των τεχνικών προδιαγραφών. Όλα τα προσφερόμενα είδη να προέρχονται από ένα μοναδικό οίκο, – επί ποινή απορρίψεως – κατονομαζόμενα ρητώς και πλήρως (ονομασία, χώρα, κτλ) στην προσφορά ο οποίος να είναι κατασκευαστικός οίκος, δηλαδή να διαθέτει δικές του ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις (εργοστάσια), στις οποίες να συντελούνται όλες οι φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας κατασκευής των διατιθεμένων από τον οίκο εργαλείων, τουλάχιστον από την παραλαβή της πρώτης ύλης μέχρι και το τελικό φινίρισμα, πακετάρισμα

και ετικετάρισμα (κάθετη παραγωγή) και του οποίου το πρόγραμμα παραγωγής να καλύπτει όλους τους τύπους των ζητούμενων χειρουργικών εργαλείων. Με ποινή αποκλεισμού δεν γίνονται δεκτά είδη προερχόμενα από εμπορικό – συλλεκτικό οίκο χειρουργικών εργαλείων, του οποίου τα διατιθέμενα εργαλεία κατασκευάζονται από περισσότερους του ενός κατασκευαστικούς οίκους (με την έννοια του «κατασκευαστικού οίκου» που προαναφέρεται).

Να υπάρχει συμφωνία αιτουμένων και προσφερόμενων ειδών, χωρίς διαφοροποιήσεις στην περιγραφή και τη διεθνή ονομασία αυτών, και συμφωνία με τα αναγραφόμενα μεγέθη επί ποινή απορρίψεως.

Με ποινή αποκλεισμού σε κάθε προσφερόμενο είδος πρέπει να αναφέρεται ο αύξοντας αριθμός του καταλόγου των προδιαγραφών στο οποίο αντιστοιχεί και ο κωδικός αριθμός του είδους όπως περιέχεται στον κατάλογο του κατασκευαστικού οίκου.

Να κατατεθούν πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου με τα οποία θα αποδεικνύεται η ανάλυση χημικής σύνθεσης και φυσικών – χημικών - μηχανικών χαρακτηριστικών των κραμάτων κατασκευής των προσφερόμενων χειρουργικών εργαλείων καθώς και η χώρα προέλευσης των μετάλλων και πιστοποιητικό ανοχών σκληρότητας.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την προσφορά και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 14001:2015, ISO 37001:2016, ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016, για εμπορία, διακίνηση και τεχνική υποστήριξη καθώς και πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ε3/833/99 (περί καθορισμού συστήματος ποιότητας των εταιρειών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Προσφορά η οποία δεν θα συνοδεύεται από τα ανωτέρω πιστοποιητικά απορρίπτεται.

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν. Πρέπει να δηλώνουν στην προσφορά τους το εργοστάσιο το οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Να διαθέτουν Πιστοποίηση EN ISO 13485

Ο αντιπρόσωπος να διαθέτει πιστοποίηση από διεθνή οργανισμό για συντήρηση και επισκευή ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και εξουσιοδότηση από το εργοστάσιο για αυτόν τον σκοπό. Κατά την απομάκρυνση του εργαλείου για επισκευή ή συντήρηση αυτό να αντικαθίσταται με ένα ίδιο

Να κατατεθεί επίσημη εγγύηση του εργοστασίου για 10 έτη.

Να γίνει επίδειξη και εκπαίδευση για τη σωστή χρήση των προσφερόμενων ειδών όταν ζητηθεί.

Για λόγους ομοιογένειας των υλικών ο προμηθευτής να προσφέρει και τα τρία είδη
Να κατατεθεί αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο με φωτογραφίες των προσφερόμενων ειδών