



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΗΛ: 210 – 4592576
Email: mprom2@tzaneio.gov.gr

Αριθμ.Πρωτ.:

Πειραιάς: 16-05-2025

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ

(DS-DNA , ANCA, Gliandine tg IgA- Gliandine tg IgG)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΑΛΛΑΓΗ E-MAIL: mprom2@tzaneio.gov.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	22 - 05-2025
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α' – Δ'

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »
(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια **υλικών** με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α'** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ' (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο e-mail της Υπηρεσίας mprom2@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α'-Δ'** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

A/A	A/Ε ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1	2464/03-04-2025 Δ.Σ. 3/12-02-2025 Θ:50	ΡΘΘ946906Κ-ΦΚΩ	A0I0102901(Κωδ. Νοσοκ.) - DS-DNA ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ (Crithidia Lucilae) IFA_1 KIT ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄	24 KIT	340,00 €	ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ	Κα ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592460
2	2465/03-04-2025 Δ.Σ. 3/12-02-2025 Θ:50	Ψ10Π46906Κ-ΣΛ6	A0I0103402(Κωδ. Νοσοκ.) -ANCA (ETHANOL FIXED HPMN) IFA_1 KIT ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄	4 KIT	640,00 €	ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ	Κα ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592460
3	2463/03-04-2025 Δ.Σ. 3/12-02-2025 Θ:50	ΨΧΤΞ46906Κ-ΘΩ9	A0I01025700(Κωδ. Νοσοκ.) - COELIAC DISEASE PROFILE IGA EUROLINE KIT (Gliandine tg IgA)	4 KIT	872,00 €	ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ	Κα ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592460
			A0I01025600(Κωδ. Νοσοκ.) - COELIAC DISEASE PROFILE IGG EUROLINE KIT (Gliandine tg IgG)	4 KIT	872,00 €		
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄					1.744,00 €		

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ΄.
- Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.
- Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO(€)**.
- Γλώσσα: **Ελληνική**
- Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ' εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, τους Αποθήκες τους Υπηρεσίας τους.
- Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

«Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΕΟΦ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ 2464/03-04-2025

Προδιαγραφές για anti ds-DNA ανοσοφθορισμό

1. Τα προϊόντα να είναι ετοιμοπαράδοτα.
2. Να αποτελούνται από πλήρες kit ανοσοφθορισμού για την ανίχνευση και τον ποιοτικό και ημιποσοτικό προσδιορισμό σε ανθρώπινο ορό αντι-ds DNA αυτοαντισωμάτων. Το kit να περιλαμβάνει πλάκες BIOCHIPs υποστρώματος *Crithidia luciliae* κυττάρων και όλα τα απαραίτητα για την εξέταση (IgG FITC conjugate, PBS που χρησιμοποιείται και ως αραιωτικό δειγμάτων, mounting medium, καλυπτρίδες) καθώς και θετικό anti- dsDNA και αρνητικό μάρτυρα.
3. Να είναι κατάλληλο για in vitro διαγνωστική χρήση.
4. Τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν σήμανση CE και όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, όπου αυτό προβλέπεται.

ΕΝΤΟΛΗ 2465/03-04-2025

Προδιαγραφές ANCA-c, ANCA-p ανοσοφθορισμό

1. Τα προϊόντα να είναι ετοιμοπαράδοτα.
2. Να αποτελούνται από πλήρες kit ανοσοφθορισμού για την ανίχνευση και τον ημιποσοτικό προσδιορισμό σε ανθρώπινο ορό αντισωμάτων έναντι ουδετεροφίλων κυτταροπλασματικών (c- ANCA) και περιτυρηνικών (p- ANCA). Το kit να περιλαμβάνει πλάκες υποστρώματος ανθρώπινων ουδετερόφιλων σταθεροποιημένα με αιθανόλη, IgG FITC/ Evans blue conjugate, θετικό μάρτυρα p- ANCA με περιτυρηνικό πρότυπο, θετικό μάρτυρα c- ANCA με κυτταροπλασματικό πρότυπο, αρνητικό μάρτυρα, αραιωτικό δειγμάτων, PBS , mounting medium και καλυπτρίδες.
3. Να είναι κατάλληλο για in vitro διαγνωστική χρήση
4. Τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν σήμανση CE και όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, όπου αυτό προβλέπεται.

ΕΝΤΟΛΗ 2463/03-04-2025

1. Έλεγχος IgA αντισωμάτων για κοιλιοκάκη

Πλήρες kit για τον ταυτόχρονο διακριτό προσδιορισμό IgA αντισωμάτων έναντι της ιστικής τρανσγλουταμινάσης (tissue transglutaminase – endomysium) και της γλοιαδίνης χωριστά σε ορό, με τεχνική ανοσοαποτύπωσης (blot) σε ταινία (strip), για τον έλεγχο της κοιλιοκάκης.

Το kit να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και διαλύματα για την εκτέλεση της εξέτασης (θετικό μάρτυρα, sample buffer, conjugate, wash buffer, substrate solution και φορείς επώασης), και να μπορεί να δουλεutsé ακόμη και ως monotest για κάθε strip, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό για τη χρήση του.

Κάθε ταινία (strip) να περιέχει υψηλής καθαρότητας αντιγόνα. Ειδικά για τη γλοιαδίνη, πρέπει να περιέχεται gliadin - analogue fusion peptide - GAF-3X για μεγαλύτερη ειδικότητα και ευαισθησία.

Η μέθοδος να είναι απλή, να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και να παρέχει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα.

Η αξιολόγηση να μην γίνεται με σύγκριση έντασης χρώματος μεταξύ της εμφανιζόμενης μπάντας και του θετικού και αρνητικού μάρτυρα της ταινίας.

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων να οπτικά. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα αυτόματης ανάγνωσης και ποσοτικοποίησης ή ημιποσοτικοποίησης των αποτελεσμάτων.

Το προσφερόμενο αντιδραστήριο να διαθέτει CE σήμανση και να έχει χρόνο ζωής μεγαλύτερο των 6 μηνών.

ΕΝΤΟΛΗ 2463/03-04-2025

2. Έλεγχος IgG αντισωμάτων για κοιλιοκάκη

Πλήρες kit για τον ταυτόχρονο διακριτό προσδιορισμό IgG αντισωμάτων έναντι της ιστικής τρανσγλουταμινάσης (tissue transglutaminase – endomysium) και της γλοιαδίνης χωριστά σε ορό, με τεχνική ανοσοαποτύπωσης (blot) σε ταινία (strip), για τον έλεγχο της κοιλιοκάκης.

Το kit να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και διαλύματα για την εκτέλεση της εξέτασης (θετικό μάρτυρα, sample buffer, conjugate, wash buffer, substrate solution και φορείς επώασης), και να μπορεί να δουλευτεί ακόμη και ως monotest για κάθε strip, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό για τη χρήση του.

Κάθε ταινία (strip) να περιέχει υψηλής καθαρότητας αντιγόνα. Ειδικά για τη γλοιαδίνη, πρέπει να περιέχεται gliadin - analogue fusion peptide - GAF-3X για μεγαλύτερη ειδικότητα και ευαισθησία.

Η μέθοδος να είναι απλή, να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και να παρέχει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα.

Η αξιολόγηση να μην γίνεται με σύγκριση έντασης χρώματος μεταξύ της εμφανιζόμενης μπάντας και του θετικού και αρνητικού μάρτυρα της ταινίας.

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων να οπτικά. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα αυτόματης ανάγνωσης και ποσοτικοποίησης ή ημιποσοτικοποίησης των αποτελεσμάτων.

Το προσφερόμενο αντιδραστήριο να διαθέτει CE σήμανση και να έχει χρόνο ζωής μεγαλύτερο των 6 μηνών.