



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αριθμ.Πρωτ.:11952

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Πειραιάς: 22-07-2025

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ: 210 – 4592159

Fax: 210 - 4592597

Email: mprom3@ tzaneio.gov.gr

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘ-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ-ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΑΛΛΑΓΗ E-MAIL: mprom3@tzaneio.gov.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	25-07-2025
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »
(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom3@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2997 /21-07-2025 Π.Δ 11257/09-07-2025 (ΑΡ.ΔΙΑΓ. 4015-2025)	ΨΩ4Γ46906Κ-ΞΡ7	ΥΠ101001(κωδ.νοσok)-ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ON/OFF ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ . ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.	1.000 ΤΕΜ	10.000,00 €	ΜΕΘ-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΒΡΕΤΤΟΥ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ ΑΣ 210-4592869
3040 /21-07-2025 Π.Δ.10912/04-07-2025 (ΑΡ.ΔΙΑΓ. 4016/2025)	9ΥΓ46906Κ-ΧΝΕ	ΥΚ044005(κωδ.νοσok)-ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ ΠΕΝΤΑΠΛΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LUER-LOCK .ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.	700 ΤΕΜ	7.000,00 €	ΜΕΘ-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΒΡΕΤΤΟΥ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ ΑΣ 210-4592869

3005 /21-07-2025 Π.Δ.10823/03-07-2025	ΨΨΤΔ46906Κ-ΡΚΨ	ΥΕ00100201(κωδ.νοσοκ)-ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ,ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ , ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ,ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ,ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ. ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6χιλ. ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 12,5χιλ.ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ 4%. ΜΕ ΜΙΑ ΟΠΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 0 ΜΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,53. ΜΕ ΔΙΟΠΤΡΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 34 ΔΙΟΠΤΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΑ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 30 ΔΙΟΠΤΡΕΣ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΘΕΤΗΡΑ ή CARTRIDGE ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 2,2χιλ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	120 ΤΕΜ	10.440,00 €	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592908
3026 /21-07-2025 Π.Δ.10918/04-07-2025	ΡΛΖΜ46906Κ-ΜΙΚ	ΥΕ003033(κωδ.νοσοκ):ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ,ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ , ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΣΕ ΝΕΡΟ 26%, 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ, FULL C LOOP, ΙΣΟΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ, ΟΠΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 6.0mm, ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΟΛΩΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΟΠΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, Α-ΣΤΑΘΕΡΑ 118.0, ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ UV , ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 13.00mm, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 5 ΜΟΙΡΕΣ, ΑΓΚΥΡΕΣ ΑΠΟ BLUE-CORE PES, ΔΙΟΠΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥ 6-30 (6-10 ΑΝΑ 1, 10-30 ΑΝΑ 0,5) ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,457. ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 2,8χιλ. Ο ΦΑΚΟΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΠΤΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΜΕΡΑΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.	160 ΤΕΜ	13.152,00 €	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592908

3006 /21-07-2025 Π.Δ.10916/04-07-2025	ΨΟΒΜ46906Κ-Α6Π	ΥΕ00302901(κωδ.νοσοκ)-ΕΝΔΟΦΘΑΛΙΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ,ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΒΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ UV ΔΙΑ ΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗ ΖΩΝΗΣ:Α)6..mm(από D:+10.00 έως +24.50).Β) 5.70mm(από D:+25.00 έως +30.00). ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Α)11.00mm(απο D:+10.00εως +14.50),Β)10.75mm (απο D:+15.00 έως +24.50)Γ)10.50mm(απο D:+25.00 έως +30.00).Ευρος ΔΙΟΠΤΙΩΝ ΑΠΟ + 10.00d ΕΩς +30.00d.ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 1.8mm ΜΕ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ FOUR HARTIC(4Χ4). ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.46 ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΛΩΝ 8 ΜΟΙΡΕΣ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΘΕΤΗΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	150 ΤΕΜ	12.750,00 €	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΑΣ 210-4592908
---	----------------	---	---------	-------------	-------------	---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**·
- **δωροδοκία**
- **απάτη**
- **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**
- **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**

- **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.**
- **Είναι φορολογικά ενήμερος**
- **Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης**

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**
6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8. «Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016)

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΕΟΦ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΕΝΤΟΛΗ: 2997/21-07-2025

ΥΠ101001-ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ.

Προδιαγραφές:

Ο αρτηριακός καθετήρας για πρόσβαση σε κερκιδική αρτηρία 20G και μήκος 45mm+-2 από PTFE που διαθέτει διακόπτη ροής με ON-OFF και χρωματιστή σήμανση ενδεικτική της αρτηριακής γραμμής.

Ο καθετήρας να έχει αντοχή στο τσάκισμα-σπάσιμο, ώστε να μη τραυματίζει την αρτηρία και να μη χρειάζεται επανατοποθέτηση νέου.

Το υλικό του αρτηριακού καθετήρα θα πρέπει να είναι (PVC και DEHP) free και να αναγράφεται στο εσώκλειστο της συσκευασίας.

Να κατατεθούν δείγματα

ΕΝΤΟΛΗ:3040/21-07-2025

ΥΚ04400501: ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (Πενταπλά)

1. Polyway 6 θέσεων με προέκταση 1,5m (5g stopcock manifold) με σύνδεση luer lock, με 6 βαλβίδες ασφάλειας clave
2. Συνολικό μήκος προέκτασης 175cm
3. Συνολικός όγκος 8,63ml, pvc non-dehp
4. Οι βαλβίδες ασφάλειας να επιτρέπουν την σύνδεση με την συσκευή χωρίς να ανοίγει δημιουργώντας κλειστό σύστημα προς τον ασθενή με διάρκεια χρήσης 7 ημερών
 - 4α) Να έχουν ροή μεγαλύτερη των 170ml/min
 - 4β) Να έχουν λεία και επίπεδη επιφάνεια σιλικόνης για εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό τους για την αποφυγή βακτηριακών
 - 4γ) Παραμονής και χρήσης 7 ημερών και όχι λιγότερες των 600 συνδέσεων για την κάθε μια βαλβίδα ξεχωριστά
 - 4δ) Για την σύνδεση να μην απαιτείται η χρήση βελόνας
5. Η ράμπα να φέρει στρόφιγγες με χρωματική κωδικοποίηση
6. Οι βαλβίδες ασφάλειας να είναι κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιτρέπεται η ροή του υγρού να έρθει σε επαφή με εξωτερικές εκτεθειμένες επιφάνειες