



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αριθμ.Πρωτ.:12035

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Πειραιάς: 23-07-2025

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ: 210 – 4592159

Fax: 210 - 4592597

Email: mprom3@ tzaneio.gov.gr

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΑΠΟΣΤ.ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΚΛΗΡΙΔΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΑΛΛΑΓΗ E-MAIL: mprom3@tzaneio.gov.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	28-07-2025
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »
(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom3@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2993 /21-7-2025 Π.Δ 11253-2025	9ΞΡΘ46906Κ-ΓΙΘ	ΥΧ00365602(κωδ.νοσok)-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΚΛΗΡΙΔΙΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ ,ΣΥΛΛΟΓΗΣ Η ΑΙΜΑΤΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ ΕΙΣΟΔΟΥ ,ΣΙΔΙΚΟΝΟΥΧΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΤΑ 3/4 ΔΙΑΤΡΗΤΟ,ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΣΗΜΕΙΟ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ .ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 150CC ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 7ΜΜ	60 tem	4.200,00 €	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592908
2996 /21-07-2025 Π.Δ 11247/2025	9ΩΘ346906Κ-ΡΩΠ	ΥΩ01504(κωδ.νοσok.)-Σύστημα διεγχειρητικής νευροφυσιολογικής παρακολούθησης 8 καναλιών για επεμβάσεις θυρεοειδούς με δυνατότητα διέγερσης και παρακολούθησης των κάτω λαρυγγικών νεύρων, του παραπληρωματικού, του υπογλώσσσιου, του φρενικού καθώς επίσης και συνεχή διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου. Το σύστημα να συνοδεύεται από: • Σετ ενδοτραχειακού σωλήνα ενισχυμένου, σπιδράλ, με cuff και εργοστασιακά ενσωματωμένο ζεύγος ηλεκτροδίων δυο καναλιών με μεγάλη επιφάνεια καταγραφής (περίπου 7 cm), με εύκαμπτο οδηγό ενδοτραχειακής διασωλήνωσης απολύτως συμβατό με τον ενδοτραχειακό σωλήνα στην ίδια αποστειρωμένη συσκευασία με δυνατότητα συνεχούς καταγραφής. Να διατίθεται σε όλα τα μεγέθη (6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5). Με δυνατότητα σύνδεσης με :	20 ΣΕΤ	9.700,00€	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΤΣΙΛΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592900

		• Διπολικό εύκαμπτο στυλεό τύπου microfork. • Διπολικό εύκαμπτο ηλεκτρόδιο ανοιχτού βρόγχου με πλήρως ενσωματωμένα ηλεκτρόδια για τη συνεχή διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου. Η εταιρεία υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν το μηχάνημα διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, το οποίο πρέπει να φέρει ετήσια πιστοποίηση καλής λειτουργίας από το εργοστάσιο κατασκευής του. Ο χειριστής του μηχανήματος να διαθέτει πιστοποίηση. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ				
3025 /21-07-2025 Π.Δ.10914/04-07-2025	ΨΩΝΔ46906Κ-ΙΚΙ	ΥΕ003033(κωδ.νοσοκ):ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ,ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ , ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΣΕ ΝΕΡΟ 26%, 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ, FULL C LOOP, ΙΣΟΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ, ΟΠΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 6.0mm, ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΩΛΩΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΟΠΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, Α-ΣΤΑΘΕΡΑ 118.0, ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ UV , ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 13.00mm, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 5 ΜΟΙΡΕΣ, ΑΓΚΥΡΕΣ ΑΠΟ BLUE-CORE PES, ΔΙΟΠΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥ 6-30 (6-10 ΑΝΑ 1, 10-30 ΑΝΑ 0,5) ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,457. ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 2,8χιλ. Ο ΦΑΚΟΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΠΤΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΜΕΡΑΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.	160 ΤΕΜ	13.152,00 €	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σ 210-4592908

3027/ 21-07-2025 Π.Δ.11000/07-07- 2025	6Α1Ω46906Κ-ΞΑ5	ΥΕ00302901(κωδ.νοσοκ)-ΕΝΔΟΦΘΑΛΙΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ,ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΒΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ UV ΔΙΑ ΜΕΤΡΟΣ ΟΠΤΙΚΗ ΖΩΝΗΣ:Α)6..mm(από D:+10.00 εως +24.50).Β) 5.70mm(από D:+25.00 εως +30.00). ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Α)11.00mm(απο D:+10.00εως +14.50),Β)10.75mm (απο D:+15.00 εως +24.50)Γ)10.50mm(απο D:+25.00 εως +30.00).ευρος ΔΙΟΠΤΙΩΝ ΑΠΟ + 10.00d ΕΩς +30.00d.ΕΝΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 1.8mm ΜΕ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ FOUR HARTIC(4Χ4). ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.46 ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΛΩΝ 8 ΜΟΙΡΕΣ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΘΕΤΗΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	150 ΤΕΜ	12.750,00 €	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σ 210-4592908
---	----------------	---	---------	-------------	-------------	--

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**·
- **δωροδοκία**
- **απάτη**
- **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**
- **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**

- **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.**
- **Είναι φορολογικά ενήμερος**
- **Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης**

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**
6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8. «Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016)

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΕΟΦ

**ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΦΛΟΥΟΡΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ-ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ**

Σύστημα διεγχειρητικής νευροφυσιολογικής παρακολούθησης 8 καναλιών για επεμβάσεις θυρεοειδούς με δυνατότητα διέγερσης και παρακολούθησης των κάτω λαρυγγικών νεύρων, του παραπληρωματικού, του υπογλώσσιου, του φρενικού καθώς επίσης και συνεχή διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου. Επίσης να διαθέτει εσωτερικό σκληρό δίσκο για την αποθήκευση και ανάκτηση των δεδομένων κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

Το σύστημα να συνοδεύεται από:

- Σετ ενδοτραχειακού σωλήνα ενισχυμένου, σπινάλ, με cuff και εργοστασιακά ενσωματωμένο ζεύγος ηλεκτροδίων δυο καναλιών με μεγάλη επιφάνεια καταγραφής (περίπου 7 cm), με εύκαμπτο οδηγό ενδοτραχειακής διασωλήνωσης απολύτως συμβατό με τον ενδοτραχειακό σωλήνα στην ίδια αποστειρωμένη συσκευασία με δυνατότητα συνεχούς καταγραφής. Να διατίθεται σε όλα τα μεγέθη (6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0).
- Διπολικό εύκαμπτο στελεό τύπου microfork ball probe 90mm.
- Διπολικό εύκαμπτο ηλεκτρόδιο ανοιχτού βρόγχου με πλήρως ενσωματωμένα ηλεκτρόδια για τη συνεχή διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου.

Η εταιρεία υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν το μηχάνημα διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, το οποίο πρέπει να φέρει ετήσια πιστοποίηση καλής λειτουργίας από το εργοστάσιο κατασκευής του και τα αναλώσιμα υλικά να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου.

Ο χειριστής του μηχανήματος να διαθέτει πιστοποίηση ΣΥΔΝΟΧ καθώς και πιστοποίηση εκπαίδευσης του μηχανήματος από τον κατασκευαστικό οίκο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΕΝΤΟΛΗ:

2996/21-07-2025