



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
ΤΗΛ: 210 – 4592350  
[Email : i.mosxopoulou@tzaneio.gov.gr](mailto:i.mosxopoulou@tzaneio.gov.gr)

Αριθμ. Πρωτ. : 12342

Πειραιάς: 29-7-2025

**ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ**

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών  
**ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ**  
**USP2- USP1**

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ    | Ανοικτή                                         |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | Η χαμηλότερη τιμή                               |
| ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   | <b>31/7/2025</b>                                |
| ΩΡΑ:                 | 12:00 μ.μ.,                                     |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ      | Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ |

|                    |                        |                                  |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|
| ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ          | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ        | ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ              |
|                    |                        |                                  |

29/7/2025

## **ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»**

### **Έχοντας υπόψη:**

**1.** Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

**1.1.** Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

**1.2.** Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

**1.3.** Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

**1.4.** Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

**1.5.** Του Ν. 4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

**1.6** Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

### **ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ**

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια **υλικών** με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές )**.

|                    |                        |                                  |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|
| ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ          | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ        | ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ              |
|                    |                        |                                  |

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας [i.mosxopoulou@tzaneio.gov.gr](mailto:i.mosxopoulou@tzaneio.gov.gr).

**Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος, παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).**

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ |
| 2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                       | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ |
| 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ                      | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ |
| 4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                          | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ |

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.tzaneio.gov.gr](http://www.tzaneio.gov.gr)).

|                    |                        |                                  |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|
| ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ          | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ        | ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ              |
|                    |                        |                                  |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**  
( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )

| Α.Ε            | ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ | ΔΕΣΜΕΥΣΗ           | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    | ΕΙΔΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΤΕΜΑΧΙΑ                        | ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                          |
|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 2963/18-7-2025 | 11243/9-7-2025 | ΡΔΔΒ46906<br>Κ-ΧΦΘ | 1.740.00€+<br>ΦΠΑ | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ, ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ<br><br>ΚΩΔ ΥΡ00604601 USP 2 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ½ ΚΥΚΛΟΥ 50mm, μήκους 90cm<br><br>ΤΕΜΑΧΙΑ:200<br><br>ΤΙΜΗ/ΤΜΧ:1,3€+ΦΠΑ<br><br>ΚΩΔ ΥΡ00604206 UPS1 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ½ ΚΥΚΛΟΥ 40mm ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 75cm<br><br>ΤΕΜΑΧΙΑ:1000<br><br>ΤΙΜΗ/ΤΜΧ:1,48€+ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ<br><br>1.200 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ-ΓΥΝΑΚΟΛΟΓΙΚΟ       | Κα ΤΖΗΚΑ<br><br>ΤΗΛ 2104592840*-2841 |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄

**ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ**

|                    |                        |                                  |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|
| ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ          | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ        | ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ              |
|                    |                        |                                  |

29/7/2025

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

### ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.
3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
4. Γλώσσα: **Ελληνική**
5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ' εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
7. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά:

**Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

|                    |                        |                                  |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|
| ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ          | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ        | ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ              |
|                    |                        |                                  |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '**  
**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

| ΑΡΙΘΜΟΣ<br>ΕΝΤΟΛΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br>ΕΙΔΟΥΣ | ΤΙΜΗ<br>ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ<br>ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ<br>ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ | ΤΙΜΗ<br>ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ | ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΕΜΠΟΡΙΟΥ | GMDN | ΕΟΦ |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|------|-----|
|                    |                     |                                               |                           |                        |                     |      |     |

|                    |                        |                                  |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|
| ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ          | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ        | ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ              |
|                    |                        |                                  |

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ:2962/18-7-2025

### ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΟΝΗ

- Ή ισοδύναμο, πρόληψης λοιμώξεων χειρουργικής τομής.
- Να παρέχουν στήριξη 60-80% της αρχικής τους αντοχής τις πρώτες 14 ημέρες, 35-70% τις πρώτες 28 ημέρες και 35-60% της τάσεως τους για 42 ημέρες μετά την εμφύτευση, ανάλογα με τη διάμετρο του νήματος.
- Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 180-240 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI και περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

UPS 1 ΜΗΚΟΥΣ 150 εκ. ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ ½ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΗΚΟΥΣ 48 ΧΙΛ. LOOP

|                    |                        |                                  |
|--------------------|------------------------|----------------------------------|
| ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ          | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ        | ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ              |
|                    |                        |                                  |