



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592158
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 13823

Πειραιάς: 03/09/2025

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών
(ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΑΡΑ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	10/09/2025
ΩΡΑ:	12:00 π.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια **υλικών** με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr .**

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2850/19-06-2025, ΠΔ 9765/19-06- 2025	9ΑΡΩ46906Κ- 07Ψ	24005007 - ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ (ΦΟΥΣΤΑ - ΜΠΛΟΥΖΑ) (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	3 ΤΕΜ	3.034,50 €	ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ	Κα ΛΑΧΑΝΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592453 και Κα. ΚΟΛΟΒΟΥ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592626
		24010019 - ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	10 ΤΕΜ	1.008,00 €		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**.
- **δωροδοκία**
- **απάτη**
- **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**
- **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**
- **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.**
- **Είναι φορολογικά ενήμερος**
- **Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης**

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ .
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**
6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

8. « Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς **υποχρεούνται** να εκδίδουν **ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016)** » .

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :
Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΕΟΦ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ '

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ 2850/19-06-2025

Τεχνικές προδιαγραφές για εξοπλισμό ακτινοπροστασίας

1. Ποδιές ακτινοπροστασίας τύπου φούστα-γιλέκο με ακτινοπροστατευτική θωράκιση μπροστά 0,50mm Pb και πίσω 0.25mm Pb.

2. Κολάρα ακτινοπροστασίας θυρεοειδούς

Για όλα τα ανωτέρω είδη ακτινοπροστασίας απαιτούνται οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές και επισημάνσεις (ειδιάλλως η μη συμμόρφωση με αυτές συνιστά σοβαρό λόγο για αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Επίσης ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται):

1. Το υλικό ακτινοπροστασίας θα πρέπει να είναι ελεύθερο μολύβδου (Lead free) και ανακυκλώσιμο.
2. Ο εξοπλισμός ακτινοπροστασίας να είναι πιστοποιημένος σε επίπεδα ελέγχου σε 80, 100 έως και 120 KV σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. IEC 61331-1.
3. Να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα νέα διεθνή STANDARDS IEC 61331-3:2014 (*Protective devices against diagnostic medical X-radiation - Part 3: Protective clothing, eyewear and protective patient shields*).
4. Οι ακτινοπροστατευτικές ποδιές να είναι περιμετρικής κάλυψης
5. Μέγιστη αποδεκτή πυκνότητα υλικού είναι τα **6Kg/m²** για τις ποδιές που έχουν ισοδύναμο ακτινοπροστασίας τα **0.50mm Pb** και τα **3Kg/m²** για τις ποδιές που έχουν ισοδύναμο πάχος ακτινοπροστασίας τα **0.25mm Pb**.
6. Οι ποδιές θα πρέπει να παραδοθούν εξατομικευμένες στην σωματική διάπλαση των χρηστών.
7. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.
8. Επικάλυψη από υλικό ανθεκτικό, μη απορροφητικό, που καθαρίζεται και να πλένεται εύκολα.
9. Θα πρέπει να κατατεθούν πιστοποιητικά της επιφανειακής πυκνότητας και ισοδύναμης απορροφητικότητας των ακτινοπροστατευτικών υλικών.

10. Να συνοδεύονται από κατάλληλη κρεμάστρα.
11. Να διατίθενται σε διάφορα χρώματα.

Τα **κολάρα ακτινοπροστασίας θυρεοειδούς** θα πρέπει να έχουν:

1. Ισοδύναμο ακτινοπροστασίας τα **0.50mm Pb** και να έχουν βάρος μικρότερο από **450gr**.
2. Να επικαλύπτουν και το στέρνο σε μήκος 12 cm περίπου και με πατούρα ώστε να μην εμποδίζονται οι κινήσεις του λαιμού.
3. Να καλύπτουν με ημικυκλική σχεδίαση του κατωτέρου ορίου το άνω όριο της ακτινοπροστατευτικής ποδιάς.
4. Να είναι κατασκευασμένα από υλικό ανθεκτικό, μη απορροφητικό, που καθαρίζεται και να πλένεται εύκολα.
5. Να διατίθενται σε διάφορα χρώματα.
6. Να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα νέα διεθνή STANDARDS IEC 61331-3:2014 (*Protective devices against diagnostic medical X-radiation - Part 3: Protective clothing, eyewear and protective patient shields*).

Για τους προμηθευτές θα πρέπει:

- Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων.
- Οι προμηθευτές να προσκομίσουν σχετικό πελατολόγιο με παραδόσεις αντίστοιχου ακτινοπροστατευτικού εξοπλισμού σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας (μαζί με τηλέφωνα επικοινωνίας).
- Οι προμηθευτές να διαθέτουν ISO 9001:08 καθώς και ο εξοπλισμός ακτινοπροστασίας να διαθέτει σήμανση CE.
- Να παρέχεται εγγύηση 2 ετών για την καλή λειτουργία και την ποιότητα της κατασκευής του εξοπλισμού.
- Οι προμηθευτές θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του τμήματος ή τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας (ακτινοφυσικό) προς υπόδειξη των μεγεθών
- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση.