



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αριθμ.Πρωτ.:14229

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Πειραιάς: 09-09-2025

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ: 210 – 4592159

Email: mprom3@ tzaneio.gov.gr

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ-ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΜΦ.ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΚΟΙΤΟΡΑΠΤΕΣ-ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ
ΖΕΛΑΤΙΝΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΑΛΛΑΓΗ E-MAIL: mprom3@tzaneio.gov.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	15-09-2025
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »
(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom3@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
3347 /27-08-2025, ΠΔ.12206/25-07-2025	Ψ5Σ146906Κ-ΡΗΨ	ΥΝΦ0500203 - ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΡΟΜΒΙΝΗ. (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	40 ΤΕΜ	10.960,00 €	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	Κα ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592908
3348 /27-08-2025, ΠΔ.12188/25-07-2025	6ΖΥΑ46906Κ-8ΡΣ	ΥΧ00105401 - ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (PORT). ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	20 ΤΕΜ	7.400,00 €		
3333 /27-08-2025, ΠΔ.12523/31-07-2025	ΨΕΤ746906Κ-6ΟΣ	ΥΕ003033 - ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ,ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ , ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΣΕ ΝΕΡΟ 26%, 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ. ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΠΤΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΜΕΡΑΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	150 ΤΕΜ	12.330,00 €		
3343 /27-08-2025,	Ψ2Μ846906Κ-ΤΛΠ	ΥΣ01020200 - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 75mm ΤΡΙΠΛΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ. (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	15 ΤΕΜ	4.200,00 €	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	Κα ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592908

ΠΔ.27-08-2025		ΥΣ011106 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ. (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	36 ΤΕΜ	5.040,00 €		
---------------	--	--	--------	------------	--	--

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**·
- **δωροδοκία**
- **απάτη**
- **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**
- **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**

- **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.**
- **Είναι φορολογικά ενήμερος**
- **Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης**

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**
6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8. «Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016)

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΕΟΦ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΕΝΤΟΛΗ: 3347/27-08-2025

ΥΝΦ0500203 - ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΡΟΜΒΙΝΗ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 6ml, ΓΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ, ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (ΡΕΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ) ΤΕΛΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ (ΜΕ ΜΝΗΜΗ) ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΜΨΗΣ 360⁰ ΓΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ 4-6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ. ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (ΤΙΜΗ ΑΝΑ/ΜΛ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ).

ΕΝΤΟΛΗ: 3348/27-08-2025

ΥΧ00105401 - ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (PORT).ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ,ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΑΝΤΙΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΥ, 5ml/sec ml/sec 300psi ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ 12cp, ΥΠΟ ΑΞΟΝΙΚΟ,ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ-ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ, ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 13mm, ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΕΝΤΗΣΗ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΝΔΕΙΞΗ Ρ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ PORT. ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΚΙΕΡΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ.
- ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 8fr ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ ΤΟΥ, ΜΕ ΟΜΑΛΗ ΑΠΟΛΗΞΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ.
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΑΓΓΕΙΟΥ ΜΕ ΘΗΚΑΡΙ ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΜΕ ΣΕΤ ΠΑΡΕΚΕΝΤΗΣΗΣ MICRO ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ 21g, ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ eptfe-nitinol 0.018", ΚΑΛΥΜΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ, ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΓΩΝΙΩΔΗ ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 20g ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

ΕΝΤΟΛΗ: 3333/27-08-2025

ΥΕ003033 - ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ, ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ, ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΣΕ ΝΕΡΟ 26%, 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ, FULL C LOOP, ΙΣΟΑΜΦΙΚΥΡΤΟΣ, ΟΠΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 6.0mm, ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΟΛΩΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΟΠΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, Α-ΣΤΑΘΕΡΑ 118.0, ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ UV , ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 13.00mm, ΓΩΝΙΑ ΑΓΚΥΛΩΝ 5 ΜΟΙΡΕΣ, ΑΓΚΥΛΕΣ ΑΠΟ BLUE-CORE PES, ΔΙΟΠΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥ 6-30 (6-10 ΑΝΑ 1, 10-30 ΑΝΑ 0,5) ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,457. ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΜΗ 2,8χιλ. Ο ΦΑΚΟΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΘΕΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΠΤΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΜΕΡΑΣ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

ΕΝΤΟΛΗ: 3343/27-08-2025

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ
3 ΠΛΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ**

Σύστημα ευθύγραμμου επαναφορτιζόμενου κοπτοράπτη ανοιχτής χειρουργικής μήκους γραμμής συρραφής 81 mm με γραμμή διατομής 78 mm για μέγιστη αποδοτικότητα, να δέχεται κασέτες που να εφαρμόζουν τριπλή γραμμή συρραφής εκατέρωθεν της γραμμής διατομής, με κλιπ σχήματος 3D από κράμα τιτανίου(2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο) για καλύτερη αιμόσταση εξασφαλίζοντας όμως επαρκή αιμάτωση του ιστού. Να τεκμηριώνεται επιστημονικά το όφελος που προσδίδει η σύσταση της γραμμής συρραφής. Το κλιπ να έχει ύψος ποδός 4.3 χιλ και να ρυθμίζεται η σύγκλεισή του στην ίδια κασέτα πριν την πυροδότηση ανάλογα με το πάχος του ιστού: 1,5mm για κανονικό, 1,8mm για ενδιάμεσο και 2mm για παχύ ιστό. Να διαθέτει αντιολισθητική λαβή, προεξέχουσα επιφάνεια στο στέλεχος του εργαλείου για παράλληλη σύγκλειση των σκελών και δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης υπάρχει δυνατότητα επαναπυροδότησης τουλάχιστον 12 φορές ανά εργαλείο.

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΣΣΕΤΕΣ
3 ΠΛΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ**

Ανταλλακτικές κεφαλές για τρία διαφορετικά πάχη ιστού, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, ισχυρά κλιπ από κράμα τιτανίου (να περιέχει 2,5% βανάδιο-3%αλουμίνιο), ύψος ανοικτού κλιπ 4,3mm και έξι γραμμές συρραφής 75mm. Τα κλιπ να κλείνουν σε τρισδιάστατη κατεύθυνση.