



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"

Πειραιάς: 12-01-2026

Αριθμ. Πρωτ: 372

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Αφεντούλη & Ζαννή Πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τηλέφωνο : 210 – 45 92 592 e-mail : lazarou@tzaneio.gov.gr	ΠΡΟΣ:	ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
---	--------------	---

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"**

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο υπέβαλε προς διαβούλευση, στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό **2025DIAB31912**, τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.4412/2016, που αφορούν στην προμήθεια **ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ** , για τις ανάγκες του Γ.Ν.Π Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου .

Η πρόσκληση για τη διαβούλευση αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ (<https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation-search/>) στις **19-12-2025** και για **15 ημέρες**, δηλαδή μέχρι και τις **03-01-2026**, μέσα στο οποίο διάστημα οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούσαν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Παρατηρήσεις κατέθεσαν οι εταιρείες: **1) Υ LOGIMED Μ.Α.Ε 2) BBD ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε 3) INSIDE MEDICAL Α.Ε 4)ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε 5) ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε 6) ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε 7)ARETEION MEDICALS Α.Ε 8) MEDICARE HELLAS Α.Ε 9) MEDI-SUP Α.Ε**

Ακολουθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Νοσοκομείου και οι παρατηρήσεις των εταιρειών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π 'ΤΖΑΝΕΙΟ'

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Πειραιάς: 18-12-2025

Αρ. Πρωτοκ. : 20587

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Αφεντούλη και Ζαννή

Πληροφορίες: Λαζάρου Κυριάκος

Τηλέφωνο: 210 – 4592592

mail: lazarou@tzaneio.gov.gr

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

‘ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ ‘ΤΖΑΝΕΙΟ’

1. Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ‘Τζάνειο’ (Γ.Ν.Π ‘ΤΖΑΝΕΙΟ’), υποβάλει προς διαβούλευση τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τα άρθρα **47 & 48** και **278 & 279** του **Ν.4412/2016**, που αφορούν στην προμήθεια **ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**, για **ένα (1) έτος**, με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1311). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων – παρατηρήσεων, οι υποβληθείσες παρατηρήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.tzaneio.gov.gr στη διαδρομή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ► ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ) για να λάβουν γνώση αυτών οι ενδιαφερόμενοι.

Μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια **ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**, για **ένα (1) έτος**, για τις ανάγκες του **Γ. Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»** με

χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό Νοσοκομείου **(ΚΑΕ 1311)** και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.

2. Με την παρούσα πρόσκληση σας καλούμε να υποβάλετε τις προτάσεις-παρατηρήσεις για τα παρακάτω είδη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές τους (επισυνάπτονται), με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

3. Η διάρκεια της διαδικασίας ορίζεται σε **δεκαπέντε (15)** ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της στον ιστότοπο του **ΕΣΗΔΗΣ**

<https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation-search/>).

4. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους διαγωνισμούς και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: **(<https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation-search/>)**.

6. Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Επιπρόσθετα, επισυνάπτονται οι γενικοί κανόνες που αναγράφονται και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ και που είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία.

Οι προτάσεις, τα σχόλια ή οι ερωτήσεις που υποβάλλονται υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρακάτω όρων χρήσης και συμμετοχής:

- Στο υποσύστημα των Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ **υποβάλλονται άμεσα τα σχόλια σε μορφή απλού κειμένου**. Καταχωρούνται στο ειδικό πεδίο «**Καταχώρηση σχολίου**» με εισαγωγή κειμένου, είτε με πληκτρολόγηση ή με επικόλληση κειμένου από αντιγραφή. Συνίσταται να αποφεύγονται οι ειδικοί χαρακτήρες. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η καταχώρηση σχεδίων, πινάκων, εικόνων κλπ. Επίσης δεν είναι δυνατή η επισύναψη αρχείων.

- Τα σχόλια δύναται να αφορούν μία παράγραφο ή μία ενότητα ή το σύνολο του κειμένου της διαβούλευσης. Αυτό δηλώνεται στο πεδίο «Άρθρο» με σχετική περιγραφή που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 255 χαρακτήρες.
- Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τα σχόλια περιλαμβάνουν πίνακες, σχέδια, εικόνες, χάρτες ή φωτογραφίες, τα αρχεία αυτά μπορούν να αποσταλούν, με σαφή αναφορά του μοναδικού κωδικού της σχετικής Προκαταρκτικής Διαβούλευσης, προς την Αναθέτουσα Αρχή / τον Αναθέτοντα Φορέα που διενεργεί τη διαβούλευση. Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής / του Αναθέτοντα Φορέα περιλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.
- Οι προτάσεις και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα και να είναι επαρκώς τεκμηριωμένα.
- Το περιεχόμενο των προτάσεων και των σχολίων σας δεν πρέπει να προσβάλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
- Θα πρέπει να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες στη διαβούλευση.
- **Απόρριψη σχολίων:** Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις **θα απορρίπτονται (αφαίρεση από τη δημόσια διαβούλευση, όχι διαγραφή) από τον διαχειριστή της Υπηρεσίας.** Επίσης θα απορρίπτονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από τον διαχειριστή ως καταχρηστικός.
- Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π

‘ΤΖΑΝΕΙΟ’

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ

Συνημμένα ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές

		ΕΝΟΤΗΤΑ 1-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1	11101003	<u>ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΤΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟ 600CC ΕΩΣ 1200CC</u> Από υψηλής ποιότητας πλαστικό, με τρεις διαφανείς αεροθαλάμους έως 1.200cc ανά sec
2	11101008	Μάσκα χειρουργική αντιαλλεργική, αντιθαμβωτική υγροαπαωθητική 3 στρωμάτων (ραιγιόν) με επιρρίνιο έλασμα
3	11101053	<u>ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΟΘΟΝΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Μ.Χ</u> • <u>Να είναι αντιαλλεργικές</u> • <u>Να είναι εξαιρετικά απαλές από υλικό non-woven</u> • <u>Να είναι αδιάβροχες και διαπερατές από τον αέρα ώστε να μην προκαλούν δυσφορία κατά την αναπνοή</u> • <u>Να έχουν τριπλό φίλτρο υψηλής ικανότητας</u> • <u>Να έχουν εσωτερικά και εξωτερικά στρώματα που προσφέρουν πλήρη προστασία στους χρήστες</u> • <u>Να έχουν κορδόνια που έχουν θερμοσυγκολληθεί με τη μέθοδο υπερήχων για απόλυτη υγειονομική προστασία και άψογη εφαρμογή.</u> • <u>Να έχουν προστατευτικό κάλυμμα (ζελατίνα) κυρίως αντιθαμβωτικό και αντιμικροβιακό</u>
4	00001060	<u>ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ)</u> <u>Εύκαμπτο πλαστικό διάφανο. Με ασφαλές κούμπωμα. Δυνατότητα αναγραφής ονόματος.</u>
5	11101079	<u>ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΥΦΑΣΜΑ (NON WOVEN)</u> <u>Από υλικό αντιαλλεργικό, όχι εύφλεκτο, ανθεκτικό, από υλικό που να παρέχει αερισμό της κεφαλής, να έχουν καλή εφαρμογή, να πληρούν προδιαγραφές CE. Να διατίθενται σε πρακτική και ασφαλή συσκευασία. Χρώμα σιέλ ή πράσινο.</u>
6	11101080	<u>ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΔΕΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ΟΧΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ</u> <u>Από υλικό αντιαλλεργικό, όχι εύφλεκτο, ανθεκτικό, από υλικό που να παρέχει αερισμό της κεφαλής, να έχουν καλή εφαρμογή, να πληρούν προδιαγραφές CE. Να διατίθενται σε πρακτική και ασφαλή συσκευασία. Χρώμα σιέλ ή πράσινο.</u>
7	11101161	<u>ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ MONITOR DATEX OHMEDA</u> <u>Σωλήνας καπνογραφίας lower lock 3m, να είναι χρώματος άσπρου</u>
8	11101190	<u>ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ (ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ) ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ</u> <u>Μπουκάλι ροομέτρου πλαστικό αντοχής με ενδείξεις Minimum – Maximum</u> <u>Να είναι τύπου φυσαλίδων, πολλαπλών χρήσεων (με δυνατότητα</u>

		<u>αποστείρωσης δια κλιβανισμού ή με χημικά μέσα) και να προσαρμόζεται στην έξοδο του ροομέτρου και να αποσπάται απ αυτή εύκολα με το χέρι</u> ▪ <u>Η χωρητικότητα σε νερό να είναι 180-250ml και η μέγιστη τιμή πίεσης που θα δεχθεί να είναι μεγαλύτερη από 4 bar</u> ▪ <u>Η φιάλη του νερού να είναι διάφανη, και να έχει ενδείξεις μέγιστης και ελάχιστης στάθμης νερού</u> ▪ <u>Να αναγράφονται επί του υγραντήρα η μέγιστη πίεση λειτουργίας, η μέγιστη επιτρεπόμενη ροή οξυγόνου, στοιχεία κατασκευαστή, τύπος συσκευής, σήμανση CE, κωδικός φορέα πιστοποίησης</u>
9	11101407	<u>Χαρτί αποστείρωσης (non woven) 120 x 140CM εναλλασσόμενο</u>
10	11101551	<u>ΣΚΟΥΦΙΕΣ Μ.Χ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ.</u> <u>Από υλικό αντιαλλεργικό non-woven για αποφυγή αλλεργιών. Το υλικό να μην είναι εύφλεκτο, να έχει καλή εφαρμογή και να είναι υψηλού βαθμού αντοχής. Να είναι αεροδιαπερατές (διάτρητες) για τον αερισμό της κεφαλής χωρίς ρινίσματα υαλοβάμβακα και να διατίθενται σε πρακτική και ασφαλή συσκευασία. Να πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές. Να είναι στρογγυλές με λάστιχο περιφερειακά και να προσφέρονται σε χρώμα σιέλ και πράσινο. Να είναι κατασκευασμένες ώστε να καλύπτουν πλήρως το κεφάλι και τον λαιμό. Να έχουν κορδέλα συγκράτησης ιδρώτα στο μέτωπο. Να προσφέρει απόλυτη ασφάλεια στον χρήστη και προστασία χάρη στο εργονομικό σχήμα του.</u>
11	11101575	<u>ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ 80CM X 200CM</u> <u>Όπως περιγράφεται στον κωδικό</u>
12	11101597	<u>Σάκκοι αναρρόφησης 2lt με ζελοποιητική σκόνη,αντιμικροβιακή κάψουλα, φίλτρο και βαλβίδα ασφαλείας</u>
13	11101846	<u>ΔΟΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 180ML Μ.Χ</u> <u>Δοχεία δειγμάτων των 180 ml, με βιδωτό πώμα, ημιδιαφανή από πολυπροπυλένιο, διαστάσεων Φ 63 x 80 mm, κατάλληλα για συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά δειγμάτων από το χειρουργείο στο εργαστήριο, μέσα σε φορμόλη.</u> <u>Να διαθέτει μεγάλης διαμέτρου πώμα σφραγίζει ερμητικά αποκλείοντας διαρροή υγρών και ατμών. Να διαθέτουν ετικέτα για την αναγραφή στοιχείων του δείγματος. Να διαθέτει σήμανση CE MARK.</u>
14	11101850	<u>ΔΟΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 5 LT Μ.Χ</u> <u>Δοχεία δειγμάτων των 5 lt, με πιεστό πώμα, τύπου TAPER, διαστάσεων Φ 200 x 215 mm, από πολυστυρένιο υψηλής αντοχής, κατάλληλα για συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά δειγμάτων από το χειρουργείο στο εργαστήριο, μέσα σε φορμόλη.</u> <u>Το μεγάλης διαμέτρου πώμα σφραγίζει ερμητικά αποκλείοντας διαρροή υγρών και ατμών. Να διαθέτουν ετικέτα για την αναγραφή στοιχείων του δείγματος. Να διαθέτει σήμανση CE MARK.</u>

15	11101856	<u>ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. LARGE ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ</u> <u>Κοστούμια χειρουργείου από υλικό non-woven, χρώματος μπλέ, αδιαφανές, μαλακό, το οποίο να συμπεριφέρεται σαν ύφασμα. Να είναι αεροδιαπερατά και αδιάβροχα, μη ερεθιστικά, αντιαλλεργικά, χημικώς καθαρά, μη εύφλεκτα. Να φέρουν V στο λαιμό και τσέπη στο υποκάμισο και το παντελόνι. Η μπλούζα να είναι με κοντό μανίκι, το παντελόνι με κορδόνι, για συγκράτηση στο σώμα. Σε ατομική συσκευασία σερ στην οποία να αναγράφεται το μέγεθος. Σύμφωνα με την EN 13795</u>
16	11102007	<u>ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ LARGE</u> <u>Με φτερά απορροφητικές, ανθεκτικές</u>
17	11102008	<u>ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Μ.Χ ΛΗΨΗΣ ΤΕΣΤ PAP</u> <u>Όπως περιγράφεται στον κωδικό</u>
18	11102009	<u>ΣΚΟΡΑΜΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ 100 ΒΑΘΜΟΥΣ C</u> <u>Όπως περιγράφεται στον κωδικό.</u>
19	11102017	<u>ΟΡΘΟΣΚΟΠΙΑ Μ.Χ</u> <u>Από ανθεκτικό PVC στην θερμοκρασία και στο χλώριο η άλλα αντισηπτικά υγρά</u>
20	11103012	<u>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ SENGSA TAKEN ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ 120CM FR 15</u> <u>Οισοφαγικοί σωλήνες 3WAY BLAKMORE SENGSTAKEN από ελαστικό υλικό 120 cm μήκος, μέγεθος 15CH</u>
21	11103020	<u>ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ No 2 Να είναι αδιάβροχες με εσωτερική επιφάνεια από απορροφητικό υλικό που να μην προκαλεί αλλεργίες στους ασθενείς, με αυτοκόλλητα δεξιά και αριστερά</u>
22	11103036	<u>ΚΕΣΣΕΔΑΚΙΑ 1300gr ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΝΕΥ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ από πλαστικό</u>
23	11103043	<u>ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5ΛΙΤΡΑ</u> <u>Να έχουν καπάκι που να εφαρμόζει ερμητικά και δεν ξανανοίγει.</u> <u>Να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό υλικό και αδιάτρητα</u> <u>Να αποτελούνται από 2 μέρη που όταν ενώνονται να σφραγίζουν ερμητικά. Τα πάνω μέρος του δοχείου να φέρει υποδοχή για αποχωρισμό βελόνας ώστε να πωματίζεται η βελόνα πριν απορριφθεί.</u> <u>Να φέρουν δύο καπάκια ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό. Το εσωτερικό καπάκι να είναι ανακλινόμενο προς αποφυγή κινδύνου επιμολύνσεων λόγω διασποράς στον αέρα ή διαρροής υγρών ή υπερπλήρωση του δοχείου. Το εξωτερικό καπάκι να ακινητοποιείται σε τρεις θέσεις. α) ανοικτό, β) προσωρινά κλειστό γ) ερμητικά κλειστό (για τελική απόρριψη)</u> <u>Να έχουν κόκκινο χρώμα</u> <u>Να μην είναι από υλικό PVC</u> <u>Να είναι κατάλληλα για επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (με σήμα βιοεπικινδυνότητας) προς αποτέφρωση.</u> <u>Να είναι μιας χρήσης</u> <u>Να έχουν σήμανση CE</u>
24	11103070	<u>ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ</u> <u>Αυτοκόλλητη ταινία σε μορφή ρολού 3/4''X 60 Y με ένδειξη αποστείρωσης κόλλα να είναι κατάλληλη για χρήση σε ιματισμό και σε χαρτί. Το κάθε ρολό</u>

		<u>να φέρει σήμανση με τα στοιχεία παραγωγής του</u>
25	11103074	<u>ΛΑΒΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Όπως περιγράφεται στον κωδικό</u>
26	11103101	<u>ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΗΚΓ (ΣΕΤ) Ηλεκτρόδια καρδιογράφου με άκρα με μεταλλικό έλασμα</u>
27	11103128	<u>ΖΕΛΕ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ 200gr ΠΕΡΙΠΟΥ</u> <u>Να είναι κατασκευασμένο υπό κενό, ελεύθερο μικροφυσσαλίδων, υποαλλεργικό, ελεύθερο αλδεϋδων, άχρωμο, άοσμο</u>
28	11103130	<u>ΚΡΕΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ 200GR ΠΕΡΙΠΟΥ</u>
29	11103167	<u>ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ</u> <u>Πρέπει:</u> • <u>Να έχουν πλάγια προστασία</u> • <u>Να είναι αντιθαμβωτικά</u> • <u>Να έχουν ευρύ οπτικό πεδίο</u> • <u>Να είναι αυξημένης ανθεκτικότητας για την προστασία των οφθαλμικών βλεννογόνων</u> • <u>Να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νόρμα EN 374-1</u> • <u>Να φέρουν σήμανση CE στη συσκευασία</u> • <u>Να έχουν διάρκεια ζωής σε αποθήκευση τουλάχιστον 5 έτη</u>
30	11103168	<u>ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (FFP3)</u> • <u>Να έχει φίλτρο σωματιδίων (τύπου P3 ή ανάλογο) που να μπορεί να απορροφά πάνω από 95% σωματιδίων σε απόσταση μικρότερη των 3 μέτρων</u> • <u>Να είναι συμβατική με την Ευρωπαϊκή νόρμα EN 149-2001</u> • <u>Να φέρει τη σήμανση CE στη συσκευασία</u> • <u>Στην περίπτωση που η μάσκα δεν μπορεί να προσαρμοστεί καλά στο πρόσωπο του εργαζόμενου (π.χ. μούσι, γυαλιά, πολύ μικρό ή μεγάλο πρόσωπο ή για την καλύτερη προστασία κατά την επιτέλεση ιατρικών παρεμβατικών πράξεων υψηλού κινδύνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί συσκευή αναπνευστήρα θετικής πίεσης με αντλία (Positive Air Pressure Respirator PAPR)</u> • <u>Με προστασία ολόκληρου προσώπου, η οποία να εξασφαλίζει την προστασία οφθαλμών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νόρμα EN1294-1</u> • <u>Με δύο μπαταρίες ανεξάρτητης λειτουργίας λιθίου (Li) η καθεμία από τις οποίες εξασφαλίζει λειτουργία τουλάχιστον 4 ωρών</u> • <u>Με ξεχωριστό φορτιστή μπαταρίας (αναλογία ένας φορτιστής ανά τρεις συσκευές PAPR)</u> • <u>Περιορισμένου θορύβου λειτουργία</u> • <u>Με δυνατότητα απολύμανσης του κεντρικού μηχανισμού</u> • <u>Με ακουστικό σήμα εγρήγορσης (alert) για την αλλαγή του φίλτρου και την αλλαγή της μπαταρίας</u> • <u>Με δυνατότητα calibration πριν την εφαρμογή για τον έλεγχο της λειτουργία του συστήματος</u> • <u>Με φίλτρο που: α) απορροφά κυρίως βιολογικούς παράγοντες β) διάρκεια ζωής σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης του φίλτρου από τον κατασκευαστή</u>

31	11103177	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ SENGSA TAKEN ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ 120CM FR 16 Οισοφαγικοί σωλήνες 3WAY BLAKMORE SENGSTAKEN από ελαστικό υλικό 120 cm μήκος, μέγεθος 16CH
32	11103178	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ SENGSA TAKEN ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ 120CM FR 20 Οισοφαγικοί σωλήνες 3WAY BLAKMORE SENGSTAKEN από ελαστικό υλικό 120 cm μήκος, μέγεθος 20CH
33	11103193	Κουβέρτες υποθερμίας αλουμινίου ολόσωμες μιας χρήσης
34	11103212	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΧ ΑΠΟ ΦΕΛΙΖΟΛ Όπως περιγράφεται στον κωδικό
35	11103217	Πάνες νεογνών 2-5kg
36	11104081	ΠΟΥΑΡ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΑΣΚΟΙ ΜΕΤΑ ΠΙΕΣΣΟΜΕΤΡΟΥ Αεροθάλαμος ταχείας χορήγησης υγρών 500ml και 1000ml, με μανομετρική ένδειξη επάνω στον αεροθάλαμο με μεγαλύτερη ακρίβεια, κατά προτίμηση σε λευκό χρώμα έτσι ώστε να είναι ορατά τα υπολείμματα και για ευκολία καθαρισμού
37	11104121	BENTΟΥΖΕΣ ΗΚΓ 4 MM Προκάρδια ηλεκτρόδια ενηλίκων διαμέτρου 40mm και κονέκτορα με λαστιχένια βάση
38	11105088	ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Να έχει αποσπώμενο κάλυμμα που ανοίγει από την πίσω πλευρά της κασέτας
39	11105090	ΛΕΥΚΑ ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΠΕΤΩΝ Μ.Χ OXFORD (TIPS) 2ML Όπως περιγράφεται στον κωδικό
40	11105105	ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
41	11105111	MEMBRANES ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ (ΠΑΡΑΦΙΛΜ) Όπως περιγράφεται στον κωδικό
42	11105130	ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΗΚΕΙΣ κατάλληλες για σκληρά υλικά, αφαιλατωμένα οστά και εφαρμογές ειδικών απαιτήσεων κατασκευασμένες από ειδικό χάλυβα να διαθέτουν ακμές πολλαπλής επιχρωμίσωσης με επικάλυψη TEFLON Διάσταση: 0,25x8x80 mm με γωνία κοπής 35°
43	11105131	ΣΠΡΕΥ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

		ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ. Ψυκτικό σπρέυ για την κατάψυξη (ταχεία ψύξη) τομών μικροτόμου και κρυοστάτη και ιστολογικών παρασκευασμάτων Να είναι οικολογικό
44	11105159	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΚΚΡΙΜΑ Όπως περιγράφεται στον κωδικό
45	11105192	ΡΥΓΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΠΕΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕ Όπως περιγράφεται στον κωδικό
46	11105220	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 20 CM Όπως αναφέρεται στον κωδικό
47	11105413	ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΤΜΟΥ 5ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ολοκληρωμένος εσωτερικός δείκτης ατμού (integrator) σε μορφή ταμπλέτας με μετακινούμενη μελάνη σε πεδίο έγκυρης και αποτυχημένης αποστείρωσης. Κατάλληλος για αποστείρωση σε προγράμματα 121o C 134o C και Flash. Τα αποτελέσματα του δείκτη να είναι ισοδύναμα βιολογικού δείκτη (να κατατεθεί μελέτη που το αποδεικνύει) και να είναι κατηγορίας 5. Ελεύθερος μολύβδου βαρέων μετάλλων και λάτεξ. Συσκευασία αλουμινίου για προστασία από το ηλιακό φως και την υγρασία με ημερομηνία παραγωγής και λήξης CE.
48	11105416	Δειγματολήπτες διασταυρώσεων με πώμα ασφαλείας και μαχαίριδιο για σωληνάρια διασταύρωσης
49	11105421	ΔΟΧΕΙΟ ΟΥΡΩΝ (ΠΟΤΗΡΑΚΙ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ 100ML ΠΕΡΙΠΟΥ Όπως περιγράφεται στον κωδικό
50	11105431	Σακούλα αποστείρωσης αυτόκολλητη 150 x 360mm περίπου
51	11105516	Κεσσεδάκια πλαστικά 230 – 250 γρ περίπου Όπως περιγράφεται στον κωδικό

52	11105517	Καπάκια πλαστικά για κεσσεδάκια των 230 – 250 γρ Όπως περιγράφεται στον κωδικό
53	11105704	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Όπως περιγράφεται στον κωδικό
54	11105730	ΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΑΚΑΜΠΤΟ ΧΑΡΤΟΝΙ Όπως περιγράφεται στον κωδικό Μάπες χάρτινες 20θέσεων με εξώφυλλο 300τεμ. Οίκου ΔΙΑΡΑΤΗ, Ιταλίας Συσκευασία: 10 τεμ Μάπα 20 θέσεων χάρτινη με εξώφυλλο, διαστάσεων 342x205 mm κατάλληλη για τοποθέτηση 20 αντικειμενοφόρων πλακών διαστάσεων 76x26mm, χρησιμοποιείται για την μεταφορά, διευθέτηση και φύλαξη, μπορούν να στοιβαχθούν με ασφάλεια. Θήκες αντικειμενοφόρων πλακών 20 θέσεων χάρτινες με σκέπασμα
55	11105947	Σωληνίσκοι δειγματοληψίας καπνογράφου για μόνιτορ DATEX OHMEDA
56	11105956	Πλάκες ταυτοποίησης ομάδων αίματος μ.χ 5 σειρές χ10 θέσεις
57	11105958	ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. MEDIUM ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Κοστούμια χειρουργείου από υλικό non-woven, χρώματος μπλέ, αδιαφανές, μαλακό, το οποίο να συμπεριφέρεται σαν ύφασμα. Να είναι αεροδιαπερατά και αδιάβροχα, μη ερεθιστικά, αντιαλλεργικά, χημικώς καθαρά, μη εύφλεκτα. Να φέρουν V στο λαιμό και τσέπη στο υποκάμισο και το παντελόνι. Η μπλούζα να είναι με κοντό μανίκι, το παντελόνι με κορδόνι, για συγκράτηση στο σώμα.

		Σε ατομική συσκευασία σετ στην οποία να αναγράφεται το μέγεθος. Σύμφωνα με την EN 13795
58	11105960	Πλάκες ταυτοποίησης ομάδων αίματος μ.χ 5 σειρές χ 5 θέσεις
59	11101226	Υδατοπαγίδες
60	11101567	Συνδετικά T με πώμα απλά 15MM-25MM
61	11101801	Κουβέρτες υποθερμίας αλουμινίου ολόσωμες μχ
62	11101813	Θερμαινόμενα επικαλύμματα άνω σώματος 200cm x 100cm non woven με εσωτερικά κανάλια, με δυνατότητα χορήγησης του αέρα
63	11101891	Πλάκες γείωσης μχ παιδών και βρεφών
64	11101924	Κουβέρτες θέρμανσης με αέρα 210 χ 90
65	11101939	Κεφαλές ηλεκτρικής ξυρ. μηχανής
66	11101945	Αγκύλες κοπής ρεζεκτοσκοπίου
67	11103021	Πάνες νεογνών 3-6kg
68	11103056	Χαρτοσέντονα με επένδυση νάυλον 50 εκ.
69	11103211	Πάνες νεογνών 2-4kg
70	11103216	Κρέμα επαφής (gel) ηλεκτροεγκεφαλογράφου για την εφαρμογή ηλεκτροδίων σε παιδιατρική κάσκα
71	11104030	Ζελέ υπερήχων σε συσκευασία 250gr περίπου
72	11105487	Ρολλά αποστείρωσης 40 χ 100 με πιέτα
73	11105711	Κυβέτες χολερυθρινόμετρου νεογνών
74	11105949	Σφουγγαράκια τοποθέτησης μικρών βιοψιών απορροφητικά και διαστάσεων πλαστικής κασέτας βιοψιών
75	11105Γ18	Μαχαιρίδια (λεπίδες) συγκολλητή ασκών αίματος

**ΕΝΟΤΗΤΑ 2-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
76	ΥΓ001008	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤ. Σε σακουλάκι πλαστικό, χωρίς υλικό μεταφοράς σε συσκευασία 1 τεμαχίου, αποστειρωμένοι, πλαστικοί ή ξύλινοι.
77	ΥΓ001012	Πλαστικά τρυβλία μιας χρήσης, στρογγυλά, εσωτερικής διαμέτρου 8-9 και 14-15 cm. Το επάνω μέρος να εφαρμόζει καλά με το κάτω, με απορροφητικό pad.
78	ΥΓ001014	Φίλτρα αιμοπεταλίων εργαστηριακά
79	ΥΓ001016	Δοχεία ουροκαλλιέργειας αποστειρ. 150ml με βιδωτό πώμα
80	ΥΓ001021	ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ (ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΣΚΟ) Το εργαστηριακό φίλτρο να είναι κατάλληλο για λευκαφαίρεση μιας μονάδας συμπυκνωμένων ερυθρών ή ολικού αίματος και να έχει: 1. Ρύγχος σύνδεσης ικανού μήκους για τον ασκό του αίματος 2. Προφίλτρο κατακράτησης μικροπηγμάτων ξεχωριστό από το κυρίως φίλτρο\ 3. Έναν ενσωματωμένο ασκό συλλογής από PVC για τη φύλαξη των λευκαφαιρεμένων ερυθρών. Ο ασκός συλλογής των λευκαφαιρεμένων ερυθρών να είναι αρίστης ποιότητας και υψηλής διαπερατότητας από λυτα διαυγής, άχρωμος και να είναι παντού κοινός χωρίς γωνίες για την αποφυγή σχηματισμού θρόμβων. 4. Ο χρόνος λευκαφαίρεσης να είναι σύντομος (μικρότερος από 25min) και σύμφωνος με τις συνθήκες λειτουργίας της Αιμοδοσίας. 5. Μετά τη λευκαφαίρεση ο αριθμός των υπολειπόμενων λευκοκυττάρων να είναι $<1 \times 10^6$ (μικρότερος από 1×10^6) 6. Να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ανάκτηση των ερυθροκυττάρων $> 95\%$ (μεγαλύτερη από 95%) απαραίτητα η ποσότητα αιμοσφαιρίνης ανά μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών μετά το φίλ-τράρισμα να είναι μεγαλύτερη από 40gr, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης. 7. Να είναι αποστειρωμένα με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο απαλλαγμένα πυρετογόνων και έτοιμα για χρήση 8. Να μην απαιτούν ενεργοποίηση με φυσιολογικό ορό πριν τη χρήση. 9. Να διαθέτουν σύστημα εξαγωγής αέρα σε κλειστό σύστημα 10. Να είναι σε μονή συσκευασία με αναγραφόμενες όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και την έγκριση κυκλοφορίας και η παρτίδα του υλικού να αναγράφεται στο σώμα του φίλτρου. 11. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE MARK) και η εταιρία κατασκευής να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001: 2000 και EN ISO 13485:2003 12. Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.

81	ΥΓ001022	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ 1. Το σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλο για λευκαφαίρεση και πλύση μίας μονάδας συμπυκνωμένων ερυθροκυττάρων ή ολικού αίματος και να περιλαμβάνει: Ρύγχος σύνδεσης, ικανού μήκους, για τον ασκό του αίματος, ρύγχος σύνδεσης για τον ορό, προφίλτρο κατακράτησης μικροπηγμάτων ξεχωριστό από το κυρίως φίλτρο, ένα φίλτρο διήθησης υψηλής απόδοσης, δύο ενσωματωμένους ασκούς 600ml από PVC – ένα για τη συλλογή των λευκαφαιρεμένων ερυθρών και ένα για τα απόβλητα. 2. Να έχουν άριστα αποτελέσματα κατακράτησης λευκών και απόδοσης τελικού προϊόντος ανά μονάδα παραγώγου ή ολικού αίματος. Μετά τη λευκαφαίρεση ο αριθμός των υπολειπόμενων λευκοκυττάρων να είναι μικρότερος από 1×10^6 ανά μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης. 3. Η ανάκτηση των ερυθροκυττάρων να είναι >95% και απαραίτητα η ποσότητα αιμοσφαιρίνης ανά μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών μετά το φιλτράρισμα να είναι μεγαλύτερη από 40gr, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης. 4. Ο ασκός συλλογής των λευκαφαιρεμένων ερυθρών να είναι αρίστης ποιότητας και υψηλής διαπερατότητας απόλυτα διαυγής και άχρωμος, να είναι παντού κοίλος χωρίς γωνίες για την άριστη συντήρηση και απρόσκοπτη μεταφορά του αίματος και των παραγώγων του καθώς και την αποφυγή θρόμβων. 5. Η μεμβράνη του φίλτρου να είναι από πολυεστέρα και καλυμμένη από μη ιοντική επίστρωση, τα δε υλικά κατασκευής να είναι απόλυτα βιοσυμβατά σύμφωνα με το ISO 10993 6. Να είναι αποστειρωμένα με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, απαλλαγμένα πυρετογόνων και έτοιμα για χρήση. 7. Να μην απαιτείται έκπλυση ή ενεργοποίηση των φίλτρων με φυσιολογικό ορό. 8. Να διαθέτουν σύστημα εξαγωγής αέρα σε κλειστό σύστημα 9. Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από τις Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark) και η εταιρία κατασκευής να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας ISO:9001:2000 και EN ISO 13485:2003 10. Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. 11. Η προσφορά να συνοδεύεται από ανεξάρτητες μελέτες, δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά που να τεκμηριώνουν ότι ο αριθμός των υπολειπόμενων λευκών είναι κάτω του 1×10^6 12. Να έχουν μονή συσκευασία με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις κυκλοφορίας, και ενδείξεις και η παρτίδα του υλικού να αναγράφεται στο σώμα του φίλτρου.
82	ΥΓ001037	Βαμβakoφόροι στυλεοί με υλικό μεταφοράς Stuart
83	ΥΓ001040	ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Κρικοφόροι στελεοί, 10ml, πλαστικοί, χρώματος μπλε, για εμβολιασμό βακτηριακών αποικιών, αποστειρωμένοι
84	ΥΓ001065	Τριβλία πλαστικά αποστειρωμένα πετρι 90cm με γ ακτινοβολία, με ειδικό πώμα που επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων

85	ΥΠ089001	ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ Πακέτο με πολλούς ανάλογα την εταιρία (50 ή 100) . Θα πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης να είναι αρχικά αποστειρωμένοι και ο κάθε ένας με κεφαλή ασφάλειας άθικτη (περιστρέφεται και αφαιρείται αποκαλύπτοντας την βελόνη)
86	ΥΠ094004	Λαβίδα για ρήξη αμνιακού σάκκου
87	ΥΠ101001	Καθετήρες αρτηριακοί
88	ΥΠ104002	Λάστιχα παροχετεύσεων αποστ. Τύπου PEN ROSE λεπτά ¼ inc
89	ΥΠ104003	Λάστιχα παροχετεύσεων αποστ. Τύπου PEN ROSE λεπτά ½ inc
90	ΥΠ104004	Λάστιχα παροχετεύσεων αποστ. Τύπου PEN ROSE φαρδιά 1 inc
91	ΥΠ105004	Μητροσκόπια μιας χρήσης αποστειρωμένα small
92	ΥΠ105005	Μητροσκόπια μιας χρήσης αποστειρωμένα medium
93	ΥΠ105006	Μητροσκόπια αποστειρωμένα μιας χρήσης large
94	ΥΠ107001	Προεκτάσεις συσκευών ορρών 100cm luer lock male female
95	ΥΠ108001	ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Closing Cone Lock, πώματα φλεβοκαθετήρων και στροφιγγών. Πλαστικά, έκαστο μέσα σε δικό του διαφανές σακουλάκι, άσπρα, μπλε και κόκκινα (για τη διάκριση πολλαπλών χρήσεων), αποστειρωθέντα δια εξωτερικής ακτινοβολήσης.
96	ΥΠ109003	Ειδικές συσκευές αναρρόφησης – λήψης βλεννών με βαλβίδα Ρυθμιστή ύψους κενού (μανόμετρο) συνοδευόμενο από φιάλη υπερχειλίσσης, μικρής χωρητικότητας και βαλβίδα ασφαλείας Μανόμετρο ακριβείας Διακόπτης κενού (ON-OFF) ή μπουτόν Περιστροφικός επιλογέας ρύθμισης κενού Εύρος αναρροφητικής ικανότητας Ένταση κενού Σύστημα ασφαλείας κατά της υπερχειλίσσης Το σύστημα του ρυθμιστή να συνδέεται απ' ευθείας στη λήψη κενού, με απλή περιστροφική κίνηση. Να είναι μεταλλικής ανοξείδωτης κατασκευής Να έχει δυνατότητα αντικατάστασης των εξαρτημάτων (αποσπώμενα) Εύχρηστη φιάλη συλλογής με καπάκι και βαλβίδα ασφαλείας, χωρητικότητας έως 2 λίτρα περίπου και να αποστειρώνεται. Ειδική βάση επιτοίχια στερέωσης του δοχείου αναρρόφησης Τα τμήματα του σετ αναρρόφησης, που επιμολύνονται και χρειάζονται αποστείρωση, να αποσυνδέονται εύκολα για να μπορούν να αποστειρωθούν Δυνατότητα χρήσης σάκων μιας χρήσης
97	ΥΦ002001	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (15) ΚΑΙ(30) ΜΟΙΡΩΝ 19G ΚΑΙ 20G ΕΥΘΕΑ ΚΑΙ ΚΕΚΑΜΕΝΑ ΤΥΠΟΥ (LAMINAR FLOW) ΚΩΝΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΦΥΣΣΑΛΙΔΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ μιας χρήσης, με λαβή, ευθέα ή κεκαμμένα, να δημιουργούν τομές ακριβείας, αποστειρωμένα, διαφόρων μεγεθών και σχεδιασμού. Ευθέα, ευθεία επιφάνεια κοπής 15ο και 30ο. Από χάλυβα.
98	ΥΦ002002	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣΘ ΘΑΛΑΜΟΥ 15 ΜΟΙΡ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ) ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ 15 ΜΟΙΡΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ,

		ΓΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΑΛΑΜΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.
99	ΥΦ002003	ΟΦΘΑΛΜΟΛ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΛΟΓΧΗ 3mm ΚΑΙ 3,2mm ΜΕ clear cut ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΟΜΗ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ μιας χρήσης με λαβή, ευθεία ή κεκαμμένα, να δημιουργούν τομές ακριβείας, αποστειρωμένα, διαφόρων μεγεθών και σχεδιασμού. Λόγχη (V lange) 19g / 20g.
100	ΥΦ006001	ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΑΚΟΤΡΙΨΙΑΣ ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ PVC ΚΑΙ ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 500 cc
101	ΥΦ006002	ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ SOVEREIGN ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ SOVEREIGN ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ PVC ΚΑΙ ΧΩΡΙΤΗΚΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 500 cc
102	ΥΦ007001	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΕΙΡ.ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΤΣΕΠΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100X120cm Κεφαλής οθόνια χειρουργικά, υλικό NON WOVEN, 100x120 mm έως 130x150 mm, με αυτοκόλλητο φιλμ, διαφανές, χωρίς οπή, 10x10 εκ περίπου, και μεγάλο σάκκο συλλογής υγρών.
103	ΥΧ003001	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ Οι ουροσυλλέκτες ωριαίας μέτρησης ούρων:1. Να είναι χωρητικότητας 2000cc. 2. Να έχουν διαβάθμιση ανά 100ml. 3. Να είναι πλαστικοί διαφανείς, απολύτου στεγανότητας, αποστειρωμένοι. 4. Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100 εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα. 5. Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας 6. Να έχουν και βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη. 7. Να υπάρχει βαλβίδα κένωσης του σάκου ασφαλής και εύχρηστη, για λήψη δειγμάτων ούρων για καλλιέργεια. 8. Να φέρουν συσκευή ωριαίας μέτρησης, χωρητικότητας 500cc. 9. Η διαβάθμιση του ογκομετρικού θαλάμου για τα πρώτα 10 ml να είναι ανά 1 ml. 10. Ο σωλήνας να είναι διπλού αυλού και έτσι να δημιουργείται ανακύκλωση του αέρα για την καλύτερη ροή των ούρων και την αποφυγή στάσεώς τους στην κύστη του ασθενούς ή στον σωλήνα. 11. Να φέρει αεραγωγούς στον ογκομετρικό θάλαμο και στον ουροσυλλέκτη για την εξαγωγή του αέρα από το σύστημα με υδρόφοβο φίλτρο κατακράτησης των βακτηριδίων για την αποφυγή μολύνσεων. 12. Να φέρουν σύστημα ανάρτησης ή στερέωσης στην νοσηλευτική κλίνη. 13. Να έχουν βραχύ μέγεθος, ούτως ώστε, αναρτώμενοι σε οποιονδήποτε τύπο νοσοκομειακής κλίνης, να μην αγγίζουν το δάπεδο, για αποφυγή μολύνσεων.
104	ΥΧ003015	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣΤ. Μ.Χ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα
105	ΥΧ003024	Τροκάρ θώρακος για billow μ ήκους 41cm (24CH BLUE & 28CH GREEN) Καθετήρας θώρακος με Trocar, λεπτού τοιχώματος, με προτοποθετημένο τροκάρ και υποδοχή για εύκολη παροχέτευση. Κατασκευασμένος από PVC ιατρικής χρήσης, ακτινοσκοπικός, με διαβάθμιση ανά 5cm. Τροκάρ κατασκευασμένο από αλουμίνιο, με αιχμηρή μύτη. Μίας χρήσης, αποστειρωμένος και συσκευασμένος

		ανά τεμάχιο σε σκληρή συσκευασία. Διαφόρων μεγεθών.
106	ΥΧ003027	Ηλεκτρόδια διαθερμίας μ/χ τύπου S101A λεπίδες διαθερμίας
107	ΥΧ003054	ΣΠΟΓΓΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟΣΤ. Σπόγγοι απορροφητικοί, άσηπτοι, με πλαστική λαβή
108	ΥΧ003060	Βαλβίδες ελεγχόμενης αναρρόφησης
109	ΥΧ003064	Εκριζωτήρες κισών
110	ΥΧ003068	Νευροδιεγέρτες
111	ΥΧ003070	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤ.ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ 1. Να είναι χωρητικότητας 2000cc. 2.Να έχουν διαβάθμιση ανά 100ml. 3.Να είναι πλαστικοί διαφανείς, απόλυτου στεγανότητας. 4.Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100 εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα. Σκληρής συστάσεως. Ο σωλήνας να είναι με μεγάλη εσωτερική διάμετρο για πήγματα. 5.Να διαθέτουν τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας. 6. Να έχουν και βαλβίδα μη παλινδρομήσεως του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη. 7.Να υπάρχει βαλβίδα κένωσης του σάκου ασφαλής και εύχρηστη, για λήψη δειγμάτων ούρων για καλλιέργεια.
112	ΥΧ003072	Ουροσυλλέκτες αποστειρωμένοι βρεφικοί
113	ΥΧ003077	ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ ΑΠΟΣΤ. Κατασκευασμένα από αντιστατικό διαφανές πολυαιθυλένιο, υψηλής αντοχής, με εργονομικό σχεδιασμό, μιας χρήσης, αποστειρωμένα, ελεύθερα ινών, μη περιέχοντα latex. Να διατίθενται σε ικανό αριθμό διαστάσεων και μεγεθών, και να καλύπτουν όλους τους τύπους μικροσκοπίων.
114	ΥΧ003078	ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 3 στρωμάτων, με αυτοκόλλητη ταινία 4-5cm στη μια πλευρά, αποστειρωμένα με ακτινοβολία, μιας χρήσης, αδιάβροχα, αντιμικροβιακά, διπλωμένα με τρόπο ειδικό, ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη τεχνική παραλαβής τους
115	ΥΧ003085	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 50-60 ml ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΜΠΕΚ 60cc, μιας χρήσεως, με ευρύ ρύγχος
116	ΥΧ003086	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 50-60 ml πλαστικές, 3 μερών, αποστειρωμένες μ/χ, με μικρό ρύγχος κεντρικό ή έκκεντρο luer (γαστρεντ/κο)
117	ΥΧ003098	ΣΕΤ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ο ΣΕ ΚΝΗΜΗ Ή ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΟΣΤΟΥΝ ΜΕ DRINER ΚΑΙ TROCAR(ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) ΜΕ ΣΕΤ ΒΕΛΟΝΩΝ 15G ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ . 11670010036 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ο "ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΔΥΟ, ΤΡΙΣ Η ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑ ΒΕΛΟΝΗΣ, ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΥΓΕΣ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ 146 ΩΡΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ

		ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΔΙΗΘΗΣΗ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΌ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
118	YX003119	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΚΙΔΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΛΑΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
119	YX003122	Σακούλες απομόνωσης με κορδόνι, αποστειρωμένες 1,20 x 1,20
120	YX003138	Μαχαιρίδια χειρουργικά αποστειρωμένα με λαβή Μ.Χ. Νο. 15
121	YX003139	Μαχαιρίδια χειρουργικά αποστειρωμένα με λαβή Μ.Χ. Νο. 22
122	YX003148	Πεδία χειρουργικά αποστειρωμένα 2 στρωμάτων 45 x 75 εκατ.
123	YX003149	Πεδία χειρουργικά αποστειρωμένα 2 στρωμάτων 75 x 90 εκατ.
124	YX003150	Πεδία χειρουργικά αποστειρωμένα 45 x 75 εκατ. Μεταβλητή οπή
125	YX003151	Πεδία χειρουργικά αποστειρωμένα 45 x 75 εκατ. Τετράγωνα
126	YX003152	Πεδία χειρουργικά αποστειρωμένα 3 στρωμάτων 75 x 90 εκατ.
127	YX003153	Πεδία χειρουργικά αποστειρωμένα 3 στρωμάτων 150 x 180 εκατ.
128	YX003155	Καλύμματα χειρουργικά αποστειρωμένα ενισχύτων εικόνας και πετάσματος
129	YX003157	Λάμες χειρουργικές αποστειρωμένες NO. 11 (+-1)
130	YX003158	Λάμες χειρουργικές αποστειρωμένες NO. 15
131	YX003159	Λάμες χειρουργικές αποστειρωμένες NO. 22 (+-2)
132	YX003160	Ηλεκτρόδια καυτηριασμού όγκου με ραδιοσυχνότητες (RF), με μεταβλητό ενεργό άκρο 15-40mm και ακτινοσκοπικό δείκτη προσδιορισμού της αρχής του ενεργού άκρου, διαμ. 17G, μήκος ηλεκτροδ. 15cm
133	YX003161	Ηλεκτρόδια καυτηριασμού όγκου με ραδιοσυχνότητες (RF), με δυνατότητα ελεγχ. Στη ρυθμιζόμενη αντλία έγχυσης ορού ή χημ. Θεραπευτικού φαρμάκου από πολλαπλές οπές διαμ. 17G, μήκος 15cm
134	YX003162	Ηλεκτρόδια καυτηριασμού όγκου με μικροκύματα και σερ ψύξης ισχύς 60w, 915MHZ, διαμ. 14G, μήκος ηλεκτροδίου 15cm
135	YX003163	Πεδία χειρουργικά αυτοκόλλητα με ιώδιο (44 x 35cm)
136	YX003164	Πεδία χειρουργικά αυτοκόλλητα με ιώδιο (56 x 45cm)
137	YX003165	Πεδία χειρουργικά αυτοκόλλητα χωρίς ιώδιο (35 x 35cm)
138	YX003166	Πεδία χειρουργικά αυτοκόλλητα χωρίς ιώδιο (60 x 40cm)
139	YX003167	Αντισυμφυτικό gel από συμπυκνωμένο υαλουρονικό οξύ για χρήση σε ανοιχτή ή και λαπαροσκοπική κοιλιακή και πυελική χειρουργική
140	YX003168	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff No. 2,5
141	YX003169	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff No. 3

142	YX003170	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff No. 3,5
143	YX003171	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff No. 4
144	YX003172	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff No. 4,5
145	YX003173	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff No. 5
146	YX003177	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff No. 2
147	YX003178	Λούπες απ/νες μχ για κωνοειδή εκτομή τραχήλου μήκους 12,7 εκ.
148	YX003182	Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff No. 6,5
149	YX003183	Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff No. 7
150	YX003184	Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff No. 7,5
151	YX003185	Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff No. 8
152	YX003186	Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff No. 8,5
153	YX003192	Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff No. 9
154	YX003188	Αιμοστατικοί σπόγγοι διαστάσεων 10 x 20
155	YX003189	Αιμοστατικοί σπόγγοι διαστάσεων 7,5 X 10
156	YX003198	Σωλήνες τραχειοστομίας αποστειρ. Μιας χρήσης με cuff No.6,5
157	YX003199	Σωλήνες τραχειοστομίας αποστειρ. Μιας χρήσης με cuff No.7
158	YX003200	Συσκευές χορήγησης φαρμάκων αντλίας πόνου ελαστομερείς αποστειρ. Μιας χρήσης ΑΣΚΟΣ 160ML (ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ) ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ PCA - ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ . ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ. ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΧΥΣΗΣ. ΒΑΣΙΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ 0,5-2ML. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 15ΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ BOLUS ΕΓΧΥΣΗ ΑΠΟ 0,5ML.
159	YX003201	Σετ ελέγχου βάθους αναισθησίας αποτελούμενο από βελόνα καθετήρα Χρησιμοποιείται για αποκλεισμό περιφερικών νεύρων και αποτελείται από έναν διεγέρτη παροχής συνεχούς ρεύματος με δυνατότητα μεταβολής συχνότητας (Hz) και έντασης (mA), ένα ηλεκτρόδιο αντίστοιχο αυτό του ΗΚΓ και μία μονωμένη λοξοτμημένη βελόνη μίας χρήσεως. Επίσης στο set υπάρχει και καθετήρας αντίστοιχου μεγέθους μίας χρήσεως που να μπορεί να διέρχεται μέσα από τη βελόνη.
160	YX003202	Σωλήνες τραχειοστομίας αποστειρ. Μιας χρήσης με cuff No. 7,5
161	YX003203	Σωλήνες τραχειοστομίας αποστειρ. Μιας χρήσης με cuff No. 8
162	YX003204	Σωλήνες τραχειοστομίας αποστειρ. Μιας χρήσης με cuff No. 8,5
163	YX003205	Σωλήνες τραχειοστομίας αποστειρ. Μιας χρήσης με cuff No. 9

164	YX003209	Σωλήνες τραχειοστομίας με υπογλωτιδική αναρρόφησης Νο. 6,5
165	YX003210	Σωλήνες τραχειοστομίας με υπογλωτιδική αναρρόφησης Νο. 7
166	YX003211	Σωλήνες τραχειοστομίας με υπογλωτιδική αναρρόφησης Νο. 7,5
167	YX003212	Σωλήνες τραχειοστομίας με υπογλωτιδική αναρρόφησης Νο. 8
168	YX003213	Σωλήνες τραχειοστομίας με υπογλωτιδική αναρρόφησης Νο. 8,5
169	YX003214	Σωλήνες τραχειοστομίας με υπογλωτιδική αναρρόφησης Νο. 9
170	YX003227	Συσκευές παροχετεύσεως θώρακος (billaw) δύο θαλάμων
171	YX003228	Συσκευές παροχετεύσεως θώρακος (billaw) τριών θαλάμων
172	YX003229	Αεραγωγός μιας χρήσης στοματοφαρυγγικός αποστειρωμένος Νο. 0
173	YX003230	Αεραγωγός μιας χρήσης στοματοφαρυγγικός αποστειρωμένος Νο. 1
174	YX003231	Αεραγωγός μιας χρήσης στοματοφαρυγγικός αποστειρωμένος Νο. 2
175	YX003232	Αεραγωγός μιας χρήσης στοματοφαρυγγικός αποστειρωμένος Νο. 3
176	YX003233	Αεραγωγός μιας χρήσης στοματοφαρυγγικός αποστειρωμένος Νο. 4
177	YX003234	Αεραγωγός μιας χρήσης στοματοφαρυγγικός αποστειρωμένος Νο. 5
178	YX003235	Αεραγωγός μιας χρήσης στοματοφαρυγγικός αποστειρωμένος Νο. 00
179	YX003236	Αεραγωγός μιας χρήσης ρινοφαρυγγικός αποστειρωμένος Νο.0
180	YX003237	Αεραγωγός μιας χρήσης ρινοφαρυγγικός αποστειρωμένος Νο.1
181	YX003238	Αεραγωγός μιας χρήσης ρινοφαρυγγικός αποστειρωμένος Νο.2
182	YX003239	Αεραγωγός μιας χρήσης ρινοφαρυγγικός αποστειρωμένος Νο.3
183	YX003240	Αεραγωγός μιας χρήσης ρινοφαρυγγικός αποστειρωμένος Νο.4
184	YX003241	Αεραγωγός μιας χρήσης ρινοφαρυγγικός αποστειρωμένος Νο.5
185	YX003631	Σετ απολίνωσης κισρών οισοφάγου των 4 έως 7 δακτυλίων
186	YX003649	Οισοφάγιος σωλήνας
187	YX003666	Στηρίγματα εντέρου αποστειρωμένα Μ/Χ
188	YX003681	Λούπες απ/νες ΜΧ για κωνοειδή εκτομή τραχήλου μήκους 5,08εκ.
189	YX003700	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤ Μ ΧΡ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ SPIRAL ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΧΩΡΙΣ LATEX Νο 7
190	YX003701	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤ Μ ΧΡ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ SPIRAL ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΧΩΡΙΣ LATEX Νο 8
191	YX003702	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤ Μ ΧΡ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ SPIRAL ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΧΩΡΙΣ LATEX Νο 9

192	ΥΧ004041	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΛΙΠ ΑΠΟΛΙΝΩΣΕΩΝ
193	ΥΩ005006	ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΟΣΤΑΡΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
194	ΥΩ014001	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟ/ΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ No 6
195	ΥΩ014002	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟ/ΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ No 7
196	ΥΩ014003	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟ/ΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ No 8
197	ΥΩ014004	ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟ/ΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ No 9

1) Y LOGIMED

Αξιότιμοι κύριοι/ες,

Σχετικά με την διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών η οποία και αναρτήθηκε, επιτρέψτε μας να κάνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης και της Διαφάνειας:

Η εταιρεία μας Y-LOGIMED M.A.E. διανέμει με εθνική αποκλειστικότητα για τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας το βασικό χαρτοφυλάκιο του Τμήματος Ιατρικών Λύσεων της 3M. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται προϊόντα επιθεμάτων χλωρεξιδίνης, αποστείρωσης, χειρουργικών λύσεων κ.λ.π. Η 3M, κορυφαία παγκόσμια εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας, εστιάζει σε καινοτόμες ιατρικές λύσεις, προϊόντα και εξειδίκευση, συμβάλλοντας στην πρόληψη των λοιμώξεων, βελτίωση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων των ασθενών και στον περιορισμό του κινδύνου επιπλοκών.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ΄ΤΖΑΝΕΙΟ΄΄ (2025DIAB31912), παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τα κάτωθι:

Για το Α/Α 64 που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές για Κουβέρτες θέρμανσης με αέρα 210 x 90, προτείνουμε οι τεχνικές προδιαγραφές να διαμορφωθούν ως εξής:

- ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ ΑΝΩ ΣΩΜΑΤΟΣ
1. Να προσφέρουν κάλυψη του ασθενούς με δυνατότητα διαμόρφωσης και προσαρμογής σε διάφορους τύπους χειρουργικών επεμβάσεων διατηρώντας αποτελεσματική και ομοιόμορφη ροή αέρα εξασφαλίζοντας νορμοθερμία.
 2. Να έχουν διαστάσεις 188 X 61 cm κατ' ελάχιστο με ενσωματωμένο (κολλημένο) διαφανές πεδίο κάλυψης κεφαλής διαστάσεων 61x61cm.
 3. Ο τρόπος μεταφοράς (διάχυση) του αέρα να γίνεται με Ροή εξαναγκασμένου αέρα (Convective) και όχι εξ' επαφής (Conductive) καθώς υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος μερικού πάχους στα σημεία επαφής με τον ασθενή.
 4. Να συνοδεύεται από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα θέρμανσης μέσω του αέρα εξαναγκασμένης ροής του συστήματος διαχείρισης θερμοκρασίας (μονάδα και κουβέρτα).
 5. Να είναι μαλακές, ακτινοδιαπερατές, να μην περιέχουν λάτεξ και PVC.
 6. Να είναι κατασκευασμένες από υλικό στρωμάτων πολυπροπυλενίου με πολυμερές φιλμ θερμοκολλημένα.
 7. Το μηχάνημα σύνδεσης με τις κουβέρτες να διαθέτει φίλτρο 0,2μm για την επίτευξη μέγιστης δυνατής συγκράτησης σωματιδίων μέσα στη χειρουργική αίθουσα ή στο χώρο της ανάνηψης. Να διαθέτει τρεις αισθητήρες θερμοκρασίας (έναν αισθητήρα να βρίσκεται

στην άκρη του σωλήνα), διασφαλίζοντας την ακριβέστερη επιλεγμένη θερμοκρασία του παρεχόμενου αέρα). Η μονάδα διαχείρισης της θερμοκρασίας να έχει τη δυνατότητα επιλογής 4 τουλάχιστον επίπεδων θερμοκρασίας ambient room, 32o C , 38o C ,43o C.

8. Να διαθέτουν ειδική κυψελωτή διάταξη στο εσωτερικό τους ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο σώμα του ασθενή ακόμα και στο ενδεχόμενο σχίσιμο της κουβέρτας. Να πληρούν το πρότυπο αναφλεξιμότητας 16 CFR 1610.

9. Η εταιρεία υποχρεούται να αναφέρει στην τεχνική και οικονομική της προφορά ότι παρέχει ως συνοδό εξοπλισμό, καινούργια και αμεταχειρίιστα μηχανήματα επί ποινή απόρριψης.

Προτείνουμε η ενδεικτική τιμή να είναι 7,75€ /τεμάχιο ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας στην διαγωνιστική διαδικασία.

- ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ ΟΛΟΣΩΜΕΣ

Κουβέρτες θέρμανσης με αέρα ολόσωμες 213x91cm, βάρους 145gr με μη διογκούμενο πεδίο κάλυψης κάτω άκρων και ενσωματωμένα πτερύγια στους ώμους για την σταθεροποίηση της κουβέρτας. Να είναι κατασκευασμένες από sprunbonded πολυπροπυλένιο και να διαθέτουν ειδική κυψελωτή διάταξη στο εσωτερικό τους ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο σώμα του ασθενή ακόμα και σε ενδεχόμενο σχίσιμο της κουβέρτας. Να πληροί το πρότυπο ασφαλείας 16CFR 1610 αναφορικά με την ευφλεκτότητα του υλικού. Το μηχάνημα σύνδεσης με τις κουβέρτες να διαθέτει φίλτρο 0,2μm, τρεις αισθητήρες θερμοκρασίας (έναν αισθητήρα να βρίσκεται στην άκρη του σωλήνα), διασφαλίζοντας την ακριβέστερη επιλεγμένη θερμοκρασία του παρεχόμενου αέρα), δυνατότητα επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα (υψηλή-χαμηλή) και ρύθμιση θερμοκρασίας (περιβάλλοντος, 32°C, 38°C και 43°C με απόκλιση $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$) και να παρέχει την δυνατότητα ταυτόχρονης θέρμανσης υγρών και αίματος. Να συνοδεύεται από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα θέρμανσης μέσω του αέρα εξαναγκασμένης ροής του συστήματος διαχείρισης θερμοκρασίας (μονάδα και κουβέρτα). Η εταιρεία υποχρεούται να αναφέρει στην τεχνική και οικονομική της προφορά ότι παρέχει ως συνοδό εξοπλισμό, καινούργια και αμεταχειρίιστα μηχανήματα επί ποινή απόρριψης.

Προτείνουμε η ενδεικτική τιμή να είναι 7,75€ /τεμάχιο ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας στην διαγωνιστική διαδικασία.

- ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ

Κουβέρτες θέρμανσης με αέρα, κάτω μέρους 152x91 cm, βάρους 113gr, με πρόσθετο μη διογκούμενο πεδίο κάλυψης κάτω άκρων και αυτοκόλλητη ταινία σταθεροποίησης στο σώμα του ασθενούς. Να είναι κατασκευασμένες από sprunbonded πολυπροπυλένιο και να διαθέτουν ειδική κυψελωτή διάταξη στο εσωτερικό τους ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο σώμα του ασθενή ακόμα και σε ενδεχόμενο σχίσιμο της κουβέρτας. Να πληροί το πρότυπο ασφαλείας 16CFR 1610 αναφορικά με την ευφλεκτότητα του υλικού. Το μηχάνημα σύνδεσης με τις κουβέρτες να διαθέτει φίλτρο 0,2μm, τρεις αισθητήρες θερμοκρασίας (έναν αισθητήρα να βρίσκεται στην άκρη του

σωλήνα), διασφαλίζοντας την ακριβέστερη επιλεγμένη θερμοκρασία του παρεχόμενου αέρα), δυνατότητα επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα (υψηλή-χαμηλή) και ρύθμιση θερμοκρασίας (περιβάλλοντος, 32°C, 38°C και 43°C με απόκλιση $\pm 1,5^\circ\text{C}$) και να παρέχει την δυνατότητα ταυτόχρονης θέρμανσης υγρών και αίματος. Να συνοδεύεται από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα θέρμανσης μέσω του αέρα εξαναγκασμένης ροής του συστήματος διαχείρισης θερμοκρασίας (μονάδα και κουβέρτα). Η εταιρεία υποχρεούται να αναφέρει στην τεχνική και οικονομική της προφορά ότι παρέχει ως συνοδό εξοπλισμό, καινούργια και αμεταχείριστα μηχανήματα επί ποινή απόρριψης.

Προτείνουμε η ενδεικτική τιμή να είναι 26€ /τεμάχιο ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας στην διαγωνιστική διαδικασία.

- **ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ UNDERBODY ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ**

Κουβέρτες θέρμανσης με αέρα, για χρήση κάτω από το σώμα του ασθενούς πλήρους προσπέλασης 221x91 cm, βάρους 198gr, με μη διογκούμενο πεδίο κάτω άκρων, αποσπώμενο διαφανές πεδίο κάλυψης κεφαλής διαστάσεων 61x122cm και με ταινίες συγκράτησης, κορδόνια σταθεροποίησης και στις δύο πλευρές και εκατέρωθεν υποδοχέα του σωλήνα θέρμανσης. Να φέρει σε κάθε πλευρά διάτρηση κατά μήκος της κουβέρτας και η διάτρητη περιοχή στο κεφάλι να μπορεί να αφαιρεθεί ώστε να διευκολύνει την πρηνή θέση. Να διαθέτει κανάλια απορροής για την αποφυγή συγκέντρωσης υγρών. Να είναι κατασκευασμένες από spraybonded πολυπροπυλένιο και να διαθέτουν ειδική κυψελωτή διάταξη στο εσωτερικό τους ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο σώμα του ασθενή ακόμα και σε ενδεχόμενο σχίσιμο της κουβέρτας. Να πληροί το πρότυπο ασφαλείας 16CFR 1610 αναφορικά με την ευφλεκτότητα του υλικού. Το μηχανήμα σύνδεσης με τις κουβέρτες να διαθέτει φίλτρο 0,2μm, τρεις αισθητήρες θερμοκρασίας (έναν αισθητήρα να βρίσκεται στην άκρη του σωλήνα), διασφαλίζοντας την ακριβέστερη επιλεγμένη θερμοκρασία του παρεχόμενου αέρα), δυνατότητα επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα (υψηλή-χαμηλή) και ρύθμιση θερμοκρασίας (περιβάλλοντος, 32°C, 38°C και 43°C με απόκλιση $\pm 1,5^\circ\text{C}$) και να παρέχει την δυνατότητα ταυτόχρονης θέρμανσης υγρών και αίματος. Να συνοδεύεται από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα θέρμανσης μέσω του αέρα εξαναγκασμένης ροής του συστήματος διαχείρισης θερμοκρασίας (μονάδα και κουβέρτα). Η εταιρεία υποχρεούται να αναφέρει στην τεχνική και οικονομική της προφορά ότι παρέχει ως συνοδό εξοπλισμό, καινούργια και αμεταχείριστα μηχανήματα επί ποινή απόρριψης.

Προτείνουμε η ενδεικτική τιμή να είναι 20€ /τεμάχιο ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας στην διαγωνιστική διαδικασία.

Για το A/A 65 που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές για Κεφαλές ηλεκτρικής ξυρ.μηχανής, προτείνουμε οι τεχνικές προδιαγραφές να διαμορφωθούν ως εξής:

Οι λεπίδες κοπής να είναι κατασκευασμένες από ιατρικό χάλυβα και να λειτουργούν σε συνδυασμό με ειδική χειρουργική μηχανή κοπής τριχών με σταθερή κεφαλή. Η ίδια λεπίδα να είναι κατάλληλη για χρήση κοπής κάθε τύπου τριχών (κεφαλής και σώματος) για στεγνές ή βρεγμένες τρίχες.

Να χρησιμοποιείται ένας μόνο τύπος ξυριστικής κεφαλής μίας χρήσης για την αφαίρεση στεγνών και βρεγμένων τριχών χωρίς κοψίματα.

Η λεπίδα να τοποθετείται εύκολα με ένα χέρι και ν' αφαιρείται με το πάτημα ενός κουμπιού. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίπεδα ή με κλίση προς τις τρίχες της κεφαλής ή του σώματος.

Η λεπίδα να φέρει ειδικές προεξοχές που αποτρέπουν την άμεση επαφή με το δέρμα και τον τραυματισμό του. Να διαθέτουν τεχνολογία ανέπαφης (Off skin) κοπής των τριχών ώστε να εξασφαλίζεται η ατραυματική λειτουργία και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα πρόκλησης τραύματος.

Το πλάτος κοπής της λεπίδας να είναι μεγαλύτερο από 36 mm .

Να συνοδεύεται από κλινική μελέτη που να αποδεικνύει την πιθανότητας κοψίματος <5% από τη χρήση της μηχανής.

Η συνοδός ξυριστική μηχανή θα πρέπει να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων Λιθίου με δυνατότητα περίπου 160 λεπτών συνεχούς χρήσης χωρίς επαναφόρτιση και να δύναται να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ ακόμη και όταν είναι ελάχιστα φορτισμένη.

Ο χρόνος πλήρους επαναφόρτισης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3 ώρες. Η κεφαλή της θα πρέπει να περιστρέφεται με ταχύτητα περί τα 5500-6000 rpm.

Η συνοδός ξυριστική μηχανή να μπορεί να εμβαπτιστεί σε νερό για πλύση/απολύμανση έως και 30 λεπτά. Να διαθέτει φωτεινή ένδειξη LED της στάθμης της μπαταρίας.

Να κατατεθεί δείγμα του συστήματος Ξυριστική μηχανή/Λεπίδες για τεκμηρίωση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών.

Να συνοδεύεται από φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου στα ελληνικά επί ποινή απόρριψης.

Η εταιρεία θα πρέπει να παραχωρήσει ΔΩΡΕΑΝ για χρήση ως συνοδό εξοπλισμό στο Νοσοκομείο ένα εύλογο αριθμό χειρουργικών ξυριστικών μηχανών και τους αντίστοιχους φορτιστές με σκοπό να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των μονάδων του νοσοκομείου.

Προτείνουμε η ενδεικτική τιμή να είναι 2,80€ /τεμάχιο ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας στην διαγωνιστική διαδικασία.

Για το Α/Α 135 που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές για Πεδία χειρουργικά αυτοκόλλητα με ιώδιο (44 x 35cm), προτείνουμε οι τεχνικές προδιαγραφές να διαμορφωθούν ως εξής:

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΙΟΔΩΦΟΡΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ (Συνολικών Διαστάσεων 44cm X 35cm με Κολλητική Επιφάνεια 34cm X 35cm). Να είναι αυτοκόλλητα, διαφανή, κατασκευασμένα από διαφανή ελαστική μεμβράνη πολυαιθυλενίου. Να διαθέτουν ενσωματωμένη υποαλλεργική ακρυλική κόλλα υψηλής αντοχής, ενεργοποιούμενη με την πίεση που να προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση μειώνοντας έτσι το κίνδυνο μετακίνησης του χειρουργικού οθονίου. Να φέρουν πλαίσιο στα δύο άκρα ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να

υποβοηθούν στην εύκολη εφαρμογή με γάντια και αποφυγή ζαρώματος του φιλμ. Να φέρουν ιωδοφόρο αντιμικροβιακή ουσία και η αντιμικροβιακή δράση του οθονίου να υποστηρίζεται από κλινικές μελέτες. Να είναι αντιστατικά, αντιθαμβωτικά, ακτινοδιαπερατά και να προσφέρονται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία αλουμινίου. Να φέρουν σήμανση CE Class III. Να φέρουν κλινικές μελέτες, που ν' αποδεικνύουν την μείωση του ρυθμού μόλυνσης του χειρουργικού τραύματος. Ρυθμός μετάδοσης ατμών υγρασίας - Moisture vapor transmission rate: MVTR > 400 gr/m²/24h (test method ASTM E96-80). Να είναι προϊόν Class III και να φέρει CE MARK. Να έχει αποδεδειγμένα άριστη αντιμικροβιακή δράση τόσο σε Gram+ όσο και σε Gram- (μικροοργανισμούς). Να είναι συμβατό με ISO 10993 part 1, όσο αφορά την βιοσυμβατότητα, κυτταροτοξικότητα και τον ερεθισμό (Unit packaging), να διατίθεται σε αρχική συσκευασία τύπου Aluminium Foil και η αποστείρωση να έχει επιτευχθεί με γάμμα ακτινοβολία.

Προτείνουμε η ενδεικτική τιμή να είναι 7,90€ /τεμάχιο ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας στην διαγωνιστική διαδικασία.

Για το A/A 136 που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές για Πεδία χειρουργικά αυτοκόλλητα με ιώδιο (56 x 45cm), προτείνουμε οι τεχνικές προδιαγραφές να διαμορφωθούν ως εξής:

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΙΩΔΩΦΟΡΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΟΝΙΑ (Συνολικών Διαστάσεων 66cm X 45cm με Κολητική Επιφάνεια 56cm X 45cm). Να είναι αυτοκόλλητα, διαφανή, κατασκευασμένα από διαφανή ελαστική μεμβράνη πολυαιθυλενίου. Να διαθέτουν ενσωματωμένη υποαλλεργική ακρυλική κόλλα υψηλής αντοχής, ενεργοποιούμενη με την πίεση που να προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση μειώνοντας έτσι το κίνδυνο μετακίνησης του χειρουργικού οθονίου. Να φέρουν πλαίσιο στα δύο άκρα ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να υποβοηθούν στην εύκολη εφαρμογή με γάντια και αποφυγή ζαρώματος του φιλμ. Να φέρουν ιωδοφόρο αντιμικροβιακή ουσία και η αντιμικροβιακή δράση του οθονίου να υποστηρίζεται από κλινικές μελέτες. Να είναι αντιστατικά, αντιθαμβωτικά, ακτινοδιαπερατά και να προσφέρονται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία αλουμινίου. Να φέρουν σήμανση CE Class III. Να φέρουν κλινικές μελέτες, που ν' αποδεικνύουν την μείωση του ρυθμού μόλυνσης του χειρουργικού τραύματος. Ρυθμός μετάδοσης ατμών υγρασίας - Moisture vapor transmission rate: MVTR > 400 gr/m²/24h (test method ASTM E96-80). Να είναι προϊόν Class III και να φέρει CE MARK. Να έχει αποδεδειγμένα άριστη αντιμικροβιακή δράση τόσο σε Gram+ όσο και σε Gram- (μικροοργανισμούς). Να είναι συμβατό με ISO 10993 part 1, όσο αφορά την βιοσυμβατότητα, κυτταροτοξικότητα και τον ερεθισμό (Unit packaging), να διατίθεται σε αρχική συσκευασία τύπου Aluminium Foil και η αποστείρωση να έχει επιτευχθεί με γάμμα ακτινοβολία.

Προτείνουμε η ενδεικτική τιμή να είναι 11,20€ /τεμάχιο ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας στην διαγωνιστική διαδικασία.

Ευχαριστούμε για την ευκαιρία συμμετοχής στη διαβούλευση και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή τεκμηρίωση.

Με την βεβαιότητα ότι θα λάβετε υπόψη σας τις ανωτέρω παρατηρήσεις/επισημάνσεις μας, αναμένουμε τις σχετικές προσθήκες στον Πίνακα του Διαγωνισμού προκειμένου η εταιρεία μας να δύναται να συμμετάσχει επί ίσοις όροις όποτε προκηρυχθεί διαγωνιστική διαδικασία.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση,

Με εκτίμηση,

Y-LOGIMED M.A.E.

2) BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο», θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα κάτωθι:

Σχετικά με το είδος με Α/Α 23, προτείνεται η τροποποίηση της απαίτησης που αφορά το χρώμα. Συγκεκριμένα, η απαίτηση «Να έχουν χρώμα κόκκινο» προτείνεται να τροποποιηθεί, ώστε να επιτρέπεται και άλλο κατάλληλο χρώμα (όπως το κίτρινο), δεδομένου ότι το χρώμα δεν αποτελεί ουσιώδες τεχνικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Τα δοχεία αιχμηρών στην ευρωπαϊκή αγορά κυκλοφορούν ευρέως σε κίτρινο χρώμα.

Για τον λόγο αυτό προτείνεται η διατύπωση «Να έχουν εμφανές και διακριτό χρώμα (ενδεικτικά κόκκινο ή κίτρινο)»

Σχετικά με το είδος με Α/Α 34, προτείνεται η τροποποίηση της περιγραφής από «Νεφροειδή ΜΧ από φελιζόλ» σε «Νεφροειδή μίας χρήσης από φελιζόλ ή χαρτί», καθώς τα χαρτίνα νεφροειδή χρησιμοποιούνται ευρέως από τα περισσότερα νοσοκομεία, είναι κατάλληλα για ιατρική χρήση και καλύπτουν πλήρως τις λειτουργικές ανάγκες του είδους. Η αποκλειστική απαίτηση για φελιζόλ περιορίζει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό, χωρίς ουσιαστικό πλεονέκτημα ως προς τη χρήση.

Σχετικά με το είδος με Α/Α 79, προτείνεται η τροποποίηση της απαίτησης όγκου από 150 ml σε 100–150 ml, καθώς αυτός ο εύρος όγκου χρησιμοποιείται ευρέως από τα περισσότερα νοσοκομεία και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες λειτουργικότητας και ασφάλειας του προϊόντος.

Σας ενημερώνουμε ότι βρισκόμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστεί επί της νομικής βασιμότητας των προτάσεων που αιτούμεθα.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και αναμένουμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της εταιρείας **BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ**

3) INSIDE MEDICAL

Κύριοι,

Συμμετέχουμε στην ως άνω διαβούλευση και προτείνουμε να διαμορφωθούν οι προδιαγραφές των παρακάτω ειδών ως εξής:

A/A 12 Σάκοι αναρρόφησης 2lt

Σάκοι αναρρόφησης μιας χρήσεως χωρητικότητας 2lt από πολυαιθυλένιο, χωρίς PVC (PVC free) και χωρίς latex (LATEX free), με υδροφοβικό-αντιμικροβιακό φίλτρο/βαλβίδα αντεπιστροφής στο στόμιο του κενού και ανεπίστροφη βαλβίδα στο στόμιο εισαγωγής των υγρών. Οι σάκοι να είναι προπληρωμένοι με πηκτικό παράγοντα σε υδατοδιαλυτό φακελίσκο 15γραμμαρίων και ενεργό χλώριο, να φέρουν στο καπάκι τους υποδοχές στήριξης για τον σωλήνα αναρρόφησης και να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης σε σειρά από ειδικό στόμιο. Οι σάκοι να διατίθενται σε ατομική συσκευασία στην οποία θα αναγράφεται ο κωδικός, το CE του προϊόντος, τα λίτρα και ο κατασκευαστικός οίκος. Να συνοδεύονται (δωρεάν) από κάνιστρα 2lt τα οποία θα φέρουν βαλβίδα ON/OFF.

A/A 53 Προφυλακτικά κεφαλής υπερήχων

Σετ κάλυψης κεφαλής υπερήχου αποστειρωμένο, αποτελούμενο από: κάλυμμα κεφαλής υπερήχου πολυουρεθάνης (VIP film) για υψηλότερη ευκρίνεια και ευχέρεια στη χρήση λόγω της ποιότητας του, με αντιστατικές ιδιότητες, δυο ελαστικούς δακτυλίους σταθεροποίησης, latex free, ιμάντες συγκράτησης και γέλη υπερήχων σε φάκελο 20ml αποστειρωμένο. Να διατίθεται σε διπλή συσκευασία για τοποθέτηση με άσηπτη τεχνική. Διαστάσεις 10 x 122cm

A/A 65

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Χειρουργική μηχανή κοπής τριχών να διαθέτει κινητή κεφαλή, μπαταρία ιόντων λιθίου, να απαιτεί περιορισμένο χρόνο φόρτισης (60 λεπτά για πλήρη φόρτιση αφόρτιστης μπαταρίας) και να παρέχει αυτονομία λειτουργίας 60 λεπτών. Να διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένη λαβή σε σχήμα ράβδου, με αντιολησθητικές πλευρικές επενδύσεις, για ασφαλή συγκράτηση και ευκολία χειρισμού. Να είναι ελαφριά, βάρος 122 γραμμάρια, να έχει χαμηλή στάθμη θορύβου (<70dB) και να διαθέτει φωτεινή ένδειξη LED, ενδεικτική της λειτουργίας, της στάθμης ισχύος και της φόρτισης της μπαταρίας. Να είναι αδιάβροχη και πλήρως εμβαπτιζόμενη, παρέχοντας την δυνατότητα καθαρισμού με τρεχούμενο νερό, αλλά και με πλήρη εμβάπτιση σε καθαριστικά, ή απολυμαντικά διαλύματα, για εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό και απολύμανση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι ανταλλακτικές λεπίδες μιας χρήσεως, να τοποθετούνται εύκολα και να αφαιρούνται με το πάτημα ενός κουμπιού, να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, να έχουν ευρύ πλάτος 36 mm και να διατίθενται σε ατομική συσκευασία θερμοδιαμορφωμένου πλαστικού (blister).

A/A 113

Κάλυμμα μικροσκοπίου Zeiss διαστάσεων 117X305εκ. από υψηλής αντοχής διαφανές πολυαιθυλένιο και αυτοκόλλητες επανασυγκολλούμενες ταινίες συγκράτησης Η βάση των ταινιών να είναι ισχυρά συγκολλημένη στο σώμα του καλύμματος και διαθέτει ειδικό σχήμα τύπου "λάμδα", το οποίο αποτρέπει το σκίσιμο του καλύμματος που μπορεί να προκύψει από το τράβηγμα της ταινίας. Να διαθέτει γωνιώδη, γυάλινο και αποσπώμενο φακό 65χιλ.

Με εκτίμηση

INSIDE MEDICAL

4) ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε

Κύριοι

έχοντας έννομο συμφέρον για τη συμμετοχή τής εταιρείας μας στον διαγωνισμό και με σκοπό την ολοκλήρωση τού διαγωνισμού, σας προτείνουμε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές για τα είδη που είτε προμηθεύουμε στο νοσοκομείο σας (Α/Α 21, 114, 123, 126, 127 172-178) είτε ενδιαφερόμαστε (Α/Α 55, 117, 119)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Α/Α 21 11103020. ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Νο 2 με αυτοκόλλητα δεξιά και αριστερά.

Προτείνουμε τις εξής προδιαγραφές:

ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ MEDIUM

Να είναι τουλάχιστον 6 σταγόνων, κατάλληλες για περιφέρεια μέσης από 85-125cm. Να είναι αδιάβροχες, με εξωτερική αδιάβροχη μεμβράνη και με εσωτερική επιφάνεια από απορροφητικό υλικό που να μην προκαλεί αλλεργίες στους ασθενείς (υποαλλεργικές), με δυνατότητα απορρόφησης τουλάχιστον 1850ml. Με δύο αυτοκόλλητες ταινίες σε κάθε πλευρά για αποφυγή διαρροών. Να είναι σύμφωνες με το πρότυπο 11948-1. Να διαθέτουν εμφανή δείκτη υγρασίας -λωρίδα αποχρωματισμού. Να είναι ελεύθερες φθαλικών ενώσεων. Να φέρουν σήμανση CE και σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/745 και να κατατεθεί το εν λόγω πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Να κατατεθούν τα ISO 13485 τού προμηθευτή, η υπουργική απόφαση 8δ/1348 και τα ISO 9001 και 14001 από τον κατασκευαστή. Να κατατεθεί το επίσημο Τεχνικό φυλλάδιο τού κατασκευαστή για ταυτοποίηση τών προδιαγραφών, στο οποίο να αναφέρεται ο προσφερόμενος κωδικός. Να κατατεθεί δείγμα ακέραια συσκευασία τού οίκου κατασκευής με το μέγεθος τής πάνας, την περιφέρεια μέσης και να φέρει CE mark.

ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE

Να είναι

τουλάχιστον 6 σταγόνων, κατάλληλες για περιφέρεια μέσης από 100-150cm. Να είναι αδιάβροχες, με εξωτερική αδιάβροχη μεμβράνη και με εσωτερική επιφάνεια από απορροφητικό υλικό που να μην προκαλεί αλλεργίες στους ασθενείς (υποαλλεργικές), με δυνατότητα απορρόφησης τουλάχιστον 2150ml. Με δύο αυτοκόλλητες ταινίες σε κάθε πλευρά για αποφυγή διαρροών. Να είναι σύμφωνες με το πρότυπο 11948-1. Να διαθέτουν εμφανή δείκτη υγρασίας -λωρίδα αποχρωματισμού. Να είναι ελεύθερες φθαλικών ενώσεων. Να φέρουν σήμανση CE και σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/745 και να κατατεθεί το εν λόγω πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Να κατατεθούν τα ISO 13485 τού προμηθευτή, η υπουργική απόφαση 8δ/1348 και τα ISO 9001 και 14001 από τον κατασκευαστή. Να κατατεθεί το επίσημο Τεχνικό φυλλάδιο τού κατασκευαστή για ταυτοποίηση τών προδιαγραφών, στο οποίο να αναφέρεται ο προσφερόμενος κωδικός. Να

κατατεθεί δείγμα ακέραια συσκευασία τού οίκου κατασκευής με το μέγεθος τής πάνας, την περιφέρεια μέσης και να φέρει CE mark. .

ΠΑΝΕΣΕΝΗΛΙΚΩΝ EXTRALARGE

Να είναι

τουλάχιστον 6 σταγόνων, κατάλληλες για περιφέρεια μέσης από 120-170cm. Να είναι αδιάβροχες, με εξωτερική αδιάβροχη μεμβράνη και με εσωτερική επιφάνεια από απορροφητικό υλικό που να μην προκαλεί αλλεργίες στους ασθενείς (υποαλλεργικές), με δυνατότητα απορρόφησης τουλάχιστον 2175ml. Με δύο αυτοκόλλητες ταινίες σε κάθε πλευρά για αποφυγή διαρροών. Να είναι σύμφωνες με το πρότυπο 11948-1. Να διαθέτουν εμφανή δείκτη υγρασίας -λωρίδα αποχρωματισμού. Να είναι και ελεύθερες φθαλικών ενώσεων. Να φέρουν σήμανση CE και σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/745 και να κατατεθεί το εν λόγω πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Να κατατεθούν τα ISO 13485 τού προμηθευτή, η υπουργική απόφαση 8δ/1348 και τα ISO 9001 και 14001 από τον κατασκευαστή. Να κατατεθεί το επίσημο Τεχνικό φυλλάδιο τού κατασκευαστή για ταυτοποίηση τών προδιαγραφών, στο οποίο να αναφέρεται ο προσφερόμενος κωδικός. Να κατατεθεί δείγμα ακέραια συσκευασία τού οίκου κατασκευής με το μέγεθος τής πάνας, την περιφέρεια μέσης και να φέρει CE mark.

A/A 55 11105947. Σωληνίσκοι δειγματοληψίας καπνογράφου για μόνιτορ DATEX OHMEDA

Προτείνουμε τις εξής προδιαγραφές:

Να είναι κατασκευασμένες από PVC με εσωτερική επένδυση LDPE, πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, για εύκαμπτη εφαρμογή, ευελιξία, αντοχή, διαφάνεια, με το ελάχιστο βάρος. Να έχουν μήκος 3,00 μέτρα, να έχουν εσωτερική διάμετρο 1.2mm και τα άκρα τους να καταλήγουν σε συνδεσμολογία Male L.Lock. Να κατατεθεί απαραίτητως δείγμα και επίσημο προσπέκτους του κατασκευαστή, για πιστοποίηση των ανωτέρω.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

A/A 102 ΥΦ007001. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΕΙΡ.ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΤΣΕΠΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100X120cm

Προτείνουμε τις εξής προδιαγραφές:

- Να είναι διάστασης 100-120cmx130-150cm, απορροφητικό υλικό δύο στρώσεων και από υλικό τριών στρώσεων (3 ply) Biflex 65 gr/m2 (+/-3) στην κρίσιμη περιοχή. Από υλικό SMS που να μην αφήνει χνούδι.

- Να είναι από υλικό υπεραπορροφητικό, ανθεκτικά στο σχίσιμο, χωρίς ινίδια, να μην παράγει στατικό ηλεκτρισμό και αντανakλάσεις, με μεγάλη ανοχή στις μηχανικές

καταπονήσεις. Να μην αφήνει αιωρούμενα σωματίδια (χνούδι) κατά τη χρήση και να μην γίνεται εύθρυπτος μετά από διαβροχή. Η αυτοκόλλητη ταινία να εφαρμόζει με ακρίβεια και αξιοπιστία στο δέρμα και να μην ξεκολλάει αν διαβραχεί. Η διάρκεια αποστείρωσης να είναι τουλάχιστον 36 μήνες.

- Να φέρουν, κεντρικά, ειδικό μαλακό διαφανές αυτοκόλλητο παράθυρο 10-12cm x 9-11cm, με βέλος ασφαλούς τοποθέτησης.

- Να συνοδεύεται από σάκο συλλογής υγρών 26x25cm με ισχυρή σταθεροποίηση στο πεδίο και με ειδικό πλαστικό ή μεταλλικό έλασμα, που διατηρεί το σάκο ανοιχτό.

- Να διαθέτουν σήμανση CE από κοινοποιημένο οργανισμό το οποίο να κατατεθεί.

- Να πληρούν το πρότυπο EN 13795-1 για τον ιματισμό μ.χρήσης και να κατατεθεί το πιστοποιητικό συμμόρφωσης από ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου προτύπων.

- Να είναι αποστειρωμένα με ΕΤΟ, με μάρτυρες-δείκτες αποστείρωσης αλλαγής χρώματος περιμετρικά της συσκευασίας.

Η εξωτερική πλευρά της συσκευασίας του προϊόντος να φέρει ανεξίτηλη ετικέτα του κατασκευαστή με πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή και ορθή χρήση του προϊόντος, π.χ πληροφορίες επισήμανσης (ένδειξη αποστειρωμένο, μέθοδος αποστείρωσης, σήμανση CE με τον τετραψήφιο αριθμό από κοινοποιημένο οργανισμό κ.α). Στην ετικέτα να περιλαμβάνονται, απαραίτητως και τουλάχιστον δύο αυτοκόλλητα στικάκια με απαραίτητα στοιχεία για τη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας ή/και πιθανής ανάκλησης του προϊόντος, όπως ημ/νια αρχής και λήξης αποστείρωσης, κωδικός REF προϊόντος, παρτίδα LOT, επωνυμία κατασκευαστή και ο μοναδικός κωδικός για αποκλειστική ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI), που επιτρέπει τη σαφή και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά και διευκολύνει την ιχνηλασιμότητά τους. Ο κωδικός UDI να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: αναγνωριστικό κωδικό ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI-DI), αναγνωριστικό παραγωγής (UDI-PI). Αυτά παρέχουν πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το ιατροτεχνολογικό προϊόν και καθιστούν αποτελεσματικότερη την ιχνηλασιμότητά του, επιτρέπει την ευκολότερη ανάκλησή εφόσον απαιτηθεί, καταπολεμά την παραποίηση/απομίμηση και βελτιώνει την ασφάλεια των ασθενών.

A/A 114 YX003078. ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 3 στρωμάτων

Προτείνουμε τις εξής προδιαγραφές:

- Να είναι από υλικό υπεραπορροφητικό, ανθεκτικά στο σχίσιμο, χωρίς ινίδια, να μην παράγει στατικό ηλεκτρισμό και αντανakλάσεις, με μεγάλη ανοχή στις μηχανικές καταπονήσεις. Να μην αφήνει αιωρούμενα σωματίδια (χνούδι) κατά τη χρήση και να μην γίνεται εύθρυπτος μετά από διαβροχή. Η αυτοκόλλητη ταινία να εφαρμόζει με ακρίβεια και αξιοπιστία στο δέρμα και να μην ξεκολλάει αν διαβραχεί. Η διάρκεια αποστείρωσης να είναι τουλάχιστον 36 μήνες.

- Να είναι από μαλακό non woven υλικό Biflex, τριών (3ply) στρωμάτων Biflex 65 gr/m² (+/- 3), με αυτοκόλλητη ταινία 4-5cm πλάτος.
- Να διαθέτουν σήμανση CE από κοινοποιημένο οργανισμό το οποίο να κατατεθεί.
- Να πληρούν το πρότυπο EN 13795-1 για τον ιματισμό μ.χρήσης και να κατατεθεί το πιστοποιητικό συμμόρφωσης από ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου προτύπων.
- Να είναι αποστειρωμένα με ΕΤΟ, με μάρτυρες-δείκτες αποστείρωσης αλλαγής χρώματος περιμετρικά της συσκευασίας ή ακτινοβολία γ
- Η εξωτερική πλευρά της συσκευασίας τού προϊόντος να φέρει ανεξίτηλη ετικέτα τού κατασκευαστή με πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή και ορθή χρήση τού προϊόντος, π.χ πληροφορίες επισήμανσης (ένδειξη αποστειρωμένο, μέθοδος αποστείρωσης, σήμανση CE με τον τετραψήφιο αριθμό από κοινοποιημένο οργανισμό κ.α). Στην ετικέτα να περιλαμβάνονται, απαραίτητως και τουλάχιστον δύο αυτοκόλλητα στικάκια με απαραίτητα στοιχεία για τη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας ή/και πιθανής ανάκλησης τού προϊόντος, όπως ημ/νια αρχής και λήξης αποστείρωσης, κωδικός REF προϊόντος, παρτίδα LOT, επωνυμία κατασκευαστή και ο μοναδικός κωδικός για αποκλειστική ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI), που επιτρέπει τη σαφή και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά και διευκολύνει την ιχνηλασιμότητά τους. Ο κωδικός UDI να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: αναγνωριστικό κωδικό ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI-DI), αναγνωριστικό παραγωγής (UDI-PI). Αυτά παρέχουν πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το ιατροτεχνολογικό προϊόν και καθιστούν αποτελεσματικότερη την ιχνηλασιμότητά του, επιτρέπει την ευκολότερη ανάκλησή εφόσον απαιτηθεί, καταπολεμά την παραποίηση/απομίμηση και βελτιώνει την ασφάλεια των ασθενών.
- Να προσφέρονται σε διαστάσεις 75x90cm, 150x180cm, 150x240cm, 200x250cm.

A/A 117. ΥΧ003098 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΔΙΗΘΗΣΗ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Προτείνουμε τις εξής προδιαγραφές:

-Αυτόνομο σύστημα για αναλγησία συνεχούς διήθησης στο χειρουργικό σημείο. Το σετ να περιέχει:

Διάτρητο καθετήρα διήθησης 19G, ακτινοσκιερό, μήκους 60cm, Latex Free, ο οποίος να περικλείεται σε ειδική θήκη προστασίας, ώστε να διαφυλάσσεται η αποστείρωσή του και να προωθείται αποστειρωμένος με το ένα χέρι. Να φέρει βαθμονόμηση στα πρώτα 30cm για ευκολότερη τοποθέτηση. Με μέγιστο χρόνο ασφαλούς παραμονής στον ασθενή έως 120 ώρες. Να φέρει εύκαμπτο εσωτερικό σπινάλ (helical coil) από ανοξείδωτο χάλυβα, ώστε να παρέχει βελτιωμένη ορατότητα στον υπέρηχο, βελτιωμένη ευελιξία, σταθερότητα στον καθετήρα και μειωμένη πιθανότητα τσακίσματος και περιστροφής. Να φέρει προσφέρεται με 15, 30 και 60 μικροδιάτρησεις ακριβείας σε διάταξη 360 μοίρες και σε στενή και ομοιόμορφη απόσταση μεταξύ τους στα πρώτα 40mm, 75mm, 150mm αντίστοιχα, στο τμήμα διάτρησης, οι οποίες να επιτρέπουν στοχευμένα τη συνεχή ομαλή και ομοιόμορφη έγχυση και ροή τού αναισθητικού για την επίτευξη τής ανακούφισης από

τον πόνο και τη γρηγορότερη κινητοποίηση . Σκοπός τους η βελτιστοποίηση της αναλγησίας του ασθενούς, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση οπιοειδών.

- Βελόνα παρακέντησης με ατραυματικό οδηγό peel-away, με κλείδωμα για τη βελόνα.
- Φίλτρο 0,2 μm αντιμικροβιακό.
- Αντλία σκληρού κελύφους ειδικά σχεδιασμένη για χρήση στη διήθηση τραύματος, προσφέροντας τους όγκους και τους ρυθμούς ροής που χρησιμοποιούνται στη διήθηση του τραύματος. Με μέγιστο όγκο πλήρωσης 350ml και επιλογέα ρυθμού ροής 3, 5 και 8ml/hr με δυνατότητας κλειδώματος. Με δυνατότητα οπτικού ελέγχου, ανθεκτικό στη θραύση, με καθαρό κέλυφος μη συμπίεσιμο και με θήκη μεταφοράς. Να φέρει σύριγγα 50ml, ελαφριά ζυγαριά με ελατήριο και με κλίμακα ml, που να υποδεικνύει την κατά προσέγγιση ποσότητα αναισθητικού που παραμένει στην αντλία (σε ml).
- Αυτοκόλλητο σύστημα στερέωσης του φίλτρου από ανθεκτικό πλαστικό.
- Απαιτείται κατάθεση κατασκευαστικού προσπέκτους και δείγματος για ταυτοποίηση των ανωτέρω ζητούμενων προδιαγραφών.

A/A 119 ΥΧ003122. Σακούλες απομόνωσης με κορδόνι, αποστειρωμένες 1,20 χ 1,20

Προτείνουμε τις εξής προδιαγραφές:

- Να είναι ανθεκτικές, διαφανείς, μεγέθους τουλάχιστον 60x60cm, με ασφαλές ισχυρό κορδόνι περιδέσης.
 - Να διαθέτουν σήμανση CE από κοινοποιημένο οργανισμό το οποίο να κατατεθεί.
 - Να πληρούν το πρότυπο EN 13795-1 για τον ιματισμό μ.χρήσης και να κατατεθεί το πιστοποιητικό συμμόρφωσης από ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου προτύπων.
 - Να είναι αποστειρωμένες με ΕΤΟ, με μάρτυρες-δείκτες αποστείρωσης αλλαγής χρώματος περιμετρικά τής συσκευασίας ή ακτινοβολία γ
- Η εξωτερική πλευρά τής συσκευασίας τού προϊόντος να φέρει ανεξίτηλη ετικέτα τού κατασκευαστή με πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή και ορθή χρήση τού προϊόντος, π.χ πληροφορίες επισήμανσης (ένδειξη αποστειρωμένο, μέθοδος αποστείρωσης, σήμανση CE με τον τετραψήφιο αριθμό από κοινοποιημένο οργανισμό κ.α). Στην ετικέτα να περιλαμβάνονται, απαραίτητως και τουλάχιστον δύο αυτοκόλλητα στικάκια με απαραίτητα στοιχεία για τη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας ή/και πιθανής ανάκλησης τού προϊόντος, όπως ημ/νια αρχής και λήξης αποστείρωσης, κωδικός REF προϊόντος, παρτίδα LOT, επωνυμία κατασκευαστή και ο μοναδικός κωδικός για αποκλειστική ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI), που επιτρέπει τη σαφή και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά και διευκολύνει την ιχνηλασιμότητά τους. Ο κωδικός UDI να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: αναγνωριστικό κωδικό ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI-DI), αναγνωριστικό παραγωγής (UDI-PI). Αυτά παρέχουν πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το ιατροτεχνολογικό προϊόν και καθιστούν αποτελεσματικότερη την ιχνηλασιμότητά του, επιτρέπει την ευκολότερη ανάκλησή εφόσον απαιτηθεί, καταπολεμά την παραποίηση/απομίμηση και βελτιώνει την ασφάλεια των ασθενών.

A/A 123 YX003149. Πεδία χειρουργικά αποστειρωμένα 2 στρωμάτων 75 χ 90 εκατ.

Προτείνουμε τις εξής προδιαγραφές:

- Να είναι από υλικό υπεραπορροφητικό, ανθεκτικό στο σχίσιμο, χωρίς ινίδια, να μην παράγει στατικό ηλεκτρισμό και αντανάκλασεις, με μεγάλη ανοχή στις μηχανικές καταπονήσεις. Να μην αφήνει αιωρούμενα σωματίδια (χνούδι) κατά τη χρήση και να μην γίνεται εύθρυπτος μετά από διαβροχή. Η διάρκεια αποστείρωσης να είναι τουλάχιστον 36 μήνες.
- Να είναι από μαλακό non woven υλικό Biflex, δύο στρωμάτων (2ply) στρωμάτων Biflex 56 gr/m2 (+/-3)
- Να διαθέτουν σήμανση CE από κοινοποιημένο οργανισμό το οποίο να κατατεθεί.
- Να πληρούν το πρότυπο EN 13795-1 για τον ιματισμό μ.χρήσης και να κατατεθεί το πιστοποιητικό συμμόρφωσης από ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου προτύπων.
- Να είναι αποστειρωμένες με ΕΤΟ, με μάρτυρες-δείκτες αποστείρωσης αλλαγής χρώματος περιμετρικά της συσκευασίας ή ακτινοβολία γ
- Η εξωτερική πλευρά της συσκευασίας του προϊόντος να φέρει ανεξίτηλη ετικέτα του κατασκευαστή με πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή και ορθή χρήση του προϊόντος, π.χ πληροφορίες επισήμανσης (ένδειξη αποστειρωμένο, μέθοδος αποστείρωσης, σήμανση CE με τον τετραψήφιο αριθμό από κοινοποιημένο οργανισμό κ.α). Στην ετικέτα να περιλαμβάνονται, απαραίτητως και τουλάχιστον δύο αυτοκόλλητα στικάκια με απαραίτητα στοιχεία για τη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας ή/και πιθανής ανάκλησης του προϊόντος, όπως ημ/νια αρχής και λήξης αποστείρωσης, κωδικός REF προϊόντος, παρτίδα LOT, επωνυμία κατασκευαστή και ο μοναδικός κωδικός για αποκλειστική ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI), που επιτρέπει τη σαφή και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά και διευκολύνει την ιχνηλασιμότητά τους. Ο κωδικός UDI να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: αναγνωριστικό κωδικό ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI-DI), αναγνωριστικό παραγωγής (UDI-PI). Αυτά παρέχουν πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το ιατροτεχνολογικό προϊόν και καθιστούν αποτελεσματικότερη την ιχνηλασιμότητά του, επιτρέπει την ευκολότερη ανάκλησή εφόσον απαιτηθεί, καταπολεμά την παραποίηση/απομίμηση και βελτιώνει την ασφάλεια των ασθενών.

A/A 126 YX003152. Πεδία χειρουργικά αποστειρωμένα 3 στρωμάτων 75 χ 90 εκατ.

Προτείνουμε τις εξής προδιαγραφές:

- Να είναι από υλικό υπεραπορροφητικό, ανθεκτικό στο σχίσιμο, χωρίς ινίδια, να μην παράγει στατικό ηλεκτρισμό και αντανάκλασεις, με μεγάλη ανοχή στις μηχανικές καταπονήσεις. Να μην αφήνει αιωρούμενα σωματίδια (χνούδι) κατά τη χρήση και να μην γίνεται εύθρυπτος μετά από διαβροχή. Η διάρκεια αποστείρωσης να είναι τουλάχιστον 36 μήνες.
- Να είναι από μαλακό non woven υλικό Biflex, τριών στρωμάτων (3ply) στρωμάτων Biflex 65 gr/m2 (+/-3).

- Να διαθέτουν σήμανση CE από κοινοποιημένο οργανισμό το οποίο να κατατεθεί.
- Να πληρούν το πρότυπο EN 13795-1 για τον ιματισμό μ.χρήσης και να κατατεθεί το πιστοποιητικό συμμόρφωσης από ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου προτύπων.
- Να είναι αποστειρωμένες με ΕΤΟ, με μάρτυρες-δείκτες αποστείρωσης αλλαγής χρώματος περιμετρικά τής συσκευασίας
- Η εξωτερική πλευρά τής συσκευασίας τού προϊόντος να φέρει ανεξίτηλη ετικέτα τού κατασκευαστή με πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή και ορθή χρήση τού προϊόντος, π.χ πληροφορίες επισήμανσης (ένδειξη αποστειρωμένο, μέθοδος αποστείρωσης, σήμανση CE με τον τετραψήφιο αριθμό από κοινοποιημένο οργανισμό κ.α). Στην ετικέτα να περιλαμβάνονται, απαραίτητως και τουλάχιστον δύο αυτοκόλλητα στικάκια με απαραίτητα στοιχεία για τη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας ή/και πιθανής ανάκλησης τού προϊόντος, όπως ημ/νια αρχής και λήξης αποστείρωσης, κωδικός REF προϊόντος, παρτίδα LOT, επωνυμία κατασκευαστή και ο μοναδικός κωδικός για αποκλειστική ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI), που επιτρέπει τη σαφή και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά και διευκολύνει την ιχνηλασιμότητά τους. Ο κωδικός UDI να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: αναγνωριστικό κωδικό ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI-DI), αναγνωριστικό παραγωγής (UDI-PI). Αυτά παρέχουν πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το ιατροτεχνολογικό προϊόν και καθιστούν αποτελεσματικότερη την ιχνηλασιμότητά του, επιτρέπει την ευκολότερη ανάκλησή εφόσον απαιτηθεί, καταπολεμά την παραποίηση/απομίμηση και βελτιώνει την ασφάλεια των ασθενών.

A/A 127 YX003153. Πεδία χειρουργικά αποστειρωμένα 3 στρωμάτων 150 χ 180 εκατ.

Προτείνουμε τις εξής προδιαγραφές:

- Να είναι από υλικό υπεραπορροφητικό, ανθεκτικό στο σχίσιμο, χωρίς ινίδια, να μην παράγει στατικό ηλεκτρισμό και αντανάκλασεις, με μεγάλη ανοχή στις μηχανικές καταπονήσεις. Να μην αφήνει αιωρούμενα σωματίδια (χνούδι) κατά τη χρήση και να μην γίνεται εύθρυπτος μετά από διαβροχή. Η διάρκεια αποστείρωσης να είναι τουλάχιστον 36 μήνες.
- Να είναι από μαλακό non woven υλικό Biflex, τριών στρωμάτων (3ply) στρωμάτων Biflex 65 gr/m² (+/-3)
- Να διαθέτουν σήμανση CE από κοινοποιημένο οργανισμό το οποίο να κατατεθεί.
- Να πληρούν το πρότυπο EN 13795-1 για τον ιματισμό μ.χρήσης και να κατατεθεί το πιστοποιητικό συμμόρφωσης από ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου προτύπων.
- Να είναι αποστειρωμένες με ΕΤΟ, με μάρτυρες-δείκτες αποστείρωσης αλλαγής χρώματος περιμετρικά τής συσκευασίας
- Η εξωτερική πλευρά τής συσκευασίας τού προϊόντος να φέρει ανεξίτηλη ετικέτα τού κατασκευαστή με πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή και ορθή χρήση τού προϊόντος, π.χ πληροφορίες επισήμανσης (ένδειξη αποστειρωμένο, μέθοδος αποστείρωσης, σήμανση CE με τον τετραψήφιο αριθμό από κοινοποιημένο οργανισμό κ.α). Στην ετικέτα να περιλαμβάνονται, απαραίτητως και τουλάχιστον δύο αυτοκόλλητα στικάκια με απαραίτητα στοιχεία για τη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας ή/και πιθανής ανάκλησης τού

προϊόντος, όπως ημ/νια αρχής και λήξης αποστείρωσης, κωδικός REF προϊόντος, παρτίδα LOT, επωνυμία κατασκευαστή και ο μοναδικός κωδικός για αποκλειστική ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI), που επιτρέπει τη σαφή και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά και διευκολύνει την ιχνηλασιμότητά τους. Ο κωδικός UDI να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: αναγνωριστικό κωδικό ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI-DI), αναγνωριστικό παραγωγής (UDI-PI). Αυτά παρέχουν πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το ιατροτεχνολογικό προϊόν και καθιστούν αποτελεσματικότερη την ιχνηλασιμότητά του, επιτρέπει την ευκολότερη ανάκλησή εφόσον απαιτηθεί, καταπολεμά την παραποίηση/απομίμηση και βελτιώνει την ασφάλεια των ασθενών.

A/A 172 YX003229. Αεραγωγός μιας χρήσης στοματοφαρυγγικός αποστειρωμένος Νο. 0
 A/A 173 YX003230 Αεραγωγός μιας χρήσης στοματοφαρυγγικός αποστειρωμένος Νο. 1
 A/A 174 YX003231 Αεραγωγός μιας χρήσης στοματοφαρυγγικός αποστειρωμένος Νο. 2.
 A/A 175 YX003232 Αεραγωγός μιας χρήσης στοματοφαρυγγικός αποστειρωμένος Νο. 3
 A/A 176 YX003233 Αεραγωγός μιας χρήσης στοματοφαρυγγικός αποστειρωμένος Νο. 4
 A/A 177 YX003234 Αεραγωγός μιας χρήσης στοματοφαρυγγικός αποστειρωμένος Νο. 5
 A/A 178 YX003235 Αεραγωγός μιας χρήσης στοματοφαρυγγικός αποστειρωμένος Νο. 00.

Προτείνουμε τις εξής προδιαγραφές:

Οι στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί να είναι ασφαλείς και ποιοτικοί για τον ασθενή.

1. Να μη φέρουν επικολημένα, τυχόν αποσπώμενα μέρη! Ο αεραγωγός και το προστατευτικό δοντιών (bite-block) να είναι σε ένα σώμα (one piece) από την παραγωγή τους. 2. Το

προστατευτικό δοντιών να είναι από υλικό TPE, ώστε να είναι ανθεκτικό, ενισχυμένο, υψηλής αντοχής, υψηλής ελαστικότητας, αλλά και μαλακής υφής, ανεκτό και ήπιο στο δάγκωμα, προστατεύοντας τα δόντια τού ασθενή.

3. Να είναι εύκαμπτοι και να διαθέτουν ανατομικό σχήμα για ατραυματική, άμεση εισαγωγή. 4. Να

φέρουν ειδικό χρωματισμό αναγνώρισης, σύμφωνα με ISO 5364:2016 καί στο bite-block καί στο άκρο του, καθώς καί κατά μήκος του σε σχήμα γραμμής.

5. Ο αεραγωγός να είναι κατασκευασμένος από μη τοξικό πλαστικό -πολυπροπυλένιο (PP)- για διαφάνεια, χαμηλό βάρος και ανθεκτικότητα. Παράλληλα να είναι ατραυματικός και να καταλήγει σε μαλακό άκρο κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό ελαστομερές υλικό TPE, υψηλής ελαστικότητας ελαστικό, υψηλής αντοχής, μαλακής υφής, ατραυματικό κατά την εισαγωγή τους στον ασθενή για αποφυγή τραυματισμού.

6. Να είναι αποστειρωμένοι, με επισήμανση στην ετικέτα τού κατασκευαστή -εξωτερικά- στη συσκευασία. Η συσκευασία να συνάδει με αποστειρωμένου ιατροτεχνολογικού προϊόντος, από ανθεκτικό ιατρικό χαρτί στη μία πλευρά της, που δεν σκίζεται ανομοιόμορφα και δεν απελευθερώνει ίνες και από πλαστικό διαφανές στην άλλη πλευρά της και να φέρει πιστότητα CE με αριθμό αναγνώρισης από κοινοποιημένο οργανισμό.

7. Να φέρουν, εξωτερικά, ανεξίτηλη ένδειξη πιστότητας CE με αριθμό αναγνώρισης από κοινοποιημένο οργανισμό.

8. Να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό CE τού κατασκευαστή τού προϊόντος για την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ.

9. Να προσφέρονται σε μεγέθη ISO: No 1.0 μήκους 6.5cm, No 1.5 μήκους 7.0cm, No 2.0 μήκους 8.0cm, No 3.0 μήκους 9.0cm, No 4.0 μήκους 10cm, No 5.0 μήκους 12cm.

10. Να είναι χωρίς PVC Free, Latex Free, μίας χρήσης, μη τοξικό και υποαλλεργικό.

Να κατατεθούν δείγματα και προσπέκτους του κατασκευαστή (ανιχνεύσιμο στο διαδίκτυο), για πιστοποίηση των ανωτέρω.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση

Είμαστε στη διάθεσή σας

Υγειοδυναμική ΑΕ

5) ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που μας παρέχετε να καταθέσουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων του εν λόγω διαγωνισμού.

Ακολούθως παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας:

A/A: 9 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 11101407

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: Χαρτί αποστείρωσης (non-woven) 120 x 140CM
εναλλασσόμενο

Σας προτείνουμε χαρτί αποστείρωσης εναλλασσόμενο υψηλών απαιτήσεων, για χρήση σε σετ/δίσκους έως 16kgf και χρόνο διατήρησης της αποστείρωσης (στις κατάλληλες συνθήκες) 12 μηνών. Συγκριμένα προτείνουμε την ακόλουθη προδιαγραφή:

«Χαρτί αποστείρωσης για βαριά set/δίσκους για αποστείρωση με ατμό. Να είναι σε εναλλασσόμενη μορφή δύο χρωμάτων (πράσινο- μπλε) για εύκολη αναγνώριση κατεστραμμένου περιτυλίγματος. Ένα εκ των εναλλασσόμενων χαρτιών να είναι 100% συνθετικό 5 στρωμάτων (SSMMS) βάρους 75 gr/m² για ισχυρή αντοχή στο σκίσιμο κατάλληλο κυρίως για βαριά set (γυναικολογικά, ορθοπεδικά κ.λπ.). Το δεύτερο φύλλο να είναι βάρους 52 gr/m² με συνθετικές και κυτταρινούχες ίνες για αποφυγή συσσώρευσης υγρασίας (φαινόμενο υγρών πακέτων). Να είναι υδρόφοβο, βακτηριοστατικό, αδιαπέραστο στα υγρά και στις αλκοόλες. Απουσία μηχανικής μνήμης. Να μην αφήνει ινίδια. Να είναι ελεύθερο χημικών ερεθιστικών ουσιών όπως λάτεξ, φθαλικών ενώσεων κ.α. Να είναι ανθεκτικό και μαλακό. Να κατατεθεί φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών προς απόδειξη των αναφερομένων. Ο χρόνος ζωής μετά την αποστείρωση να είναι 12 μήνες. Διάσταση 120X120εκ».

Με προτεινόμενο προϋπολογισμό 1,35€/ φύλλο άνευ ΦΠΑ.

A/A: 12 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 11101597

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: Σάκοι αναρρόφησης 2lt με ζελοποιητική σκόνη, αντιμικροβιακή κάψουλα, φίλτρο και βαλβίδα ασφαλείας.

Προτείνουμε τις ακόλουθες προδιαγραφές που θα διασφαλίζουν ότι η προμήθεια αφορά υλικά υψηλής τεχνολογίας, σύγχρονα και αξιόπιστα, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Η απλή συνδεσμολογία και η υψηλή ποιότητα, σε συνδυασμό με τα ενσωματωμένα συστήματα ασφαλείας, προσφέρουν σημαντική ευκολία στη χρήση, μειώνουν τον χρόνο προετοιμασίας και εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

«Σάκοι αναρρόφησης 2lt με ενσωματωμένο αντιβακτηριδιακό φίλτρο και σύστημα προστασίας από υπερχειλίση. Προγεμισμένοι με ζελοποιητική σκόνη. Με ασφαλές πώμα κλεισίματος και ενσωματωμένη εύχρηστη χειρολαβή απομάκρυνσης. Απλής συνδεσμολογίας, με μια μοναδική σύνδεση, αυτή προς τον ασθενή, χωρίς να απαιτείται συνδεσμολογία μεταξύ σάκου και κάνιστρου. Η σύνδεση με το κενό να βρίσκεται στο κάνιστρο, όχι στο σάκο. Το καπάκι να φέρει προσυνδεδεμένο γωνιακό αντάπτορα για απευθείας σύνδεση με κάθε διάμετρο σωλήνα αναρρόφησης του ασθενή. Χωρίς αντεπιστροφή προς τον ασθενή. Να υπάρχει δυνατότητα σειριακής σύνδεσης σάκων. Τα κάνιστρα και τα συνδετικά να παρέχονται δωρεάν».

Με προτεινόμενο προϋπολογισμό 3,60€/τμχ άνευ ΦΠΑ.

A/A: 50 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 11105431

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: Σακούλα αποστείρωσης αυτοκόλλητη 150 X 360mm περίπου

Για την προμήθεια υλικών υψηλών απαιτήσεων, για το ιδιαίτερα απαιτητικό κομμάτι της αποστείρωσης υλικών, σας προτείνουμε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- απαίτηση για χαρτί 70gr/m²
- απαίτηση για φιλμ 9 στρώσεων για ανώτερη αντίσταση στη διάτρηση, μειωμένο κίνδυνο οπών, εξαιρετική αντοχή στην τριβή, λιγότερα σπασμένα πακέτα, χωρίς χνούδια.
- απαίτηση για κατάθεση μελέτης (από τρίτο ανεξάρτητο φορέα) σχετικής με τον χρόνο διατήρησης της αποστείρωσης του περιεχομένου σε ελεγχόμενες συνθήκες.

Σας προτείνουμε συνεπώς την ακόλουθη προδιαγραφή για υλικό υψηλών απαιτήσεων:

«Θήκες αυτοκόλλητες, για αποστείρωση σε κλίβανο ατμού, Ε.Ο και φορμαλδεΐδης. Κατασκευασμένες από χαρτί βάρους 70gr/m², που ανοίγει χωρίς ινίδια και αντέχει στα βαριά αντικείμενα, και από την άλλη από φιλμ πάχους κατ' ελάχιστον 52μm και βάρους 53gr/m², αποτελούμενη από PET/PP 9 (εννέα) στρώσεων ώστε να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα και να επιτρέπει άσηπτη τεχνική. Με χημικούς δείκτες μεγάλου μεγέθους και απότομης χρωματικής αλλαγής, εκτός του πεδίου εργασίας, στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς αλλά εκτός της περιοχής εργασίας ώστε να υπάρχει άμεση οπτική επαφή και να εμποδίζεται η διαρροή μελανιών προς το περιεχόμενο. Το χαρτί να είναι μη ανακυκλωμένο που ανθίσταται στην υγρασία και παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας. Να υπάρχει ένδειξη της φοράς ανοίγματος που αποκλείει κατά το άνοιγμα του πακέτου να πέσουν ινίδια στα αποστειρωμένα υλικά. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να είναι προδιπλωμένη. Η ένωση της ραφής των δυο πλευρών να είναι συνεχής και ομοιόμορφη σε όλο το μήκος, με τριπλή θερμοσυρραφή, πλάτους τουλάχιστον 6mm. Να κατατίθεται μελέτη ανεξάρτητου φορέα για τον χρόνο διάρκειας της αποστείρωσης (min 60μηνων). Διάσταση 130x380mm».

Με προτεινόμενο προϋπολογισμό 0,136€/τμχ άνευ ΦΠΑ.

A/A: 72 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 11105487

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: Ρολλά αποστείρωσης 40 X 100 με πιέτα

Για την προμήθεια υλικών υψηλών απαιτήσεων, για το ιδιαίτερα απαιτητικό κομμάτι της αποστείρωσης, σας προτείνουμε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- απαίτηση για χαρτί 70gr/m²
- απαίτηση για φιλμ 9 στρώσεων για ανώτερη αντίσταση στη διάτρηση, μειωμένο κίνδυνο οπών, εξαιρετική αντοχή στην τριβή, λιγότερα σπασμένα πακέτα, χωρίς χνούδια.
- απαίτηση για κατάθεση μελέτης (από τρίτο ανεξάρτητο φορέα) σχετικής με τον χρόνο διατήρησης της αποστείρωσης του περιεχομένου σε ελεγχόμενες συνθήκες.

Σας προτείνουμε συνεπώς την ακόλουθη προδιαγραφή για υλικά υψηλών απαιτήσεων:

«Ρολό με πιέτα για αποστείρωση σε κλίβανο ατμού, Ε.Ο και φορμαλδεΐδης. Κατασκευασμένο από χαρτί βάρους 70gr/m², που ανοίγει χωρίς ινίδια και αντέχει στα βαριά αντικείμενα, και από την άλλη από φιλμ πάχους κατ' ελάχιστον 52μm και βάρους 53gr/m², αποτελούμενη από PET/PP 9 (εννέα) στρώσεων ώστε να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα και να επιτρέπει άσηπτη τεχνική. Με χημικούς δείκτες μεγάλου μεγέθους και απότομης χρωματικής αλλαγής, εκτός του πεδίου εργασίας, στην εμπρόσθια πλευρά, ακριβώς στη γραμμή συγκόλλησης με το φιλμ. Το χαρτί να είναι μη ανακυκλωμένο που ανθίσταται στην υγρασία και παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας. Να υπάρχει ένδειξη της φοράς ανοίγματος που αποκλείει κατά το άνοιγμα του πακέτου να πέσουν ινίδια στα αποστειρωμένα υλικά. Η ένωση της ραφής των δυο πλευρών να είναι συνεχής και ομοιόμορφη σε όλο το μήκος, με τριπλή θερμοσυρραφή, πλάτους τουλάχιστον 6mm. Να κατατίθεται μελέτη ανεξάρτητου φορέα για τον χρόνο διάρκειας της αποστείρωσης (min 60μηνων). Διάσταση 75mm X 100m»

Με προτεινόμενο προϋπολογισμό 25,9€ άνευ ΦΠΑ.

Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να εκθέσουμε τις προτάσεις μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή τεκμηρίωση.

Με εκτίμηση,

Γενική Χημικών Προϊόντων Α.Ε.

6) ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α.Ε

Αξιότιμες-οι κύριες-οι,

Σχετικά με την Διαβούλευση προδιαγραφών ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ σας επισημαίνουμε τα εξής για τα παρακάτω είδη:

α/α 82 ΥΠ101001(κωδ.νοσοκ.) ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ. Στο συγκεκριμένο είδος δεν περιλαμβάνονται καθόλου προδιαγραφές παρότι τα παρακάτω τμήματα του νοσοκομείου σας (Αναισθησιολογικό, ΜΕΘ αναπνευστική και ΜΕΘ καρδιολογική) προμηθεύονται εξωσυμβατικά το είδος.

Προτείνουμε λοιπόν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Καθετήρας για πρόσβαση σε κερκδική αρτηρία 20 G και μήκους 45 mm από PTFE που διαθέτει διακόπτη ροής με ON-OFF και χρωματική σήμανση ενδεικτική της αρτηριακής γραμμής (κόκκινη). Ο καθετήρας να έχει αντοχή στο τσάκισμα- σπάσιμο ώστε να μη τραυματίζει την αρτηρία και να μη χρειάζεται επανατοποθέτηση (μείωση κόστους).

Να έχει ελεγχθεί με την μέθοδο Gabarith ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αποκλίσεις του συστήματος παρακολούθησης αιμοδυναμικής πίεσης. Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα για πιστοποίηση της μεθόδου Gabarith συνοδευόμενα από αποδεικτικά εκπροσώπησης.

Το υλικό του καθετήρα θα πρέπει να είναι (PVC και DEHP) free και να αναγράφεται στο εσωκλειστο της συσκευασίας. Η βελόνα να έχει οπωσδήποτε επικάλυψη σιλικόνης για εύκολη εισαγωγή στην αρτηρία.

Το συνολικού μήκος της συσκευής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 10,5cm για λόγους ευκολίας εισαγωγής στην αρτηρία.

Οι προμηθευτές θα πρέπει στις τεχνικές τους προσφορές να δηλώνουν και να καλύπτουν τα οριζόμενα από την Εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ 2501/3-8-22, αναφορικά με την ιχνηλασιμότητα και ταυτοποίηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων για τη ασφάλεια και ποιότητα της ιατρικής φροντίδας.

Πληροφοριακά, η κατανάλωση του νοσοκομείου σας για το είδος το έτος 2025 ήταν 1.400τμχ με ενδεικτική τιμή παρατηρητηρίου 19,4€/τμχ και κωδικό παρατηρητηρίου 23.6.2.7.

Τέλος σχετικά με το είδος με α/α 94 (ΥΠ107001) Προεκτάσεις συσκευών ορρών 100cm luer lock male female, επίσης δεν αναφέρονται καθόλου τεχνικές προδιαγραφές παρότι το νοσοκομείο σας προμηθεύεται το είδος εξωσυμβατικά με τιμή 1,7€/τμχ και ετήσια ποσότητα 1000τμχ.

Συνεπώς προτείνουμε τις παρακάτω προδιαγραφές:

Συνδετικό προέκταση male female, από PVC με εσωτερική διάμετρο 2mm(υψηλών πιέσεων)και εξωτερική διάμετρο 4,1mm για σύνδεση luer lock. Όγκος πλήρωσης 3,56ml.

Μέγιστη αντίσταση στο σπάσιμο 20bar. DEHP & LATEX FREE. ΜΗΚΟΣ 100CM.Χρόνος λήξης 47 μήνες. Αποστείρωση με ΕΟ.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με τιμή,

Για την **ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ**

Αποστόλης Καταραχιάς

Δ/ντής Πωλήσεων - Becton Dickinson Division

7) ARETEION MEDICALS AE

Αξιότιμοι Κύριοι

Σε συνέχεια της ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών σας, η εταιρεία μας ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος του οίκου VYGON Γαλλίας έχει την ευχαρίστηση να σας υποβάλει τις παρακάτω παρατηρήσεις-προδιαγραφές.

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

Με εκτίμηση,

ARETEION MEDICALS AE

Ο Υπεύθυνος Πωλήσεων

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΣ

Τηλ. Επικοινωνίας 6937262495, 210-7701101

1. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ α/α 87 .ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΥΠ101001, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Καθετήρες αρτηριακοί» ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

Αρτηριακοί καθετήρες κερκιδικής , μεθόδου SELDINGER από πολυαιθυλένιο (PE), ακτινοσκοιοί, με πτερύγια συρραφής-σταθεροποίησης, κολάρο anti-kink, μεγέθους 3Fr μήκους 4 , 6, 8 ή 10cm, με ηχογενή βελόνα παρακέντησης 20G με βέλος ένδειξης για την σωστή εισαγωγή της και γ) οδηγό σύρμα, ευθύ και μαλακό. Να είναι LATEX free και DEHP free , μ.χ , αποστειρωμένοι.

ΤΙΜΗ ΤΜΧ: 12 ΕΥΡΩ

20 ΤΜΧ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Αρτηριακοί καθετήρες μηριαίας , μεθόδου SELDINGER , από πολυαιθυλένιο (PE) , μεγέθους 4F/18G μήκους 18 cm, ακτινοσκοιοί , με ηχογενή βελόνα παρακέντησης 19G με βέλος ένδειξης για την σωστή εισαγωγή της , προέκταση υψηλών πιέσεων 30 cm με 3way , χειρ/κο πεδίο , σύριγγα 10 ml και οδηγό σύρμα ευθύ και μαλακό. Να είναι LATEX free και DEHP free , μ.χ, αποστειρωμένοι.

ΤΙΜΗ ΤΜΧ: 42 ΕΥΡΩ

5 ΤΜΧ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 94 , ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ ΥΠ107001 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προεκτάσεις συσκευών ορρών 100cm luer lock male female» ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

Προεκτάσεις male/female χορηγήσεων μεγάλων όγκων ορών. Να είναι εξωτερικά από PVC και εσωτερικά από PE για αντοχή, ελαστικότητα και χημική αδράνεια. Τα χορηγούμενα να μην απορροφώνται από το τοίχωμα του σωλήνα. Να έχουν εσωτερική διάμετρο 2,5mm και εξωτερική διάμετρο 4,0mm για μεγάλους όγκους χορηγήσεων και αντοχή έως 145psi. Να διατίθενται σε μήκος 100cm. Να είναι LATEX free και DEHP free, μ.χ αποστειρωμένες.

ΤΙΜΗ ΤΜΧ: 2,60 ΕΥΡΩ

25 ΤΜΧ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

3. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 105,ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΥΧ003024 , ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ ΜΕ BILLAU» ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

Καθηήρες παροχέτευσης θώρακος με trocar , από PVC, ακτινοσκοιοί, βαθμονομημένοι κάθε 2 cm με trocar αιχμηρό, ατραυματικό με δακτύλιο σύνδεσης- στερέωσης και με δύο πλαϊνές οπές. Να προσφερθούν σε μεγέθη 14,18,20,24,28,30 και 32 Fr μήκους 40cm. Να είναι LATEX free και DEHP free , μ.χ. αποστειρωμένοι.

ΤΙΜΗ ΤΜΧ: 22 ΕΥΡΩ

20ΤΜΧ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 108,ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΥΧ003060 , ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ» ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

Βαλβίδες –συνδεδετικά ευθέα διαφανή για ρυθμιζόμενη αναρρόφηση με οπή και πώμα ελέγχου. Να είναι μ.χ, αποστειρωμένα , Latex-free & DEHP-free.

ΤΙΜΗ ΤΜΧ:1,65 ΕΥΡΩ

25ΤΜΧ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5. ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 172 έως 177,ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΥΧ003229, ΥΧ003230, ΥΧ003231, ΥΧ003232, ΥΧ003233, ΥΧ003234, ΥΧ003235, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ» ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣΤΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

Αεραγωγοί στοματοφαρυγγικοί, πλαστικοί, κατασκευασμένοι από γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) και πολυοξυμεθυλένιο (POM), ατραυματικοί, ενισχυμένοι ώστε να μην καταστρέφονται με τα δόντια, τύπου Guedel με διαφορετικό διακριτικό χρώμα στο άκρο για κάθε νούμερο.Να είναι Latex-free, μ.χ, αποστειρωμένοι .Να πληρούν το πρότυπο ISO 5364:2016. Να προσφερθούν σε μεγέθη και μήκη ως κάτωθι:

- No 000 μήκους 40mm χρώμα άκρου:ροζ
- No 00 μήκους 50mm χρώμα άκρου:μπλε
- No 0 μήκους 60mm χρώμα άκρου:μαύρο
- No 1 μήκους 70mm χρώμα άκρου:λευκό
- No 2 μήκους 80mm χρώμα άκρου:πράσινο
- No 3 μήκους 90mm χρώμα άκρου:κίτρινο
- No 4 μήκους 100mm χρώμα άκρου:κόκκινο
- No 5 μήκους 110mm χρώμα άκρου:πορτοκαλί
- No 6 μήκους 120mm χρώμα άκρου:μωβ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ:1,05 ΕΥΡΩ

100ΤΜΧ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

8) MEDICARE HELLAS AE

Αξιότιμοι κύριοι,

Σχετικά με την διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για τα είδη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ», η οποία και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα σας, επιτρέψτε μας να κάνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης και της Διαφάνειας:

☐ Με την δυνατότητα που μας δώσατε να υποβάλουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναρτήσατε στην ιστοσελίδα σας για τα είδη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» επιβεβαιώσατε την απεριόριστη εμπιστοσύνη και βεβαιότητα που είχαμε στην προσήλωση σας να τηρηθεί η διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης και Διαφάνειας κατά την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών.

☐ Είμαστε βέβαιοι ότι συμμερίζεστε απόλυτα το γεγονός ότι σκοπός της Υπηρεσίας σας αλλά και κάθε Αναθέτουσας Αρχής πρέπει να είναι, σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου, η διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών όπου να προβλέπεται και να ενισχύεται η ελεύθερη και η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή προκειμένου το Δημόσιο να επωφεληθεί τελικώς από τον μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, τον ανταγωνισμό που θα προκύψει και τελικώς τις καλύτερες τιμές στα ζητούμενα είδη από το τρίπτυχο κόστους, ποιότητας και οφέλους.

☐ Ως προμηθεύτρια εταιρεία έχουμε να προτείνουμε τις παρακάτω γενικές τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες εκτιμούμε ότι ανταποκρίνονται στο πνεύμα και την φιλοσοφία που περιγράψαμε παραπάνω διότι συμπληρώνουν τις υπάρχουσες συμβατικές τεχνολογίες και ποιότητες υλικών με νέες, σύγχρονες τεχνικές αλλά και τεχνολογίες οι οποίες προσφέρουν στους ασθενείς καλύτερη ποιότητα ζωής, μεγαλύτερο προσδόκιμο και καθιστούν το σύστημα υγείας αποδοτικότερο καθότι ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο μειώνεται ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μικρότερη απασχόληση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού

Στην υπό διαμόρφωση λίστα τεχνικών προδιαγραφών σας έχουμε να προτείνουμε τα κάτωθι:

Πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία ειδών:

Για τον α/α 12 στον οποίο ζητάτε:

Σάκκοι αναρρόφησης 2lt με ζελοποιητική σκόνη,αντιμικροβιακή κάψουλα,

φίλτρο και βαλβίδα ασφαλείας

Επειδή η προδιαγραφή είναι μερικώς ελλιπής και απουσιάζουν κάποια σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και πιστοποιήσεις, με βάση τα τελευταία πρότυπα, που θα προσδώσουν στο προϊόν ποιότητα και θα παρέχουν ασφάλεια για τον ασθενή πιστεύουμε ότι η ανωτέρω προδιαγραφή πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:

Σάκοι αναρρόφησης κλειστού τύπου, μιας χρήσης, με GEL VAC χωρητικότητας 1,5-2Lt

- Είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο, ανθεκτικό, ελαφρύ πολυαιθυλένιο για την αναρρόφηση βιολογικών υγρών μέσω αναρροφήσεων high flow and high vacuum.
- Δεν περιέχουν latex, ούτε φθαλικά άλατα – είναι latex-free & DEHP-free
- Οι σάκοι διαθέτουν καπάκι με 3 στόμια για την αναρρόφηση των βιολογικών υγρών. Το καθένα φέρει ονομαστική ένδειξη, ήτοι PATIENT, VACCUUM, TANDEM), έχουν διαφορετική διάμετρο και διαφορετικό άκρο πώματος προς την αποφυγή λάθους συνδεσμολογίας. Τα πώματα μετά την σύνδεσή τους σφραγίζουν ερμητικά και παραμένουν συνδεδεμένα με το σάκο.
- Επίσης διαθέτει αποσπώμενο, γωνιώδες συνδετικό 90 μοιρών για την αποτροπή τσακίσματος του σωλήνα αναρρόφησης με το στόμιο του σάκου. Η σύνδεση με το κενό βρίσκεται στο κάνιστρο, όχι στο σάκο.
- Οι σάκοι διαθέτουν καπάκι με ασφαλές κλείσιμο, με ενσωματωμένο αντιβακτηριδιακό φίλτρο ΙΗΑΤ το οποίο παγιδεύει το 99,9% όλων των μικροβίων και μικροοργανισμών, έχουν σύστημα προστασίας με μηχανική βαλβίδα διακοπής η οποία αποτρέπει την επιστροφή των βιολογικών υγρών στον σωλήνα αναρρόφησης, την υπερχειλίση για την προστασία του κεντρικού συστήματος αναρρόφησης του Νοσοκομείου και την αποφυγή δημιουργίας φυσαλίδων.
- Να περιέχουν GEL VAC (ζελοποιητική σκόνη)
- Οι σάκοι παρέχονται με συνδετικό σωλήνα tandem , ο οποίος επιτρέπει την αυτόματη, σειριακή μεταφορά των βιολογικών υγρών στον επόμενο σάκο όταν ο πρώτος γεμίσει.
- Είναι απλής συνδεσμολογίας, δεν απαιτείται χρήση συνδετικών σωληνών μεταξύ σάκου και κάνιστρου.
- Σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στην εταιρεία μας, το προσφερόμενο είδος θα συνοδεύεται από συνοδό εξοπλισμό:

Α) κάνιστρα κατασκευασμένα από διαφανές πολυκαρμπονικό ανθεκτικό, πλαστικό υλικό, με δυνατότητα κλιβανισμού στους 121 βαθμούς τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένη βαλβίδα on/off για μεγαλύτερη ασφάλεια και έλεγχο του κενού αναρρόφησης, ογκομετρικές ενδείξεις ανά 100 mL και ονομαστική αναφορά του κωδικού και της χωρητικότητάς τους.

Β) τροχήλατο (αριθμό τεμαχίων που θα μας υποδείξετε) με δυνατότητα υποδοχής έως και 4 κάνιστρων με όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται.

- Οι σάκοι αναρρόφησης μπορούν να τοποθετηθούν και σε κάνιστρα με επιτοίχια βάση αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
- Τα προσφερόμενα είδη διαθέτουν τα πρότυπα EN ISO 10079-3, ISO 13485 & 14971 τα οποία επισυνάπτουμε στην παρούσα προσφορά.

Με την βεβαιότητα ότι θα λάβετε υπόψη σας τις ανωτέρω παρατηρήσεις/επισημάνσεις μας, αναμένουμε τις σχετικές προσθήκες στον Πίνακα των ειδών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ» προκειμένου η εταιρεία μας να δύναται να συμμετάσχει επί ίσοις όροις όποτε προκηρυχθεί διαγωνιστική διαδικασία.

Βρισκόμαστε στην διάθεση σας για όποια επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτηθεί.

Με τιμή,

MEDICARE HELLAS AE

9) MEDISUP A.E

Αγαπητοί κύριοι, κυρίες,

Συμμετέχουμε στην ως άνω διαβούλευση και καταθέτουμε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά μας επί των τεχνικών προδιαγραφών για το ζητούμενο είδος :

A/A 26) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ : 11101161

ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ MONITOR DATEX OHMEDA

Σωλήνας καπνογραφίας lower lock 3m, να είναι χρώματος άσπρου

ΣΧΟΛΙΑ: οι προδιαγραφές είναι ελλιπείς, δεν αναφέρουν διάμετρο σωληνίσκου, τον τύπο των άκρων σύνδεσης, κ.α.

Προτείνουμε να εμπλουτισθούν ως εξής :

Σωλήνας καπνογράφου, να είναι μιας χρήσης, ελεύθερος latex, τριών στρωμάτων, PE/EVA/PVC, με διάμετρο 1,2 mm ID X 2,8 mm OD.

Να διατίθεται σε μήκος 3 μέτρων, με άκρα σύνδεσης Male/Male luer lock σε ατομική υπερκαθαρή συσκευασία.

Ενδεικτική τιμή 1,60€/τεμ

A/A 33) 11103193

Κουβέρτες υποθερμίας αλουμινίου ολόσωμες μιας χρήσης

ΣΧΟΛΙΑ: ΔΕΝ υπάρχουν καθόλου προδιαγραφές για το ζητούμενο είδος

Προτείνουμε την επικαιροποίηση των προδιαγραφών ως εξής:

Ισοθερμικά πεδία τριών στρωμάτων (βαμβακερή nonwoven επένδυση, επένδυση ανακλαστικού φιλμ με ψήγματα αλουμινίου υφασμένο σε κυψελίδες και μη αγωγίμη μονωτική πλαστική επίστρωση) μίας χρήσης.

Να είναι ελεύθερα latex, αντιστατικά, μη αγωγίμα, να καλύπτουν όλες τις οδηγίες περί μη εύφλεκτων προϊόντων, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε CT/ X-Ray, καθώς και σε επεμβάσεις με χρήση laser.

Να προσφέρουν απαλότητα και άνεση στον ασθενή και να επιτρέπουν τη διαπνοή.

Να αντανακλούν τη θερμότητα του σώματος και τη συντηρούν σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας τη έως και 95%.

Να μην απορροφούν υγρά, απόλυτα υγρο-απωθητικά, με στρογγυλεμένες γωνίες και λαιμόκοψη, «ματ» φινιρίσμα για αποφυγή ανάκλασης του φωτός, φιλικά προς το περιβάλλον, να μην απελευθερώνουν ίνες ή άλλα σωματίδια κατά τη χρήση τους (non linting) και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISO 9073-10,

διαστάσεων 120 εκ. x 210εκ., με λαιμόκοψη.

Επίσης προτείνουμε την προσαρμογή της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά τεμάχιο στην αντίστοιχη τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ 7.3.53 προς 10,70 €/τεμ.

A/A 55) 11105947

Σωληνίσκοι δειγματοληψίας καπνογράφου για μόνιτορ DATEX OHMEDA

ΣΧΟΛΙΑ: οι προδιαγραφές είναι ελλιπείς, δεν αναφέρουν διάμετρο σωληνίσκου, τον τύπο των άκρων σύνδεσης, κ.α.

Προτείνουμε να εμπλουτισθούν ως εξής :

Σωλήνας καπνογράφου, να είναι μιας χρήσης, ελεύθερος latex, τριών στρωμάτων, PE/EVA/PVC, με διάμετρο 1,2 mm ID X 2,8 mm OD.

Να διατίθεται σε μήκος 3 μέτρων, με άκρα σύνδεσης Male/Male luer lock σε ατομική υπερκαθαρή συσκευασία.

Ενδεικτική τιμή 1,60€/τεμ

A/A 61) 11101801

Κουβέρτες υποθερμίας αλουμινίου ολόσωμες μχ

ΣΧΟΛΙΑ: ΔΕΝ υπάρχουν καθόλου προδιαγραφές για το ζητούμενο είδος

Προτείνουμε την επικαιροποίηση των προδιαγραφών ως εξής:

Ισοθερμικά πεδία τριών στρωμάτων (βαμβακερή nonwoven επένδυση, επένδυση ανακλαστικού φιλμ με ψήγματα αλουμινίου υφασμένο σε κυψελίδες και μη αγώγιμη μονωτική πλαστική επίστρωση) μίας χρήσης.

Να είναι ελεύθερα latex, αντιστατικά, μη αγώγιμα, να καλύπτουν όλες τις οδηγίες περί μη εύφλεκτων προϊόντων, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε CT/ X-Ray, καθώς και σε επεμβάσεις με χρήση laser.

Να προσφέρουν απαλότητα και άνεση στον ασθενή και να επιτρέπουν τη διαπνοή.

Να αντανakλούν τη θερμότητα του σώματος και τη συντηρούν σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας τη έως και 95%.

Να μην απορροφούν υγρά, απόλυτα υγρο-απωθητικά, με στρογγυλεμένες γωνίες και λαιμόκοψη, «ματ» φινίρισμα για αποφυγή ανάκλασης του φωτός, φιλικά προς το περιβάλλον, να μην απελευθερώνουν ίνες ή άλλα σωματίδια κατά τη χρήση τους (non linting) και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISO 9073-10,

διαστάσεων 120 εκ. x 210εκ., με λαιμόκοψη.

Επίσης προτείνουμε την προσαρμογή της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά τεμάχιο στην αντίστοιχη τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ 7.3.53 προς 10,70 €/τεμ.

A/A 62) 11101813

Θερμαινόμενα επικαλύμματα άνω σώματος 200cm x 100cm non woven με εσωτερικά κανάλια, με δυνατότητα χορήγησης του αέρα

ΣΧΟΛΙΑ:

Η εταιρεία μας είναι αντιπρόσωπος του μεγαλύτερου, απόλυτα εξειδικευμένου στην διαχείριση της θερμοκρασίας των ασθενών Ευρωπαϊκού Οίκου "TSC-Life" Ολλανδίας και ο μεγαλύτερος εγχώριος προμηθευτής κουβερτών θέρμανσης ασθενών όλων των τύπων.

Καταθέτουμε τις εξής σημαντικές παρατηρήσεις:

Οι προδιαγραφές που έχετε αναρτήσει είναι:

- με λάθος διαστάσεις και ελλειπείς, καθώς δεν αναφέρονται ουσιαστικά τεχνικά & ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. που και πόσες υποδοχές του σωλήνα θέρμανσης πρέπει να έχει η κουβέρτα, ο τρόπος διάχυσης της θερμοκρασίας που πρέπει να γίνεται μέσω μικροπόρων

και όχι μέσω τρυπών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πραγματικά αποτελεσματική και ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας σε όλη την επιφάνεια επαφής με τον ασθενή, να μην αιωρείται η κουβέρτα, να είναι αντιαλλεργική, κ.α.

- ελλυπείς ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας διαχείρισης της θερμοκρασίας η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος ως συνοδός εξοπλισμός για την ορθή και ασφαλή χρήση της κουβέρτας. (δεν αναφέρεται κανένα τεχνικό χαρακτηριστικό, διαστάσεις, επίπεδο θορύβου εν λειτουργία, χρόνος ζωής του φίλτρου αέρα, τροχήλατη βάση για εύκολη μεταφορά, κ.α.)

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την συμπλήρωση & εξορθολογισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών ως εξής:

Κουβέρτες θέρμανσης ενηλίκων, άνω σώματος, διαστάσεων 201 x 76εκ.

Να διαθέτουν ενσωματωμένο διαφανές πεδίο για κάλυψη κεφαλής.

Να διαθέτουν 2 x 2 ενσωματωμένες αποσπώμενες ταινίες - κορδόνια για επικουρική στήριξη των χεριών του ασθενούς και φαρδιά αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης πάνω στο σώμα του ασθενούς.

Να διαθέτουν δύο υποδοχές του σωλήνα θέρμανσης (αριστερά - δεξιά).

Με ανατομική λαιμόκοψη.

Οι κουβέρτες να είναι δύο στρωμάτων με υφασμάτινη υφή, nonwoven και στις δύο πλευρές.

Το κάτω στρώμα που εφάπτεται του ασθενούς να είναι εξ ολοκλήρου υφασμάτινης υφής, εξαιρετικής ανθεκτικότητας, από μη υφασμένο πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο (nonwoven), ελαφρύ, υποαλλεργικό, απαλό κι ανθεκτικό.

Οι κουβέρτες να έχουν ειδική κυψελωτή διάταξη, να διαθέτουν μικροπόρους παροχής θερμότητας σε όλη την επιφάνειά τους και όχι τρύπες, ώστε να παρέχουν άμεση, ισομερή & ομοιόμορφη μετάδοση της θερμότητας σε όλη την επιφάνεια του ασθενή.

Να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να “αιωρούνται”, να είναι ελεύθερες latex και ελεύθερες DEHP, ελεύθερες PVC, υψηλής αντίστασης σε ανάφλεξη (να καλύπτουν το πρότυπο ασφάλειας 16 CFR 1610), ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα και να μην απορροφούν υγρά (πλήρως υδροαπωθητικές και αδιάβροχες).

Κατά τη χρήση τους να μην αποβάλλουν ίνες σκόνης ή χνούδι σύμφωνα με ISO 9073-10.

Να είναι μη αγώγιμες & αντιστατικές, ακτινοδιαπερατές και συμβατές με απεικονιστικά συστήματα, να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες, ζωικούς ιστούς ή παράγωγα αίματος, απόλυτα βιοσυμβατές, μη αλλεργικές & μη κυτταροτοξικές, ελεύθερες PVC.

Οι υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης να διαθέτουν διπλούς κρίκους ασφαλείας & να εξασφαλίζουν εύκολη και ασφαλή σύνδεση.

Να συνοδεύονται με αντίστοιχες συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας με τροχήλατη βάση 5 ακτίνων & φρένο .Οι συσκευές να είναι εξαιρετικά εύχρηστες, αθόρυβες στη λειτουργία, μικρών διαστάσεων 16cm x 35cm x 40cm περίπου και βάρους έως 5,3 κιλά. Να διαθέτουν τέσσερις επιλογές παροχής θερμοκρασίας: θερμοκρασία περιβάλλοντος, 32oC(± 2oC), 38oC(± 2oC), 43oC (± 2oC).

Με μικροεπεξεργαστή & ενσωματωμένους αισθητήρες θερμοκρασίας που εξασφαλίζουν την ακριβή επίτευξη της επιλεγείσας θερμοκρασίας.

Με την ενεργοποίησή τους να επιτυγχάνουν την επιλεγείσα θερμοκρασία εντός μόνο 60 sec. και τη διατηρούν σταθερή για όσο απαιτηθεί. Επίσης, για λόγους ασφαλείας, όταν τίθενται σε λειτουργία να παρέχουν αυτόματα την μεσαία κλίμακα θερμοκρασίας 38 ± 2°C.

Να διαθέτουν σωλήνα θέρμανσης 1,8 μέτρα, ο οποίος να διαθέτει ειδικό εξάρτημα για την ασφαλή στήριξη του σωλήνα και της κουβέρτας και το ακροφύσιό του να διαθέτει περιμετρικό δακτύλιο ασφαλείας ο οποίος να εξασφαλίζει την σύνδεση της κουβέρτας ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις διεγερτικών ασθενών.

Να διαθέτουν οπτικοακουστικό συναγερμό ελέγχου ακραίων θερμοκρασιών διπλής λειτουργίας, οπτικό με φλας κόκκινου χρώματος και ηχητικό συναγερμό.

Να είναι εξαιρετικά αθόρυβες με επίπεδο θορύβου έως 48 db.

Να διαθέτουν εσωτερικό φίλτρο αέρα ταξινόμησης HEPA, της υψηλότερης κατηγορίας H13, υψηλής αντιμικροβιακής προστασίας, 0,3μm 99,99% - 0,2 μm 99,86% με αντικατάσταση μετά από 2000 ώρες χρήσης.

Η συσκευή να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης των ωρών λειτουργίας της συσκευής , ένδειξη led αντικατάστασης φίλτρου καθώς και ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Να διαθέτουν πιστοποιήσεις: IEC 60601-1 Class I, Body Floating(BF)-IEC 60529 IP21-93/42/EEC & 2007/47/EC-Class Iib, IEC 60601-1:2005 3rd edition.

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη προς 8,80 €/τεμ.

A/A 64) 11101924

Κουβέρτες θέρμανσης με αέρα 210 x 90

ΣΧΟΛΙΑ:

Η εταιρεία μας είναι αντιπρόσωπος του μεγαλύτερου, απόλυτα εξειδικευμένου στην διαχείριση της θερμοκρασίας των ασθενών Ευρωπαϊκού Οίκου “TSC-Life” Ολλανδίας και ο μεγαλύτερος εγχώριος προμηθευτής κουβερτών θέρμανσης ασθενών όλων των τύπων.

Καταθέτουμε τις εξής σημαντικές παρατηρήσεις:

Οι προδιαγραφές που έχετε αναρτήσει είναι:

- με λάθος, πολύ μικρές διαστάσεις και ελλειπείς, καθώς δεν αναφέρονται ουσιαστικά τεχνικά & ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. που και πόσες υποδοχές του σωλήνα θέρμανσης πρέπει να έχει η κουβέρτα, ο τρόπος διάχυσης της θερμοκρασίας που πρέπει να γίνεται μέσω μικροπόρων και όχι μέσω τρυπών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πραγματικά αποτελεσματική και ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας σε όλη την επιφάνεια επαφής με τον ασθενή, να μην αιωρείται η κουβέρτα, να είναι αντιαλλεργική, κ.α.
- ελλειπείς ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας διαχείρισης της θερμοκρασίας η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος ως συνοδός εξοπλισμός για την ορθή και ασφαλή χρήση της κουβέρτας. (δεν αναφέρεται κανένα τεχνικό χαρακτηριστικό, διαστάσεις, επίπεδο θορύβου εν λειτουργία, χρόνος ζωής του φίλτρου αέρα, τροχήλατη βάση για εύκολη μεταφορά, κ.α.)

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την συμπλήρωση & εξορθολογισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών ως εξής:

Κουβέρτα θέρμανσης ενηλίκων ολόσωμη, διάσταση: 227x133εκ, με πρόσθετο μη διογκούμενο, μη θερμαινόμενο πεδίο κάλυψης κάτω άκρων για πρόληψη & αποφυγή θερμικού τραυματισμού.

Με ανατομική λαιμόκοψη & ενσωματωμένα αναδιπλούμενα πτερύγια για βέλτιστη στερέωση της κουβέρτας.

Οι κουβέρτες να είναι δύο στρωμάτων με υφασμάτινη υφή, nonwoven και στις δύο πλευρές.

Το κάτω στρώμα που εφάπτεται του ασθενούς να είναι εξ ολοκλήρου υφασμάτινης υφής, εξαιρετικής ανθεκτικότητας, από μη υφασμένο πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο (nonwoven), ελαφρύ, υποαλλεργικό, απαλό κι ανθεκτικό.

Οι κουβέρτες να έχουν ειδική κυψελωτή διάταξη, να διαθέτουν μικροπόρους παροχής θερμότητας σε όλη την επιφάνειά τους και όχι τρύπες, ώστε να παρέχουν άμεση, ισομερή & ομοιόμορφη μετάδοση της θερμότητας σε όλη την επιφάνεια του ασθενή.

Να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να “αιωρούνται”, να είναι ελεύθερες latex και ελεύθερες DEHP, ελεύθερες PVC, υψηλής αντίστασης σε ανάφλεξη (να καλύπτουν το

πρότυπο ασφάλειας 16 CFR 1610), ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα και να μην απορροφούν υγρά (πλήρως υδροαπωθητικές και αδιάβροχες).

Κατά τη χρήση τους να μην αποβάλλουν ίνες σκόνης ή χνούδι σύμφωνα με ISO 9073-10.

Να είναι μη αγώγιμες & αντιστατικές, ακτινοδιαπερατές και συμβατές με απεικονιστικά συστήματα, να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες, ζωικούς ιστούς ή παράγωγα αίματος, απόλυτα βιοσυμβατές, μη αλλεργικές & μη κυτταροτοξικές, ελεύθερες PVC.

Οι υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης να διαθέτουν διπλούς κρίκους ασφαλείας & να εξασφαλίζουν εύκολη και ασφαλή σύνδεση.

Να συνοδεύονται με αντίστοιχες συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας με τροχήλατη βάση 5 ακτίνων & φρένο. Οι συσκευές να είναι εξαιρετικά εύχρηστες, αθόρυβες στη λειτουργία, μικρών διαστάσεων 16cm x 35cm x 40cm περίπου και βάρους έως 5,3 κιλά. Να διαθέτουν τέσσερις επιλογές παροχής θερμοκρασίας: θερμοκρασία περιβάλλοντος, 32°C(± 2°C), 38°C(± 2°C), 43°C (± 2°C).

Με μικροεπεξεργαστή & ενσωματωμένους αισθητήρες θερμοκρασίας που εξασφαλίζουν την ακριβή επίτευξη της επιλεγείσας θερμοκρασίας.

Με την ενεργοποίησή τους να επιτυγχάνουν την επιλεγείσα θερμοκρασία εντός μόνο 60 sec. και τη διατηρούν σταθερή για όσο απαιτηθεί. Επίσης, για λόγους ασφαλείας, όταν τίθενται σε λειτουργία να παρέχουν αυτόματα την μεσαία κλίμακα θερμοκρασίας 38 ± 2°C.

Να διαθέτουν σωλήνα θέρμανσης 1,8 μέτρα, ο οποίος να διαθέτει ειδικό εξάρτημα για την ασφαλή στήριξη του σωλήνα και της κουβέρτας και το ακροφύσιό του να διαθέτει περιμετρικό δακτύλιο ασφαλείας ο οποίος να εξασφαλίζει την σύνδεση της κουβέρτας ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις διεγερτικών ασθενών.

Να διαθέτουν οπτικοακουστικό συναγερμό ελέγχου ακραίων θερμοκρασιών διπλής λειτουργίας, οπτικό με φλας κόκκινου χρώματος και ηχητικό συναγερμό.

Να είναι εξαιρετικά αθόρυβες με επίπεδο θορύβου έως 48 db.

Να διαθέτουν εσωτερικό φίλτρο αέρα ταξινόμησης HEPA, της υψηλότερης κατηγορίας H13, υψηλής αντιμικροβιακής προστασίας, 0,3μm 99,99% - 0,2 μm 99,86% με αντικατάσταση μετά από 2000 ώρες χρήσης.

Η συσκευή να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης των ωρών λειτουργίας της συσκευής, ένδειξη led αντικατάστασης φίλτρου καθώς και ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Να διαθέτουν πιστοποιήσεις: IEC 60601-1 Class I, Body Floating(BF)-IEC 60529 IP21-93/42/EEC & 2007/47/EC-Class Iib, IEC 60601-1:2005 3rd edition.

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη προς 8,00 €/τεμ.

A/A 94) ΥΠ107001

Προεκτάσεις συσκευών ορρών 100cm luer lock male female

ΣΧΟΛΙΑ: ΔΕΝ υπάρχουν καθόλου προδιαγραφές για το ζητούμενο είδος

Προτείνουμε την επικαιροποίηση των προδιαγραφών ως εξής:

Προεκτάσεις – extensions – ορού, αρίστης ποιότητας, μιας χρήσεως, αποστειρωμένες & απυρογενείς, με διάμετρο 3,0x4,1mm, latex-free και DEHP-Free.

Από PVC/DEHP-FREE υψηλής ποιότητας, νοσοκομειακού τύπου, με αντοχή έως 250psi.

Να έχουν άκρα σύνδεσης luer lock male – female με προστατευτικό κάλυμμα σε κάθε άκρο, να είναι απόλυτα διαφανείς και να διαθέτουν ολισθαίνον κλείστρο ροής.

Να διατίθενται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία χαρτί- διαφανές πλαστικό & όχι σε πλαστική σακούλα.

Σε μήκος 100 cm

Ενδεικτική τιμή 0,25€/τεμ

A/A 108) ΥΧ003060

Βαλβίδες ελεγχόμενης αναρρόφησης

ΣΧΟΛΙΑ: ΔΕΝ υπάρχουν καθόλου προδιαγραφές για το ζητούμενο είδος

Προτείνουμε την επικαιροποίηση των προδιαγραφών ως εξής:

«Συνδετικά-βαλβίδες αναρρόφησης ευθεία, με βαλβίδα ελέγχου κενού και άγκιστρο στερέωσης από υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας υλικό, νοσοκομειακό PVC, μήκους 9εκ.

Να διαθέτουν αμφότερα εγκοπές (σκάλες) αυξανόμενης διαμέτρου για ασφαλή εφαρμογή σωλήνων αναρρόφησης διαφορετικών διαμέτρων (12-18fr).

Να διατίθενται σε υπερκαθαρή ή αποστειρωμένη συσκευασία τεμαχίου.»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη προς 1,35 €/ τεμ

A/A 140) YX003168 Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff No. 2,5

A/A 141) YX003169 Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff No. 3

A/A 142) YX003170 Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff No. 3,5

A/A 143) YX003171 Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff No. 4

A/A 144) YX003172 Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff No. 4,5

A/A 145) YX003173 Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff No. 5

A/A 146) YX003177 Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff No. 2

ΣΧΟΛΙΑ: ΔΕΝ υπάρχουν καθόλου προδιαγραφές για τα ζητούμενα είδη.

Προτείνουμε την επικαιροποίηση των προδιαγραφών ως εξής:

«Ενδοτραχειακοί σωλήνες για ρινική & στοματική διασωλήνωση, χωρίς cuff. Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από μαλακό διαφανές θερμοευαίσθητο απαραίτητα σιλικοναρισμένο PVC για καλύτερη βιοσυμβατότητα, μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης και διευκόλυνση της εισόδου του καθετήρα αναρρόφησης. Να έχουν συνδετικό 15mm σύμφωνα με το ISO 5356-1. Να διαθέτουν διπλές γραμμές βάθους, πλήρη ευδιάκριτη διαγράμμιση και αρίθμηση ανά εκατοστό και στις δύο πλευρές του σωλήνα. Να διαθέτουν ακτινοσκοπική γραμμή καθ' όλο το μήκος τους. Να φέρουν πλατιά, έντονη, ακτινοσκοπική σήμανση στο άκρο τους, μήκους τουλάχιστον 1,5- 2cm. Το μέγεθός τους να αναφέρεται και στα δύο άκρα του σωλήνα. Να διατίθενται με οπή MURPHY στρογγυλεμένη & ατραυματική. Να έχουν ιδανική σχέση εξωτερικής με εσωτερική διάμετρο, κάτω/έως του 1,4. Να είναι latex free, PHT/DEHP-free , αποστειρωμένοι, μιας χρήσης.

Να διατίθενται σε μεγέθη 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10»

A/A 140) YX003168 Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff No. 2,5 με εξωτερική διάμετρο σωλήνα 3.5mm

A/A 141)YX003169 Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff No. 3 με εξωτερική διάμετρο σωλήνα 4.2mm

A/A 142)YX003170 Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff No. 3,5 με εξωτερική διάμετρο σωλήνα 4.8mm

A/A 143)YX003171 Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff No. 4 με εξωτερική διάμετρο σωλήνα 5.4mm

A/A 144)YX003172 Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff No. 4,5 με εξωτερική διάμετρο σωλήνα 6.0mm

A/A 145)YX003173 Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff No. 5 με εξωτερική διάμετρο σωλήνα 6.9mm

A/A 146)YX003177 Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff No. 2 με εξωτερική διάμετρο σωλήνα 3.0mm

Προϋπολογισθείσα δαπάνη προς 1,80 €/ τεμ

A/A 148)YX003182 Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff No. 6,5

A/A 149)YX003183 Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff No. 7

A/A 150)YX003184 Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff No. 7,5

A/A 151)YX003185 Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff No. 8

A/A 152)YX003186 Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff No. 8,5

A/A 153)YX003192 Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff No. 9

ΣΧΟΛΙΑ: ΔΕΝ υπάρχουν καθόλου προδιαγραφές για τα ζητούμενα είδη.

Προτείνουμε την επικαιροποίηση των προδιαγραφών ως εξής:

«Ενδοτραχειακοί σωλήνες για ρινική & στοματική διασωλήνωση, με διαφανές cuff υψηλού όγκου-χαμηλής πίεσης, κυλινδρικού σχήματος, με λεπτά, ελαστικά και απαλά τοιχώματα, & σταθερά θερμοσυγκολλημένο πάνω στο σωλήνα. Ο σωληνίσκος του cuff να είναι ενσωματωμένος στο σωλήνα. Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος από μαλακό, διαφανές, θερμοευαίσθητο, απαραίτητα σιλικοναρισμένο PVC για καλύτερη βιοσυμβατότητα, μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης και διευκόλυνση της εισόδου του καθετήρα αναρρόφησης. Να έχουν διαφανές συνδετικό 15mm σύμφωνα με το ISO 5356-1. Να διαθέτουν πλατύ, περιμετρικό δακτύλιο πλάτους τουλάχιστον 1 εκ. σε απόσταση 1-2 εκ.

πάνω από το cuff προς ευκρινή ένδειξη ορθής τοποθέτησης άνω των φωνητικών χορδών, μαρκάρισμα pre-cut και πλήρεις, μεγάλες & ευδιάκριτες διαγραμμίσεις και αριθμήσεις. Να διαθέτουν ακτινοσκοπική γραμμή καθ' όλο το μήκος τους.

Να είναι ευκρινώς διαβαθμισμένοι και το μέγεθός τους να αναγράφεται το μέγεθος στο άνω και κάτω τμήμα του σωλήνα και πάνω στο μπαλόνι οδηγό του αεροθαλάμου.

Στο μπαλόνι οδηγό του αεροθαλάμου να αναγράφεται και η διάμετρος του cuff.

Να έχουν καμπύλο σχήμα για ευκολότερη εισαγωγή.

Να διατίθεται με οπή MURPHY στρογγυλεμένη & ατραυματική.

Να έχουν ιδανική σχέση εξωτερικής με εσωτερική διάμετρο, κάτω του 1,4.

Να είναι latex free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης.»

Να είναι latex free, PHT/DEHP-free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης.

A/A 148)YX003182 Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff No. 6,5 με εξωτερική διάμετρο σωλήνα 8.8mm & διάμετρο cuff 20mm

A/A 149)YX003183 Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff No. 7 με εξωτερική διάμετρο σωλήνα 9.6mm & διάμετρο cuff 25mm

A/A 150)YX003184 Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff No. 7,5 με εξωτερική διάμετρο σωλήνα 10.2mm & διάμετρο cuff 25mm

A/A 151)YX003185 Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff No. 8 με εξωτερική διάμετρο σωλήνα 10.9mm & διάμετρο cuff 26mm

A/A 152)YX003186 Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff No. 8,5 με εξωτερική διάμετρο σωλήνα 11.5mm & διάμετρο cuff 26mm

A/A 153)YX003192 Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff No. 9 με εξωτερική διάμετρο σωλήνα 12.1mm & διάμετρο cuff 28mm

Προϋπολογισθείσα δαπάνη προς 1,70 €/ τεμ

A/A 156) YX003198 Σωλήνες τραχειοστομίας αποστειρ. Μιας χρήσης με cuff No.6,5

A/A 157) YX003199 Σωλήνες τραχειοστομίας αποστειρ. Μιας χρήσης με cuff No.7

A/A 160) YX003202 Σωλήνες τραχειοστομίας αποστειρ. Μιας χρήσης με cuff No. 7,5

A/A 161) YX003203 Σωλήνες τραχειοστομίας αποστειρ. Μιας χρήσης με cuff No. 8

A/A 162) YX003204 Σωλήνες τραχειοστομίας αποστειρ. Μιας χρήσης με cuff No. 8,5

A/A 163) YX003205 Σωλήνες τραχειοστομίας αποστειρ. Μιας χρήσης με cuff No. 9

ΣΧΟΛΙΑ: ΔΕΝ υπάρχουν καθόλου προδιαγραφές για τα ζητούμενα είδη.

Προτείνουμε την επικαιροποίηση των προδιαγραφών ως εξής:

Σωλήνες τραχειοστομίας με cuff, σε σετ που να περιλαμβάνει δύο εσωτερικές κάνουλες & περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα, μίας χρήσης, αποστειρωμένοι.

Να είναι κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC νοσοκομειακού τύπου.

Να είναι ατραυματικοί, με στρογγυλεμένο άκρο, κλίση 105ο και ακτινοσκοπική γραμμή σε όλο το μήκος τους.

Το cuff να είναι υψηλού όγκου/χαμηλής πίεσης, με λεπτά τοιχώματα & μεγάλης αντοχής, λεία θερμοσυγκολλημένο στο σωλήνα.

Ο σωληνίσκος πλήρωσης του cuff να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα και να διαθέτει εξαιρετικά ευαίσθητο πιλότο πλήρωσης για απόλυτο και άμεσο έλεγχο του cuff και των διακυμάνσεων της πίεσης. Πάνω στον πιλότο να αναγράφεται το Νο του σωλήνα και η διάμετρος έκπτυξης του cuff.

Να έχουν μαλακή & ευλύγιστη διαφανή φλάντζα με εύκαμπτα, ανατομικά πτερύγια συγκράτησης και αναγραφή του Νο του σωλήνα.

Να φέρουν συνδετικό 15mm, στήριγμα του τραχειοσωλήνα, οδηγό για εύκολη εισαγωγή με ατραυματικό άκρο τύπου ελαίας και εσωτερική οπή για διέλευση οδηγού σύρματος για τεχνική seldinger, ο οποίος να «κουμπώνει» με τον σωλήνα και να εξέρχει <1εκ. από το άκρο του.

Να είναι πολυήμερης παραμονής έως 30 ημέρες, ελεύθεροι latex.

Να διατίθενται σε νούμερα από 6,0 έως και 10,0 ανά μισό, με εξωτερική διάμετρο, μήκος σωλήνα και διάμετρο cuff όπως παρακάτω:

No 6.5: εξωτερική διάμετρος 9.8mm, μήκος 67.0mm, διάμετρος cuff 24mm

No 7.0: εξωτερική διάμετρος 10.5mm, μήκος 70.0mm, διάμετρος cuff 26mm

No 7.5: εξωτερική διάμετρος 11.3mm, μήκος 73.0mm, διάμετρος cuff 26mm

No 8.0: εξωτερική διάμετρος 11.9mm, μήκος 75.5mm, διάμετρος cuff 30mm

No 8.5: εξωτερική διάμετρος 12.6mm, μήκος 78.0mm, διάμετρος cuff 30mm

No 9.0: εξωτερική διάμετρος 13.3mm, μήκος 81.0mm, διάμετρος cuff 30mm

Επίσης προτείνουμε την προσαρμογή της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά τεμάχιο στην αντίστοιχη τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ 52.5.39 προς 22,00 €/τεμ.

A/A 164) YX003209

Σωλήνες τραχειοστομίας με υπογλωτιδική αναρρόφησης No. 6,5

A/A 165) YX003210

Σωλήνες τραχειοστομίας με υπογλωτιδική αναρρόφησης No. 7

A/A 166) YX003211

Σωλήνες τραχειοστομίας με υπογλωτιδική αναρρόφησης No. 7,5

A/A 167) YX003212

Σωλήνες τραχειοστομίας με υπογλωτιδική αναρρόφησης No. 8

A/A 168) YX003213

Σωλήνες τραχειοστομίας με υπογλωτιδική αναρρόφησης No. 8,5

A/A 169) YX003214

Σωλήνες τραχειοστομίας με υπογλωτιδική αναρρόφησης No. 9

ΣΧΟΛΙΑ: ΔΕΝ υπάρχουν καθόλου προδιαγραφές για τα ζητούμενα είδη.

Προτείνουμε την επικαιροποίηση των προδιαγραφών ως εξής:

Σωλήνες τραχειοστομίας με cuff με ενσωματωμένο διαφανές σωληνάκι για την αναρρόφηση των εκκρίσεων που συσσωρεύονται πάνω από το cuff, σε σετ που να

περιλαμβάνει δύο εσωτερικές κάνουλες, περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα, & βουρτσάκι καθαρισμού μίας χρήσης, αποστειρωμένοι.

Να είναι κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC νοσοκομειακού τύπου.

Να είναι ατραυματικοί, με στρογγυλεμένο άκρο, κλίση 105ο και ακτινοσκοπική γραμμή σε όλο το μήκος τους.

Το cuff να είναι υψηλού όγκου/χαμηλής πίεσης, με λεπτά τοιχώματα & μεγάλης αντοχής, λεία θερμοσυγκολλημένο στο σωλήνα.

Ο σωληνίσκος πλήρωσης του cuff να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα και να διαθέτει εξαιρετικά ευαίσθητο πιλότο πλήρωσης για απόλυτο και άμεσο έλεγχο του cuff και των διακυμάνσεων της πίεσης. Πάνω στον πιλότο να αναγράφεται το Νο του σωλήνα και η διάμετρος έκπτυξης του cuff.

Με ενσωματωμένο διαφανές σωληνάκι με άκρο άνωθεν του cuff για την αναρρόφηση των εκκρίσεων που συσσωρεύονται πάνω από το cuff του σωλήνα, διαμέτρου 4mm που καταλήγει σε άκρο με τάπα και συνδετικό.

Να έχουν μαλακή & ευλύγιστη διαφανή φλάντζα με εύκαμπτα, ανατομικά πτερύγια συγκράτησης και αναγραφή του Νο του σωλήνα.

Να φέρουν συνδετικό 15mm, στήριγμα του τραχειοσωλήνα, οδηγό για εύκολη εισαγωγή με ατραυματικό άκρο τύπου ελαίας και εσωτερική σπή για διέλευση οδηγού σύρματος για τεχνική seldinger, ο οποίος να «κουμπώνει» με τον σωλήνα και να εξέρχει <1εκ. από το άκρο του.

Με δύο εσωτερικές κάνουλες που εφαρμόζουν με «κλικ» στη θέση τους, εξασφαλίζοντας την σωστή τοποθέτησή τους εντός του σωλήνα τραχειοστομίας.

Με περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα και βουρτσάκι καθαρισμού.

Να είναι πολυήμερης παραμονής έως 30 ημέρες, ελεύθεροι latex.

Να διατίθενται σε νούμερα από 6,0 έως και 10,0 ανά μισό, με εξωτερική διάμετρο, μήκος σωλήνα και διάμετρο cuff όπως παρακάτω:

No 6.0: εξωτερική διάμετρος 9.2mm, μήκος 64.5mm, διάμετρος cuff 24mm

No 6.5: εξωτερική διάμετρος 9.8mm, μήκος 67.0mm, διάμετρος cuff 24mm

No 7.0: εξωτερική διάμετρος 10.5mm, μήκος 70.0mm, διάμετρος cuff 26mm

No 7.5: εξωτερική διάμετρος 11.3mm, μήκος 73.0mm, διάμετρος cuff 26mm

No 8.0: εξωτερική διάμετρος 11.9mm, μήκος 75.5mm, διάμετρος cuff 30mm

No 8.5: εξωτερική διάμετρος 12.6mm, μήκος 78.0mm, διάμετρος cuff 30mm

No 9.0: εξωτερική διάμετρος 13.3mm, μήκος 81.0mm, διάμετρος cuff 30mm

No 10.0: εξωτερική διάμετρος 13.8mm, μήκος 87.5mm, διάμετρος cuff 30mm

Προϋπολογισθείσα δαπάνη προς 22,00 €/ τεμ

A/A 189) ΥΧ003700 ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤ Μ ΧΡ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ SPIRAL
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΧΩΡΙΣ LATEX Νο 7

A/A 190) ΥΧ003701 ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤ Μ ΧΡ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ SPIRAL
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΧΩΡΙΣ LATEX Νο 8

A/A 191) ΥΧ003702 ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤ Μ ΧΡ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ SPIRAL
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΧΩΡΙΣ LATEX Νο 9

ΣΧΟΛΙΑ: ΔΕΝ υπάρχουν καθόλου προδιαγραφές για τα ζητούμενα είδη

Προτείνουμε την επικαιροποίηση των προδιαγραφών ως εξής:

Σωλήνες τραχειοστομίας, με πυκνή σπειροειδή ενίσχυση από ανοξείδωτο ατσάλι, spiral, ανθεκτική στο τσάκισμα (kink – resistant), ομοιόμορφα ενσωματωμένη στο σωλήνα, με ρυθμιζόμενη φλάντζα-μεταβλητού μήκους, με cuff.

Να είναι σχετικά σκληροί, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο σιλικοναρισμένο PVC νοσοκομειακού τύπου, που να εξασφαλίζει επαρκή ευλυγισία του σωλήνα και απόλυτη εφαρμογή στην τραχεία, μαλακώνοντας στους 37οC.

Να έχουν αεροθάλαμο –cuff– υψηλού όγκου/ χαμηλής πίεσης (hi – lo cuff), με λεπτά τοιχώματα, μεγάλης αντοχής, να εφάπτεται πλήρως στο σωλήνα όταν είναι ξεφούσκωτο & να είναι απόλυτα συμμετρικό όταν φουσκώνει.

Να είναι ατραυματικοί, με στρογγυλεμένο άκρο και λεία θερμοσυγκόλληση του cuff στο σωλήνα, με κλίση περίπου 100ο και ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους.

Να διαθέτουν πιλότο πλήρωσης του cuff εξαιρετικής ευαισθησίας που να προσφέρει απόλυτο έλεγχο της πλήρωσης του cuff. Ο δε σωληνίσκος του πιλότου να είναι θερμοσυγκολλητικά ενσωματωμένος στο σωλήνα.

Να αναγράφεται το Νο του σωλήνα πάνω στον οδηγό πλήρωσης και στη φλάντζα του σωλήνα.

Να υπάρχει διαγράμμιση του μήκους ανά μισό εκατοστό, αρίθμηση του μήκους ανά εκατοστό στα δύο πρώτα εκ. από το άκρο σύνδεσης.

Να φέρουν συνδετικό περίπου 15mm .

Να διαθέτουν ειδικό πλαστικοποιημένο οδηγό (obturator) για εύκολη εισαγωγή, με ατραυματικό άκρο.

Να διαθέτουν δύο περιλαίμια – στηρίγματα του σωλήνα τραχειοστομίας.

Να διαθέτουν μαλακή & ευλύγιστη διαφανή φλάντζα και εύκαμπτα & ανατομικά πτερύγια συγκράτησης.

Να είναι αποστειρωμένοι , ελεύθεροι latex , DOP & DEHP- free, μίας χρήσης,

Να διατίθενται σε νούμερα από 5,0 έως και 11,0 ανά μισό, με διάμετρο & μήκος σωλήνα και διάμετρο cuff όπως παρακάτω:

Να διατίθενται σε νούμερα από 5,0 έως και 11,0 ανά μισό, με διάμετρο & μήκος σωλήνα και διάμετρο cuff όπως παρακάτω:

Να διατίθενται με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ανά νούμερο:

No 7.0: εξωτ. διάμετρος 9.7mm, μήκος 84mm, διάμετρος cuff 22mm

No 8.0: εξωτ. διάμετρος 11.0mm, μήκος 97mm, διάμετρος cuff 26mm

No 9.0: εξωτ. διάμετρος 12.2mm, μήκος 104mm, διάμετρος cuff 30mm

Επίσης προτείνουμε την προσαρμογή της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά τεμάχιο στην αντίστοιχη τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ 52.5.91 προς 27,85 €/τεμ.

A/A 194) ΥΩ014001

ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟ/ΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ No 6

A/A 195) ΥΩ014002

ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟ/ΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ No 7

A/A 196) ΥΩ014003

ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟ/ΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ No 8

A/A 197) ΥΩ014004

ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟ/ΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ No 9

ΣΧΟΛΙΑ: ΔΕΝ υπάρχουν καθόλου προδιαγραφές για τα ζητούμενα είδη

Προτείνουμε την επικαιροποίηση των προδιαγραφών ως εξής:

Σωλήνες τραχειοστομίας ομιλίας με cuff, σε σετ που να περιλαμβάνει δύο εσωτερικές κάνουλες, περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα & βουρτσάκι καθαρισμού μίας χρήσης, αποστειρωμένοι.

Ομιλίας, με 5 οπές στην εξωτερική κύρτωση του σωλήνα.

Να είναι κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC νοσοκομειακού τύπου.

Να είναι ατραυματικοί, με στρογγυλεμένο άκρο, κλίση 105ο και ακτινοσκοπική γραμμή σε όλο το μήκος τους.

Το cuff να είναι υψηλού όγκου/χαμηλής πίεσης, με λεπτά τοιχώματα & μεγάλης αντοχής, λεία θερμοσυγκολλημένο στο σωλήνα.

Ο σωληνίσκος πλήρωσης του cuff να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα και να διαθέτει εξαιρετικά ευαίσθητο πιλότο πλήρωσης για απόλυτο και άμεσο έλεγχο του cuff και των διακυμάνσεων της πίεσης. Πάνω στον πιλότο να αναγράφεται το Νο του σωλήνα και η διάμετρος έκπτυξης του cuff.

Να έχουν μαλακή & ευλύγιστη διαφανή φλάντζα με εύκαμπτα, ανατομικά πτερύγια συγκράτησης και αναγραφή του Νο του σωλήνα.

Να φέρουν συνδετικό 15mm, στήριγμα του τραχειοσωλήνα, οδηγό για εύκολη εισαγωγή με ατραυματικό άκρο τύπου ελαίας και εσωτερική οπή για διέλευση οδηγού σύρματος για τεχνική seldinger, ο οποίος να «κουμπώνει» με τον σωλήνα και να εξέχει <1εκ. από το άκρο του.

Με δύο εσωτερικές κάνουλες που εφαρμόζουν με «κλικ» στη θέση τους, εξασφαλίζοντας την σωστή τοποθέτησή τους εντός του σωλήνα τραχειοστομίας.

Με περιλαίμιο – στήριγμα του τραχειοσωλήνα και βουρτσάκι καθαρισμού.

Να είναι πολυήμερης παραμονής έως 30 ημέρες, ελεύθεροι latex.

Να διατίθενται σε νούμερα από 6,0 έως και 10,0 ανά μισό, με εξωτερική διάμετρο, μήκος σωλήνα και διάμετρο cuff όπως παρακάτω:

No 6.0: εξωτερική διάμετρος 9.2mm, μήκος 64.5mm, διάμετρος cuff 24mm

No 6.5: εξωτερική διάμετρος 9.8mm, μήκος 67.0mm, διάμετρος cuff 24mm

No 7.0: εξωτερική διάμετρος 10.5mm, μήκος 70.0mm, διάμετρος cuff 26mm

No 7.5: εξωτερική διάμετρος 11.3mm, μήκος 73.0mm, διάμετρος cuff 26mm

No 8.0: εξωτερική διάμετρος 11.9mm, μήκος 75.5mm, διάμετρος cuff 30mm

No 8.5: εξωτερική διάμετρος 12.6mm, μήκος 78.0mm, διάμετρος cuff 30mm

No 9.0: εξωτερική διάμετρος 13.3mm, μήκος 81.0mm, διάμετρος cuff 30mm

No 10.0: εξωτερική διάμετρος 13.8-14.00mm, μήκος 87.5mm, διάμετρος cuff 30mm

Επίσης προτείνουμε την προσαρμογή της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά τεμάχιο στην αντίστοιχη τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ 52.5.84 προς 38,00 €/τεμ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με τιμή

Για την MEDI-SUP A.E.