



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΑΜΠΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΤΗΛ: 210 – 4592157
[Email : e.tsampi@tzaneio.gov.gr](mailto:e.tsampi@tzaneio.gov.gr)

Αριθμ. Πρωτ.: 1766

Πειραιάς: 2-2-26

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών

- ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
- ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ
- ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ Eabr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	6-2-2026
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια **υλικών** με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.


4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας e.tsampi@tzaneio.gov.gr** .

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

<u>Α.Ε.</u>	<u>ΑΔΑ</u>	<u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</u>	<u>ΕΙΔΟΣ</u>	<u>ΤΕΜ</u>	<u>ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ</u>	<u>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</u>
360/23-1-2026	ΨΠΗ046906Κ-89Δ	4.500,00€ +ΦΠΑ	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ	<u>150</u>	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Γ ΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210-4592130
ΑΕ 363/23-1-2026	P92X46906Κ-4ΕΨ	7.000,00€+ΦΠΑ	ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ	<u>1</u>	ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ	ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210-4592476
ΑΕ 364/23-1-2026	Ψ3Μ646906Κ-ΟΡ3	7.500,00€+ΦΠΑ	ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ Eabr	<u>1</u>	ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ	ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210-4592476

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
	ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

• δωροδοκία

• απάτη

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
- Είναι φορολογικά ενήμερος
- Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός **ΕΟΦ**
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**
6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαίρεση. β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής
8. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016) οι διαδικασίες σύναψης των οποίων έχουν εκκινήσει μετά την 1η Ιουνίου 2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΕΟΦ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΑΕ 360/2026

- **ΧΡΩΜΑ:** μαύρη πλενόμενη δερμάτινη P U
- **ΠΛΑΤΟΣ:** 50cm
- **ΒΑΘΟΣ:** 60cm
- **ΥΨΟΣ:** 80cm
- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ:** περίπου 43cmx38cm

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

- **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΗΣ:** περίπου 43cmx30cm
- **ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥ:** 110 ΚΙΛΑ με πιστοποίηση
- στιβαρής μεταλλικής κατασκευής σκελετού μαύρου χρώματος με λαστιχένια πέλματα
- να παραδοθεί μονταρισμένη στην αποθήκη του νοσοκομείου απο την προμηθεύτρια εταιρεία
- να δοθεί εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής και επάρκεια ανταλλακτικών δεκα(10) έτη
- **να δοθεί δείγμα για αξιολόγηση προϊόντος**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΕ 363/2026

1. Να έχει εξωτερικές διαστάσεις: 107 x 107 x 244 cm περίπου
2. Να έχει εσωτερικές διαστάσεις: 92 x 92 x 201 cm περίπου
3. Να είναι κατασκευασμένος εξωτερικά από πλενόμενο και πυρίμαχο panel
4. Να έχει εσωτερικό από πυρίμαχο και υψηλής αντοχής υλικό με δυνατότητα απολύμανσης
5. Να διαθέτει μεγάλη πόρτα για εύκολη είσοδο του ασθενή , διαστάσεων 75 x 200 cm περίπου
6. Να διαθέτει παράθυρο με διαστάσεις 60 x 80 cm περίπου
7. Να διαθέτει πάτωμα αντικραδασμικό , πυρίμαχο και πλενόμενο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
 ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ
 «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

8. Να διαθέτει σύστημα εξαερισμού - αθόρυβο
9. Να διαθέτει ειδικό αναδιπλώμενο τραπεζίδιο για τοποθέτηση ακοομετρητή διαστ. 79 x 50 cm περίπου
10. Να διαθέτει πίνακα σύνδεσης ακοομετρητή
11. Να έχει μέγιστη εξασθένιση 44,1 db SPL στα 6300KHz
12. Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό LED
13. Να διαθέτει πιστοποιήσεις: Medical Device Class I ,EU 2017/745, 2007/47/EC - CEI 64/11 ,CEI 64/8 - 2006/95/EC ,UNI EN ISO 8253 1:2010, UNI EN ISO 8253-2:2010
14. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο(2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ Eabr AE 364/2026

- Να διαθέτει δύο κανάλια καταγραφής 24bit
- Να διαθέτει τέσσερα ηλεκτρόδια σύνδεσης με ασθενή
- Να συνοδεύεται με ακουστικά τύπου HD 280
- Να διαθέτει ερέθισμα τύπου Click, ToneBurst και Chirp
- Να διαθέτει 3 φάσεις Click : Positive , Negative, Alternate
- Να διαθέτει ηχοκάλυψη (masking) όπου είναι επιθυμητό
- Να διαθέτει CRM > 130 dB στα 50-60Hz



**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΤΖΑΝΕΙΟ»**

ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

- Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο χαμηλής αντίστασης ηλεκτροδίων
- Να διαθέτει αυτόματη απόρριψη artifacts
- Τα αποτελέσματα να είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα από τον εξεταστή
- Να δύναται ο χρήστης να δημιουργήσει τα δικά του πρωτόκολλα εξέτασης
- Να λειτουργεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή
- Η σύνδεση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή να γίνεται μέσω καλωδίου USB
- Να συνοδεύεται από ειδικό λογισμικό αρχειοθέτησης και επεξεργασίας δεδομένων
- Να δύναται να εξαγάγει τα αποτελέσματα απευθείας σε PDF αρχείο
- Να γίνεται να αναβαθμιστεί ώστε να εκτελεί τις εξετάσεις cVEMP και oVEMP
- Να είναι συμβατό με windows 10 και 11

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ eVEMP


- Να εκτελεί τις εξετάσεις c-VEMP και o-VEMP
- Να αποτελεί μέρος συσκευής προκλητών δυναμικών ως αναβάθμιση αυτής για ευκολότερη μετακίνηση
- Να διαθέτει ανάλυση σε πολλαπλές συχνότητες (MFA)
- Να συνδέεται με βάση δεδομένων συσκευής προκλητών δυναμικών
- Να εκτελεί εξέταση με την χρήση των ακουστικών των προκλητών δυναμικών

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΤΖΑΝΕΙΟ»**

ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

- Να συνοδεύεται και από εξωτερική συσκευή δόνησης για εκτέλεση δοκιμασιών, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση των ακουστικών ABR
- Να λειτουργεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή
- Η σύνδεση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή να γίνεται μέσω καλωδίου USB
- Να δύναται να εξαγάγει τα αποτελέσματα απευθείας σε PDF αρχείο
- Να είναι συμβατό με windows 10 και 11



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ