



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 210 – 4592159
Email: mprom3@ tzaneio.gov.gr

Αριθμ.Πρωτ.:3249/25-02-2026

Πειραιάς: 24-02-2026

Πρόσκληση-Εκδήλωση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών υλικών

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ-ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ-ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΛΙΠ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΑΛΛΑΓΗ E-MAIL: mprom3@tzaneio.gov.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	02-03-2026
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »
(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom3@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
745 /18-02-2026 ΔΣ:5/2026 Θ:5	9ΙΞΨ46906Κ-ΔΣΠ	Συσκευές παροχέτευσης τραύματος τύπου φουσαρμόνικας, ήπιας αναρρόφησης με δυνατότητα επιλογής αρνητικής πίεσης 25mmHg, 75mmHg, 115mmHg. Το σετ περιλαμβάνει οξύ τροκάρι από ανοξείδωτο χάλυβα και ακτινοσκοπικό καθετήρα, αντλία χαμηλής αρνητικής πίεσης με τουλάχιστον τρεις βαλβίδες αντεπιστροφής και ασκό συλλογής υγρών	ΥΘΦ0100603(κωδ.νοσοκ) No 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 120 ΥΘΦ0100605(κωδ.νοσοκ) No 14 ΤΕΜΑΧΙΑ 120 ΥΘΦ0100607(κωδ.νοσοκ) No 18 ΤΕΜΑΧΙΑ 120	6.480,00 €	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592908
735 /18-02-2026 ΔΣ:5/2026 Θ:5	ΡΗΟΧ46906Κ-ΝΛΖ	ΥΧ00307702(κωδ.νοσοκ)-ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ CARL ZEISS ΚΙΝΕΝΟ 900. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ	100 ΤΕΜ	3.900,00 €	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592908

<p>736 /18-02-2026 ΔΣ:5/2026 Θ:5</p>	<p>ΨΣ5Υ46906Κ- Χ91</p>	<p>ΥΧ00404104(κωδ.νοσοκ)_-ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΛΙΠ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ (ΤΥΠΟΥ ΗΜΟΛΟC)-LARGE 100 ΔΕΣΜΙΔΕΣ (6 ΚΛΙΠ ΑΝΑ ΔΕΣΜΙΔΑ). ΥΧ00404105(κωδ.νοσοκ)-Χ-LARGE 100 ΔΕΣΜΙΔΕΣ (6 ΚΛΙΠ ΑΝΑ ΔΕΣΜΙΔΑ). ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΛΑΒΙΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΡΗΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΥΟ ΛΑΒΙΔΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΠ ΓΙΑ ΤΑ LARGE ΚΑΙ ΔΥΟ ΓΙΑ ΤΑ EXTRA LARGE ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΛΑΒΙΔΑ ΑΠΟΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ</p>	<p>ΥΧ00404104(κωδ.νοσοκ)-LARGE-100 ΔΕΣΜΙΔΕΣ. ΥΧ00404105(κωδ.νοσοκ)-Χ-LARGE 100 ΔΕΣΜΙΔΕΣ</p>	<p>4.800,00€</p>	<p>ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ</p>	<p>ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592908</p>
<p>747 /18-02-2026 ΔΣ:5/2026 Θ:5</p>	<p>90ΣΩ46906Κ- 8ΗΩ</p>	<p>ΥΘΦ0100405(κωδ.νοσοκ)-ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΟ.ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΣΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ. Ο ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΟ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ.ΠΟΣΟΤΗΤΑ 40gr ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. Α/Α.40.8.12 .</p>	<p>200 ΤΕΜ</p>	<p>4.560,00€</p>	<p>ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ</p>	<p>ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592908</p>
<p>746/ 18-02-2026 ΔΣ:5/2026 Θ:5</p>	<p>ΨΑΡΡ46906Κ- Γ4Ε</p>	<p>ΥΘΦ0101201(κωδ.νοσοκ)-ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ . Α/Α 40.8.17</p>	<p>100 ΤΕΜ</p>	<p>4.000,00€</p>	<p>ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ</p>	<p>ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592908</p>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**.
- **δωροδοκία**
- **απάτη**
- **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**
- **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**

- **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.**
- **Είναι φορολογικά ενήμερος**
- **Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης**

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. **Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.**
6. Γλώσσα: **Ελληνική**
 7. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξίαιρηση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
 8. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 9. «Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016)

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :
Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΕΟΦ
----------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------	------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΕΝΤΟΛΗ:735/18-02-2026

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ CARL ZEISS ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΕΝΟ 900

Τα προσφερόμενα καλύμματα να διαθέτουν:

- Προστατευτικό φακό με ειδική σχεδίαση ώστε να είναι απαλλαγμένος από οπτικές εκτροπές κι αντανάκλασεις για να έχουμε καθαρή εικόνα μέσω αυτού, όπως θα είχαμε και χωρίς την παρεμβολή αυτού στο φακό του μικροσκοπίου.
- Σύστημα αλλαγής μόνο του φακού προστασίας, εάν αυτός λερωθεί ή μολυνθεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης, και όχι όλου του καλύμματος, ώστε να συνεχιστεί η επέμβαση χωρίς καθυστέρηση, γεγονός που θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες στο αποτέλεσμα αυτής.
- Συμβατότητα με την αντλία αυτόματης αναρρόφησης του αέρα από αυτά, που διαθέτει το συγκεκριμένο χειρουργικό μικροσκόπιο, ώστε αυτή να λειτουργεί.