



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**  
**ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»**  
**ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΑΜΠΗ ΕΥΤΥΧΙΑ**  
**ΤΗΛ: 210 – 4592157**  
**Email : [e.tsampi@tzaneio.gov.gr](mailto:e.tsampi@tzaneio.gov.gr)**

**Αριθμ. Πρωτ.: 3417**

**Πειραιάς: 2-3-2026**

**Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών**

- **ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΑΜΕΑ**
- **ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ**

**ΜΕ ΑΠΑΓΩΓΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ**

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

<b>ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ</b>	<b>Ανοικτή</b>
<b>ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ</b>	<b>Η χαμηλότερη τιμή</b>
<b>ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>	<b>9-3-2026</b>
<b>ΩΡΑ:</b>	<b>12:00 μ.μ.,</b>
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ</b>	<b>Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ</b>

<b>ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ</b>	<b>ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ</b>

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ  
«ΤΖΑΝΕΙΟ»**

**ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**

## ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

### Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

### ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ  
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές )**.

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας [e.tsampi@tzaneio.gov.gr](mailto:e.tsampi@tzaneio.gov.gr)** .  
*Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).*

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

<b>1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄</b>
<b>2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄</b>
<b>3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄</b>
<b>4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ</b>

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.tzaneio.gov.gr](http://www.tzaneio.gov.gr)).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ  
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

**ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**  
( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )

<u>Α.Ε.</u>	<u>ΑΔΑ</u>	<u>Προϋπολογισμός</u>	<u>ΕΙΔΟΣ</u>	<u>ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ</u>	<u>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</u>
65-2026	PB1E46906K-Δ44	4.870,00€	ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΑΜΕΑ	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Μ+Γ	<u>Κα ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ</u> <u>ΓΕΩΡΓΙΟΣ 210-</u> <u>4592130</u>
62-2026	Ψ9ΤΟ46906Κ-3ΕΧ	8.500,00€	ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΓΩΓΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	ΠΑΘΟΛΟΓΟΑ ΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ**

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ  
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

### ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- δωροδοκία
- απάτη

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ  
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
- Είναι φορολογικά ενήμερος
- Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός **ΕΟΦ**
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**
6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση. β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '

### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟ Σ ΠΑΡΑΤΗ ΡΗΤΗΡΙΟ Υ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚ ΟΣ ΕΜΠΟ ΡΙΟΥ	GMD N	ΕΟ Φ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ  
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### **A ) ΑΕ 65 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΑΜΕΑ**

#### **ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ BOOM, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ**

Η πολυθρόνα να είναι ηλεκτροκίνητη, σχεδιασμένη για να υποστηρίζει ασθενείς κατά τη διάρκεια γυναικολογικών και ουρολογικών επεμβάσεων και εξετάσεων.

Να διαθέτει κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Η επιφάνεια να αποτελείται από δύο (2) τμήματα (πλάτης, λεκάνης). Το κάθισμα να είναι άνετο και έχει μεγάλο πλάτος για εύκολη πρόσβαση. Επιπλέον να διαθέτει και προσθαφαιρούμενο τμήμα ποδιών

Η βάση να είναι εργονομικού σχήματος ώστε να διευκολύνει την ανάβαση στην πολυθρόνα. Ο σκελετός να είναι κατασκευασμένος από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας ενώ όλα τα δομικά μέρη να φέρουν καλύμματα από θερμοδιαμορφωμένο πλαστικό υλικό ABS.

Τα τμήματα της πολυθρόνας να διαθέτουν μαξιλάρια από αφρώδες υλικό με κάλυμμα αντιμικροβιακής σύστασης, αντιαλλεργικό, αδιάβροχο, βραδύκαυστο, χωρίς ραφές, με αντοχή στον καθαρισμό και την απολύμανση. Επιπρόσθετα να διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων.

Όλα τα πλαστικά καλύμματα, τα βαμμένα μεταλλικά μέρη καθώς και το κάλυμμα των μαξιλαριών να διαθέτουν **αντιβακτηριακή προστασία με την τεχνολογία pSilver™**

Η λειτουργία της να επιτυγχάνεται με σύνδεση σε ρεύμα 230V – 50/60 Hz. Οι παρακάτω κινήσεις να πραγματοποιούνται ηλεκτρικά μέσω τριών κινητήρων χαμηλής τάσης (βαθμού προστασίας IPX4):

Ρύθμιση ύψους (σε θέση καθίσματος): 560 έως 860mm

Ρύθμιση ύψους (σε οριζόντια θέση): 780 έως 1080 mm

Ρύθμιση κλίσης καθίσματος: -65° / +10°

Ρύθμιση τμήματος πλάτης: -10° / +65°

Trendelenburg / Reverse Trendelenburg: 10° / 65°

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ  
«ΤΖΑΝΕΙΟ»**

**ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**

Οι παραπάνω κινήσεις να επιτυγχάνονται από ενσύρματο χειριστήριο το οποίο να βρίσκεται στο πλάι της πολυθρόνας, με τις εξής πρόσθετες λειτουργίες με το πάτημα ενός κουμπιού:

Θέση έναρξης – εισόδου/εξόδου (τοποθέτηση στο χαμηλότερο ύψος)

Θέση anti-shock (τα τμήματα ευθυγραμμίζονται και η πολυθρόνα τοποθετείται σε θέση Trendelenburg)

Αποθήκευση (απομνημόνευση) οποιασδήποτε προκαθορισμένης θέσης από το χρήστη.

Οι ηλεκτρικές κινήσεις να επιτυγχάνονται επιπρόσθετα και από ποδοδιακόπτη (πεντάλ) στη βάση της πολυθρόνας.

Η κλίση της πλάτης να ρυθμίζεται ταυτόχρονα με την κλίση του τμήματος του καθίσματος ώστε να προλαμβάνεται η σύνθλιψη της κοιλιακής χώρας.

Να συνοδεύεται με επαναφορτιζόμενη μπαταρία για τη πραγματοποίηση των ηλεκτρικών κινήσεων σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η προσφερόμενη πολυθρόνα να συνοδεύεται με:

- Στήριγματα στηρίγματα γονάτων τύπου Goepel και στηρίγματα βραχιόνων
- Λεκάνη συλλογής υγρών χωρητικότητας 4Lt
- Μηχανισμό στήριξης χαρτοσέντονου, τοποθετημένο στο εσωτερικό του τμήματος της πλάτης για μέγιστη υγιεινή
- Ράγες από ανοξείδωτο χάλυβα (διαστάσεων 25 x 10 mm) αμφίπλευρα για την στήριξη εξαρτημάτων.
- Να στηρίζεται σε τροχήλατη βάση με τρεις τροχούς (δύο κατευθυντήριους και έναν περιστρεφόμενο) για εύκολη μετακίνηση, με κεντρικό μοχλό κλειδώματος. Οι τροχοί δεν πρέπει να προεξέχουν από τη βάση ώστε να μην εμποδίζουν την εργασία του χειριστή.

Να είναι στιβαρής κατασκευής και δύναται να ανυψώσει βάρος ασθενούς έως και 200 kg.

Συνολικές διαστάσεις (σε οριζόντια θέση): 1750 x 745 mm (ΜxΠ)

Η πολυθρόνα να φέρει πιστοποιητικό CE και είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν Class I.

Electric protection class / application part II / B

**Εγγύηση: 2 έτη**

**B) ΑΕ 62 Προδιαγραφές Θαλάμου ασφαλείας για τη φύλαξη ιστολογικών παρασκευασμάτων**

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ  
«ΤΖΑΝΕΙΟ»**

**ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**

## με απαγωγό σύστημα εξαερισμού

1. Να είναι κατασκευασμένος εξ' ολοκλήρου από ηλεκτρικά γαλβανισμένο χάλυβα, πάχους 12/10 mm, επικαλυμμένο με ανθεκτική στα οξέα εποξειδική βαφή.
2. Να διαθέτει εσωτερικά στη βάση του δίσκο συλλογής υγρών, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα απρόσβλητο από χημικά, για την προστασία και υγιεινή του θαλάμου και τον εύκολο καθαρισμό από τυχόν διαρροές δοχείων.
3. Να διαθέτει διπλή πόρτα με κλειδαριά και γυαλί ασφαλείας, η οποία να ανοίγει κατά 180° για την ευκολότερη μετακίνηση των ραφιών.
4. Να διαθέτει τρία (3) αποσπώμενα ράφια ρυθμιζόμενου ύψους, με κατάλληλη κλίση στο χείλος τους για την συγκράτηση υγρών σε περίπτωση διαρροής δοχείων και με ικανότητα στήριξης βάρους έως 50 kg.
5. Να στηρίζεται σε τέσσερα (4) ρυθμιζόμενα αντιολισθητικά πόδια για τη ρύθμιση και την καλή στήριξή της σε οριζόντιο επίπεδο.
6. Το απαγωγό σύστημα εξαερισμού να είναι τοποθετημένο στο επάνω μέρος του θαλάμου και να διαθέτει μοτέρ με ρυθμιζόμενη ταχύτητα ροής του αέρα και με ασφάλεια αντι-σπινθηρισμού / ανάφλεξης, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ασφαλείας.
7. Να διαθέτει κατάλληλο φίλτρο για την εξουδετέρωση των καρκινογόνων αναθυμιάσεων της φορμαλδεΐδης.
8. Η έξοδος του συστήματος εξαερισμού να βρίσκεται στην επάνω επιφάνεια του θαλάμου και να μπορεί, είτε να συνδεθεί με το κεντρικό απαγωγό σύστημα εξαερισμού του νοσοκομείου, είτε απευθείας με το εξωτερικό περιβάλλον.
9. Να διαθέτει πίνακα ελέγχου λειτουργιών με οθόνη ψηφιακών ενδείξεων.
10. Να έχει οπτική και ηχητική προειδοποίηση (alarm) για την αντικατάσταση του φίλτρου.
11. Να έχει ηχητική προειδοποίηση (alarm) σε περίπτωση που η πόρτα παραμείνει ανοιχτή κατά την λειτουργία του εξαερισμού.
12. Να μπορεί να δεχθεί προαιρετικά:
  - α. Λάμπα U.V. για την αποστείρωση του θαλάμου
  - β. Αντιμικροβιακό φίλτρο HEPA
13. Να έχει εξωτερικές διαστάσεις: 1200 x 550 x 1950 mm (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) περίπου.
14. Να έχει χωρητικότητα θαλάμου 200 lt περίπου.
15. Να έχει εγγύηση για δύο(2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα(10) έτη.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ  
«ΤΖΑΝΕΙΟ»**

**ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**

16. Να φέρει σήμανση CE-IVD για in vitro διαγνωστική χρήση της συσκευής με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2017/746 (IVDR 2017/746) με ποινή αποκλεισμού.
17. Ο κατασκευαστικός οίκος να φέρει πιστοποίηση κατά ISO:13485 και η προμηθεύτρια εταιρία να φέρει πιστοποίηση κατά ISO:9001 και ISO:13485 με ποινή αποκλεισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ  
«ΤΖΑΝΕΙΟ»**

**ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**