



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμ.Πρωτ.:4581/17-03-2026

Πειραιάς: 16-03-2026

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΗΛ: 210 – 4592159

Email: mprom3@ tzaneio.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟΣ –ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤ.-ΤΡΟΚΑΡ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5/11-  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΤΡΟΚΑΡ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΑΛΛΑΓΗ E-MAIL: mprom3@tzaneio.gov.gr**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	20-03-2026
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

## **ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»**

### **Έχοντας υπόψη:**

**1.** Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

**1.1.** Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »  
( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

**1.2.** Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

**1.3.** Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

**1.4.** Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

**1.5.** Του Ν. 4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

**1.6** Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

## ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές )**.
4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας [mprom3@tzaneio.gov.gr](mailto:mprom3@tzaneio.gov.gr)**  
*Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).*

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

<b>1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄</b>
<b>2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄</b>
<b>3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄</b>
<b>4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄</b>

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.tzaneio.gov.gr](http://www.tzaneio.gov.gr))

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
520 / 29-01-2026  ΔΣ:3/21-01-2026 Θ:28  (ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝ. 4009-2026 ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ)	9ΞΥ946906 Κ-ΒΕΜ	ΥΧ001059(κωδ.νοσοκ)-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ Νο18	1.000 ΤΕΜ	800,00 €	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Κα ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592463
		ΥΧ001076(κωδ.νοσοκ)-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ Νο20G	50.000 ΤΕΜ	4.055,00 €		
		ΥΧ001060(κωδ.νοσοκ)-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ Νο22G . <b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ</b>	15.000 ΤΕΜ	1.800,00 €		
466 /26-01-2026  ΔΣ:3/21-01-2026 Θ:28 (ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝ. 4008-2026 ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ)	9ΗΞΤ46906 Κ-ΡΚ5	ΥΧ003141(κωδ.νοσοκ)-ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 2.5ml	50.000 ΤΕΜ	1.000,00 €	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592463
		ΥΧ003142(κωδ.νοσοκ)-ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 5ml	150.000 ΤΕΜ	3.150,00 €		
		ΥΧ003143(κωδ.νοσοκ)-ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 10ml	180.000 ΤΕΜ	5.400,00 €		
		ΥΧ003144(κωδ.νοσοκ)-ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 20ml	99.000 ΤΕΜ	5.049,00 €		
		ΥΧ003145(κωδ.νοσοκ)-ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1ml ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ	64.000 ΤΕΜ	1.600,00 €		

		ΥΧ003085(κωδ.νοσοκ)-ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 50-60ml ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ	12.000 TEM	1.320,00 €		
		ΥΧ003086(κωδ.νοσοκ)-ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 50-60cc,3 ΜΕΡΩΝ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΡΥΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ή ΕΚΚΕΝΤΡΟ LUER.	6.000 TEM	660,00 €		
		<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ</b>				
742 /18-02-2026 ΔΣ:5/04-02-2026 Θ:5	Ψ0ΞΛ46906 Κ-ΔΘ9	ΥΛ00114809(κωδ.νοσοκ)-ΤΡΟΚΑΡ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5/11mm ΟΠΤΙΚΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΗΝΥΣΕΩΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ CO2 ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΜΕ ΟΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ. <b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.</b>	60 TEM	3.900,00 €	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΤΖΗΚΑ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592841
743 /18-02-2026 ΔΣ:5/04-02-2026 Θ:5	ΨΗΞΑ46906 Κ-ΔΩΠ	ΥΛ00120101(κωδ.νοσοκ)-ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΤΡΟΚΑΡ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΡΟΚΑΡ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΙΛΕΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΥΛΑ .ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗ . ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΟΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΟΚΑΡ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΒΕΛΟΝΗΣ VERRES ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 5mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 10cm. <b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.</b>	50 TEM	2.700,00 €	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΤΖΗΚΑ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592841

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

### ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**
- **δωροδοκία**
- **απάτη**
- **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**
- **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**

- **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.**
- **Είναι φορολογικά ενήμερος**
- **Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης**

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. **Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.**
6. Γλώσσα: **Ελληνική**
7. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
8. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
9. «Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016) με υποχρεωτική ανάρτηση στην ΕΔΗΤ.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :  
**Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '**  
**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ</b>	<b>GMDN</b>	<b>ΕΟΦ</b>
----------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------	------------

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

### ΕΝΤΟΛΗ:520/29-01-2026

#### **ΚΑΘΗΤΡΕΣ ΦΛΕΒΟΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ Νο 18±2**

ΜΕΓΕΘΗ: 14,16,18,20,22,G

ΥΛΙΚΟ: Να είναι ισοσυμβατοί PTFE και να μην διαστέλλονται με την θερμοκρασία του σώματος.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ: Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δεν σκίζεται και πλαστική μεμβράνη για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Να είναι κατασκευασμένοι βάσει των ISO - standards και να φέρουν πιστοποίηση προδιαγραφών (CE-Mark).
- Να διαθέτουν βαλβίδα μη παλινδρόμησης.
- Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και μη δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.
- Οδηγός – στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα, ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του, καθώς επίσης να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση.
- Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή φλεβοκέντηση.
- Ο καθετήρας να μπορεί να παραμείνει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους).
- Το καπάκι (πώμα) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων.
- Πτερύγια στήριξης.

**ΕΝΤΟΛΗ:466/26-01-2026**

α/α	ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΥΧ003141	Σύριγγες αποστειρωμένες μίας χρήσης 2.5ml
2	ΥΧ003142	Σύριγγες αποστειρωμένες μίας χρήσης 5ml
3	ΥΧ003143	Σύριγγες αποστειρωμένες μίας χρήσης 10ml
4	ΥΧ003144	Σύριγγες αποστειρωμένες μίας χρήσης 20ml
5	ΥΧ003145	Σύριγγες ινσουλίνης αποστειρωμένες μίας χρήσης 1ml με αποσπώμενη βελόνα
		ΕΙΔΗ 1, 2, 3, 4, 5:
		Οι πλαστικές σύριγγες μίας χρήσης απαιτείται να είναι "τύπου Β" (δηλαδή να είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα) και να έχουν κατασκευασθεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Α6/6404δς (ΦΕΚ 681/Τεύχος Δεύτερο/8-8-91) "Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών Μίας χρήσης". Επιπρόσθετα:
		Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των συριγγών είναι: Για τον Κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο οποιοδήποτε υλικό και για το ελαστικό παρέμβυσμα το φυσικό σιλικονισμένο καουτσούκ (παρ. 3.1. της ανωτέρω εγκυκλίου)
		Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέμβυσμα και στην καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στο στυλίσκο της σύριγγας (μπεκ). Επίσης το κάλυμμα της βελόνης πρέπει να αφαιρείται άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός.
		Για τις σύριγγες μέχρι 10ml, η βελόνα να είναι προσαρμοσμένη πάνω στη σύριγγα.
		Να υπάρχει Stop πριν το τέλος του κυλίνδρου, ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν.

Η μέθοδος αποστείρωσης πρέπει να είναι κατοχυρωμένη και αποδεκτή διεθνώς (Υπ. Εγκ. Α6/640δiz/8-8-91, άρθρο 12, παρ.γ.)

Να προσκομισθούν εκθέσεις ελέγχου των προσφερόμενων προϊόντων με βάση το άρθρο 12 της Υπουργικής Απόφασης Α6/640δiz/8-8-91

Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν να είναι στα ελληνικά.

Η συσκευασία να φέρει την ένδειξη: "Να μην χρησιμοποιείται με παραλδεύδη", εκτός εάν τα προσφερόμενα είδη είναι συμβατά με την παραλδεύδη, οπότε αυτό πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά.

Το εργοστάσιο παραγωγή να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9000 (να προσκομισθούν αποδεικτικά έγγραφα)

Το προϊόν να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ (οι συμμετέχοντες να επισυνάψουν στην προσφορά τους, αντίγραφο του πιστοποιητικού για τη σήμανση CE που έλαβαν από τον αντίστοιχο Κοινοποιημένο Οργανισμό)

Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος

Να προσκομισθεί ικανός αριθμός δειγμάτων από κάθε προσφερόμενο είδος και σε όλα τα μεγέθη συριγγών (δε θα αξιολογηθούν προσφορές που δε συνοδεύονται από δείγματα)

Οποιοδήποτε επιπλέον τεχνικό χαρακτηριστικό έχει το προσφερόμενο είδος όπως πχ σύστημα για πρόληψη των τρυπημάτων (με απόκρυψη της βελόνης ή με ασφαλή κάλυψη της μετά τη χρήση) κλπ, θα εξετασθεί και αξιολογηθεί, μετά από τη δοκιμή των δειγμάτων

Ουσιώδης διευκρίνιση: Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130638-ΦΕΚ2198/Τευχ.Β/02-10-09). Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη στείριότητα και τη συμμόρφωσή τους με το ανωτέρω πρότυπο. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.

## ΕΝΤΟΛΕΣ:742/18-02-2026,743/18-02-2026

	<u>Τεχνικές απαιτήσεις</u>
	1.Να κατατεθεί για όλα τα είδη πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή οίκου στα Ελληνικά.
	2.Να κατατεθεί κλινική βιβλιογραφία και να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο δημοσιευμένες κλινικές μελέτες για το κάθε προσφερόμενο είδος ή κλινικές μελέτες με προϊόντα του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα και με MDR article 61 Clinical Evaluation annex III, Clinical Evaluation and Post Market Clinical Follow up annex XIV και τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων.
	3.Η Ημερομηνία λήξεως των εργαλείων να είναι άνω των 2 ετών.
	4.Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα πέραν από τα ζητούμενα της διακήρυξης αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου.
	5.Όπου ζητείται εργαλείο και ανταλλακτικές κεφαλές είναι απαραίτητη η προσφορά σε όλους τους αύζοντες που περιλαμβάνονται (εργαλείου και ανταλλακτικών κεφαλών), επί ποινή απόρριψης.
	6. Η προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων και την τήρηση των διαδικασιών σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος.
	7.Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας που να αναφέρεται στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και να δηλώνει ότι σε περίπτωση κατακύρωσης σύμβασης στην προσφέρουσα εταιρεία, η κατασκευάστρια θα δεσμευτεί να την προμηθεύσει με τη συγκεκριμένη ποσότητα των κατακυρωθέντων ειδών της σύμβασης.
	8.Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας που να δηλώνει ότι η προσφέρουσα θα ενημερώνεται για όλες τις πιθανές ανακλήσεις/αποσύρσεις προϊόντων, σχετικές με τα είδη που έχει προσφέρει στο διαγωνισμό.
	9. Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο/πιστοποιημένο προσωπικό από την κατασκευάστρια εταιρεία (πιστοποίηση έως 2 προηγούμενα έτη) για την τεχνική υποστήριξη στο χειρουργείο και εξουσιοδοτημένο τμήμα service για πιθανό απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό για την κατηγορία Η.
	10.Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου ότι τα προϊόντα είναι γνήσια και αμεταχείριστα.
	11.Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α. να δηλώσουν ότι διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, κατάλληλα εκπαιδευμένου-εξειδικευμένου και να καταθέσουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον κατασκευαστικό οίκο β. να κατατεθεί κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων με αναφορά στην αξία της σύμβασης, των προσφερόμενων προϊόντων και τους χρόνους παράδοσης.

	12. Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι κοινοποιημένα στον ΕΟΦ και να διαθέτουν τον αντίστοιχο κωδικό.
	13. Επι ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να κατατεθούν για κάθε προσφερόμενο είδος τα πιστοποιητικά: ISO13485, Δήλωση Συμμόρφωσης, Πιστοποιητικό CE, Πιστοποιητικό Σχεδιασμού CE.
	14. Για κάθε είδος και για όλες τις γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να συμπληρωθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπή σε κωδικό και σε σελίδα καταλόγου ή/και τεχνικών φυλλαδίων της κατασκευάστριας εταιρείας. Όλοι οι κωδικοί και οι τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να επισημαίνονται στους αντίστοιχους καταλόγους ή/και τα τεχνικά φυλλάδια, που θα επισυνάπτονται. Προσφορές που υποβάλλονται χωρίς να περιλαμβάνονται τα πιο πάνω στοιχεία να απορρίπτονται.
	15. Σε κάθε α/α στον οποίο προτείνεται αναλώσιμο που χρήζει εξοπλισμό/γεννήτρια για να λειτουργήσει, ο μειοδότης οφείλει να παραχωρήσει τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό δωρεάν προς χρήση για όσο διάστημα διαρκέσει η προμήθεια.