



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 210 – 4592159
Email: mprom3@ tzaneio.gov.gr

Αριθμ.Πρωτ.:7018/29-04-2026

Πειραιάς: 28-04-2026

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΡΟΚΑΡ ΟΠΤΙΚΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΤΡΟΚΑΡ-ΠΛΕΓΜΑΤΑ-
ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΟΛΕΥΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΑΛΛΑΓΗ E-MAIL: mprom3@tzaneio.gov.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	06-05-2026
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »
(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom3@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΕ	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Σ
1213 /02-04-2026 ΔΣ:14/2026 Θ:17	ΨΔΞΨ46906Κ-ΒΑ4	ΥΛ00120101(κωδ.νοσοκ)-ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΤΡΟΚΑΡ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΡΟΚΑΡ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΙΛΕΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΥΛΑ .ΚΑΝΟΥΛΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗ . ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΟΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΟΚΑΡ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΒΕΛΟΝΗΣ VERRES ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 5mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 10cm. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ	50 ΤΕΜ	2.700,00 €	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Μ+Γ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΤΖΗΚΑ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592841

1204 /01-04-2026 ΔΣ:9/04-03-2026 Θ:42	ΨΠΓΞ46906Κ-ΖΦΠ	ΥΜ00900300(κωδ.νοσοκ)-ΑΥΤΟΚΑΘΗΛΟΥΜΕΝΟ ΜΙΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ,ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΙΛΜ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΛΩΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ . ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ :15cm x10cm. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ	40 ΤΕΜ	16.000,00€	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592908
--	----------------	--	--------	-------------------	-------------	---

<p>1214 /02-04-2026</p> <p>ΔΣ:14/2026 Θ:17</p>	<p>ΨΓΓΑ46906Κ- 7^Α0</p>	<p>ΥΛ00114809(κωδ.νοσοκ)-ΤΡΟΚΑΡ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5/11mm ΟΠΤΙΚΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΗΝΥΣΕΩΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ CO2 ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΜΕ ΟΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ .ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.</p>	<p>60 TEM</p>	<p>3.900,00€</p>	<p>ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Μ+Γ</p>	<p>ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΤΖΗΚΑ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592840</p>
<p>1217 /02-04-2026</p> <p>ΔΣ:14/2026 Θ:17</p>	<p>Ψ4Ε646906Κ- ΤΛ4</p>	<p>ΥΑ001007(κωδ.νοσοκ)-ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. .ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ</p>	<p>10 TEM – large-5 TEM –medium-5 TEM X large.</p>	<p>3.000,00€</p>	<p>ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ</p>	<p>ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592663</p>

<p>1203 /01-04-2026</p> <p>ΔΣ:9/04-03- 2026 Θ:42</p>	<p>ΨΥΛΖ46906Κ- ΩΙΣ</p> <p>(Κωδ.νοσοκ)- ΥΧ00371600</p>	<p>Πολυπεκτομος Nitinol εκτομης πολυποδων,10-15-20 mm με μεταλλικο καθετηρα. Ο Βροχος του να είναι κατασκευασμενος από nitinol μονοκλωνο συρμα κοπης. Το συρμα νιτινολης να εχει διαμετρο 0,18mm,να διαχωριζει ομαλα τον ιστο και να προσφερει 'καθαρη τομη' ώστε να διευκολυνεται η διαδικασια εξαγωγης του . Ο πολυπεκτομος ψυχρης εκτομης να είναι πληρως περιστρεφομενος 360 μοιρες και να εχει οβαλ . Να διαθετει μεταλλικο καθετηρα με επικαλυψη Teflon, σε διαμετρο 2,3 mm και μηκος 230cm, ο οποιος να φερει ενισχυμενο ακρο, για μεγαλυτερη σταθεροτητα κατά την εκτομη. Να διαθετει εργονομικη λαβη 3 δακτυλιων χωρις υποδοχη για εφαρμογη καλωδιου συνδεσης διαθερμιας.Ο nitinol πολυπεκτομος ψυχρης εκτομης να διατιθεται με βροχο διαμετρου10-15-20 mm. Ο πολυπεκτομος να είναι ιδανικος για αφαιρεση πολυποδων και επιπεδων βλαβων και για εφαρμογη σε καλυμμα ακρου ενδοσκοπιου για ενδοσκοπικη βλεννογονεκτομη[EMP]</p>	<p>150 TEM ΤΩΝ 15mm</p> <p>ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ.</p>	<p>4.200,00€</p>	<p>ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛ ΟΓΙΚΟ /ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ</p>	<p>ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΛΥΓΙΔΑΚΗ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592872</p>
--	---	---	---	------------------	--	---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
- δωροδοκία
- απάτη
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
- Είναι φορολογικά ενήμερος
- Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. **Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.**
6. Γλώσσα: **Ελληνική**
 7. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
 8. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 9. «Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016) με υποχρεωτική ανάρτηση στην ΕΔΗΤ.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως **απαράδεκτη**.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΕΟΦ
----------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------	------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΕΝΤΟΛΕΣ:1213/02-04-2026,1204/01-04-2026,1214/02-04-2026

	<u>Τεχνικές απαιτήσεις</u>
	1.Να κατατεθεί για όλα τα είδη πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή οίκου στα Ελληνικά.
	2.Να κατατεθεί κλινική βιβλιογραφία και να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο δημοσιευμένες κλινικές μελέτες για το κάθε προσφερόμενο είδος ή κλινικές μελέτες με προϊόντα του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα και με MDR article 61 Clinical Evaluation annex III, Clinical Evaluation and Post Market Clinical Follow up annex XIV και τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων.
	3.Η Ημερομηνία λήξεως των εργαλείων να είναι άνω των 2 ετών.
	4.Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα πέραν από τα ζητούμενα της διακήρυξης αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου.
	5.Όπου ζητείται εργαλείο και ανταλλακτικές κεφαλές είναι απαραίτητη η προσφορά σε όλους τους αύξοντες που περιλαμβάνονται (εργαλείου και ανταλλακτικών κεφαλών), επί ποινή απόρριψης.
	6. Η προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων και την τήρηση των διαδικασιών σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος.
	7.Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας που να αναφέρεται στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και να δηλώνει ότι σε περίπτωση κατακύρωσης σύμβασης στην προσφέρουσα εταιρεία, η κατασκευάστρια θα δεσμευτεί να την προμηθεύσει με τη συγκεκριμένη ποσότητα των κατακυρωθέντων ειδών της σύμβασης.
	8.Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας που να δηλώνει ότι η προσφέρουσα θα ενημερώνεται για όλες τις πιθανές ανακλήσεις/αποσύρσεις προϊόντων, σχετικές με τα είδη που έχει προσφέρει στο διαγωνισμό.
	9. Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο/πιστοποιημένο προσωπικό από την κατασκευάστρια εταιρεία (πιστοποίηση έως 2 προηγούμενα έτη) για την τεχνική υποστήριξη στο χειρουργείο και εξουσιοδοτημένο τμήμα service για πιθανό απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό για την κατηγορία Η.
	10.Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου ότι τα προϊόντα είναι γνήσια και αμεταχείριστα.

	11. Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α. να δηλώσουν ότι διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, κατάλληλα εκπαιδευμένου-εξειδικευμένου και να καταθέσουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον κατασκευαστικό οίκο β. να κατατεθεί κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων με αναφορά στην αξία της σύμβασης, των προσφερόμενων προϊόντων και τους χρόνους παράδοσης.
	12. Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι κοινοποιημένα στον ΕΟΦ και να διαθέτουν τον αντίστοιχο κωδικό.
	13. Επι ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να κατατεθούν για κάθε προσφερόμενο είδος τα πιστοποιητικά: ISO13485, Δήλωση Συμμόρφωσης, Πιστοποιητικό CE, Πιστοποιητικό Σχεδιασμού CE.
	14. Για κάθε είδος και για όλες τις γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να συμπληρωθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπή σε κωδικό και σε σελίδα καταλόγου ή/και τεχνικών φυλλαδίων της κατασκευάστριας εταιρείας. Όλοι οι κωδικοί και οι τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να επισημαίνονται στους αντίστοιχους καταλόγους ή/και τα τεχνικά φυλλάδια, που θα επισυνάπτονται. Προσφορές που υποβάλλονται χωρίς να περιλαμβάνονται τα πιο πάνω στοιχεία να απορρίπτονται.
	15. Σε κάθε α/α στον οποίο προτείνεται αναλώσιμο που χρήζει εξοπλισμό/γεννήτρια για να λειτουργήσει, ο μειοδότης οφείλει να παραχωρήσει τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό δωρεάν προς χρήση για όσο διάστημα διαρκέσει η προμήθεια.

ΕΝΤΟΛΗ:1217/02-04-2026

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με μαξιλαράκι απόλυτα ατραυματικό από συνδυασμό τζελ και αέρα με σκοπό: α) το απόλυτο σφράγισμα χωρίς διαρροές και β) την ατραυματική συνεχή χρήση 7 ημερών (με πιστοποίηση από τις οδηγίες χρήσης εντός συσκευασίας).

Κατόπιν καθαρισμού να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στον ίδιο ασθενή.

Να φέρει εντός συσκευασίας πλήρεις οδηγίες χρήσης, καθαρισμού κλπ.

Απαραιτήτως ειδικής τεχνοτροπίας, ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το μέτωπο του ασθενή, για να μην τον τραυματίζει.

Με ενσωματωμένη γωνία περιστροφής 360 μοιρών κι ενσωματωμένο ευθύ συνδετικό 360 μοιρών.

Υποαλλεργικές 100%, χωρίς PVC, χωρίς φθαλικούς εστέρες και LATEX FREE σε όλα τα μέρη της.

Με μάντες στήριξης τεσσάρων σημείων.

Με γάντζο ταχείας απασφάλισης.

Χωρίς βαλβίδα εκπνοής, αλλά με βαλβίδα αντιασφυξίας για χρήση με μονό κύκλωμα αναπνευστήρα που φέρει οπή εκπνοής.

Απαιτείται κατάθεση δείγματος και προσπέκτους για ταυτοποίησητων ανωτέρω.