



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΤΗΛ: 210 – 4592576
Email: d.stratou@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ.:6571

Παλαιάς:23-04 -2026

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

**Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος- διαδικασία συλλογής προσφορών
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ
(ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΓΓ/ΦΙΑΣ/
ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ, Rx ΚΑΙ ΟΤΩ/
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓ/ΦΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟΙ ΑΡΤΗΡΙΩΝ)**

**ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
στο e-mail ΘΕΜΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	30 -4-2026
ΩΡΑ:	14:00 μ.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α΄ – Δ΄

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΖΑΝΕΙΟ ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »
(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ <u>ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ</u>	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΖΑΝΕΙΟ <u>ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ</u>

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α'** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ' (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο e-mail της Υπηρεσίας mprom2@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α'- Δ'** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ <u>ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ</u>	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΖΑΝΕΙΟ <u>ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ</u>

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr Προμήθειες - > Μικροπρομήθειες και στο ΚΗΜΔΗΣ)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ <u>ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ</u>	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΖΑΝΕΙΟ <u>ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ</u>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1	Α.Ε. 1226 /02-04-2026 Δ.Σ. 14/20-03-2026 Θ:19	ΨΓΧ446906Κ- ΡΕΞ	ΥΚ086003 (Κωδ. Νοσοκ.) – ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΓΓ/ΦΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΕΤ → ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ + ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	500 ΤΜΧ	21.000,00 €	ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΛΑΧΑΝΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592682

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ <u>ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ</u>	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΖΑΝΕΙΟ <u>ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ</u>

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2	Α.Ε. 1227 /02-04-2026 Δ.Σ. 14/20-03-2026 Θ:19	ΡΑΙΡ46906Κ- ΖΟΦ	ΥΚ086066 (Κωδ. Νοσοκ.) - ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ, Rx ΚΑΙ ΟΤΩ, ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,014’’ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 5F. - - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΗΚΟΥΣ 15 cm ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΕ ΖΩΝΕΣ. - - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ. - - ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 6FR ΟΔΗΓΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ.	10 ΤΜΧ	5.800,00 €	ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΛΑΧΑΝΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592682

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΖΑΝΕΙΟ ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
3	Α.Ε. 1230 /03-04-2026 Δ.Σ. 14/20-03-2026 Θ:19	ΡΠ8Φ46906Κ- 00Ν	ΥΚ074008 (Κωδ. Νοσοκ.) ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΓΓ/ΦΙΑΣ ΣΚΛΗΡΟΙ ΑΡΤΗΡΙΩΝ, ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΑΙΘΑΝΙΟ ΚΑΙ ΝΥΛΟΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΥΛΟ 0,057' ΣΤΑ 5,2-6 FR (3,0-6,0) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ.	1.400 ΤΜΧ	13.300,00 €	ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κα ΛΑΧΑΝΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-4592682

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΖΑΝΕΙΟ ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ΄.

2. Υπεύθυνη δήλωση (μέσω γον.) του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- δωροδοκία
- απάτη
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

- Είναι φορολογικά ενήμερος
- Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΖΑΝΕΙΟ ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO (€)**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**
6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ' εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
Τμηματικά εντός τριμήνου ή άλλως έως εξαντλήσεως της συμβατικής ποσότητας.
7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016) με υποχρεωτική **ανάρτηση στο ΕΔΗΤ για την πληρωμή αυτών.**
9. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για **διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.**
10. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά **.Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ <u>ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ</u>	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΖΑΝΕΙΟ <u>ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ</u>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΕΟΦ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ <u>ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ</u>	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΖΑΝΕΙΟ <u>ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ</u>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΚ086003	<p>ΣΕΤ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Μ.ΧΡΗΣΗΣ</p> <p>1. Η σήμανση CE πρέπει να είναι τοποθετημένη κατά τρόπο εμφανή και ανεξίτηλο εξωτερικά στη συσκευασία που εξασφαλίζει την αποστείρωσή του. Να κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος (Product Data Sheet) τού κατασκευαστή, στο οποίο να αναγράφεται ο προσφερόμενος κωδικός Ref, ώστε να αποδεικνύονται όλα τα ζητούμενα.</p> <p>2. Ο ιματισμός να είναι από υλικό υπεραπορροφητικό, για γρήγορη απορρόφηση υγρών του χειρουργικού πεδίου, ανθεκτικός στο σχίσιμο, χωρίς ινίδια, με συμπεριφορά υφάσματος, να μην παράγει στατικό ηλεκτρισμό και αντανάκλασεις, με μεγάλη ανοχή στις μηχανικές καταπονήσεις. Να μην αφήνει αιωρούμενα σωματίδια (χνούδι) κατά τη χρήση, να μην γίνεται εύθρυπτος μετά από διαβροχή και όπου υπάρχει αυτοκόλλητη ταινία, αυτή να εφαρμόζει με ακρίβεια και αξιοπιστία στο δέρμα και να μην ξεκολλάει αν διαβραχεί.</p> <p>3. Η διάρκεια αποστείρωσης να είναι τουλάχιστον 36 μήνες.</p> <p>4. Η συσκευασία να είναι εξολοκλήρου διάφανη, από ανθεκτικό πλαστικό και να ανοίγει από τμήμα επικερωμένου ιατρικού χαρτιού που δεν σκίζεται και δεν απελευθερώνει ίνες. Στην εξωτερική πλευρά τής συσκευασίας τού προϊόντος να φέρει αυτοκόλλητη ετικέτα τού κατασκευαστικού οίκου με τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή και ορθή χρήση του π.χ πληροφορίες επισήμανσης (ένδειξη «αποστειρωμένο», Latex Free, Ref Number, μέθοδος αποστείρωσης, ειδικές συνθήκες αποθήκευσης. Να φέρει, εξωτερικά, δύο αυτοκόλλητα ιχνηλασιμότητας με ημ/νια αρχής και λήξης αποστείρωσης, τον κωδικό REF κατασκευαστή.</p>
----------	--

ΑΕ 1226/2026

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΖΑΝΕΙΟ ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

5. Το σετ να είναι ενιαίο, όλα μαζί να είναι τυλιγμένα με κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού 150 x 200 cm αδιάβροχο, απορροφητικό, και να περιλαμβάνει τα εξής:

- 2 τμχ χειρουργικές μπλούζες με ενίσχυση στα μανίκια έως τον αγκώνα και στον θώρακα σε 100cm μήκος και 50cm πλάτος, μέγεθος XL, με θερμοκόλληση χωρίς ραφές και συνολικού μήκους τουλάχιστον 135cm από τον αυχένα. Να είναι ατομικά συσκευασμένα, η κάθε μία, σε περιτύλιγμα διάστασης 60cmx60cm μαζί με μία χειροπετσέτα 30 x 40 cm η κάθε μπλούζα).
- 1 τμχ ενιαίο manifold kit, σε ατομική κλειστή πλαστική συσκευασία, που να περιλαμβάνει ένα manifold 3way 500psi, χωρίς σιλικόνη, μία σύριγγα αγγειογραφίας soccorex 12ml, ένα διαφανές σετ έγχυσης ορού με θάλαμο σταγόνας, βαλβίδα και φίλτρο, μήκους 175cm, ένα διαφανές σετ έγχυσης ορού με διατηρητικό άκρο με βαλβίδα μήκους, 180cm και μία προέκταση γραμμή 500psi μήκους 120cm.
- 1 τμχ χειρουργικό βασικό πεδίο αγγειογραφίας συνολικού μεγέθους 100cm πλάτους X 340cm μήκους. Να φέρει επιπλέον τρίτο στρώμα απορροφητικής ενίσχυσης για επεμβατικές πράξεις υψηλών απαιτήσεων και μεγάλης διάρκειας με παραγωγή μεγάλης ποσότητας υγρών και αίματος, από μη υφασμένο ανθεκτικό υλικό, όχι υδρόφοβο, αλλά υπεραπορροφητικό, για άριστη απορρόφηση, στην περιοχή των κερκιδικών και μηριαίων αρτηριών και γύρω από αυτές, μήκους 110cm και πλάτους 150cm. Το τρίτο αυτό στρώμα να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε οι κερκιδικές οπές του να είναι σε απόσταση 65cm από την κορυφή του βασικού χειρουργικού πεδίου και οι μηριαίες οπές του σε απόσταση 78cm, ομοίως από την κορυφή του βασικού χειρουργικού πεδίου. Οι κερκιδικές οπές να είναι πλαϊνές και σε απόσταση 30cm - η κάθε μία- από την άκρη της πλαϊνής επιφάνειας του πεδίου, για απορρόφηση του αίματος και αποφυγή ροής τους στο δάπεδο. Οι δύο αυτοκόλλητες οπές κερκιδικών αρτηριών να είναι οβάλ και διάστασης 8cmx12cm, ενώ επίσης σε απόσταση 22,50cm από κάτω των κερκιδικών οπών, και κεντρικά, να φέρει δύο αυτοκόλλητες κυκλικές οπές μηριαίων αρτηριών διάστασης 15cm και σε απόσταση 7.5cm μεταξύ τους. Το κάλυμμα να φέρει δύο πλαϊνά διαφανή καλύμματα, εκατέρωθεν, πλάτους 55-60cm το καθένα και καθ' όλο το μήκος 340cm του σεντονιού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΖΑΝΕΙΟ ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

- 1 τμχ διαφανές κάλυμμα φλουροσκοπίου 120 x 120 cm, με λάστιχο
 - 1 τμχ διαφανές κάλυμμα φλουροσκοπίου, στρογγυλό 90 cm, με λάστιχο
 - 1 τμχ μαχαιρίδιο Νο 11 με λαβή ασφαλείας
 - 1 τμχ πλαστική λαβίδα 19cm
 - 1 τμχ βελόνα 18Gx38mm
 - 1 τμχ βελόνα 21gx38mm
 - 2 τμχ σύριγγες LuerLock 10ml, με βελόνα 21g
 - 2 τμχ σύριγγες Luerslip 10ml, με βελόνα 21g
 - 2 τμχ σύριγγες LuerLock 20ml, με βελόνα 21g
 - 1 τμχ σύριγγα LuerSlip 20ml, με βελόνα 21g
 - 40 τμχ συνολικά, γάζες 100% βαμβάκι διαστάσεων 10 x 10 cm
 - 2 τμχ μπωλ 250 ml από ανθεκτικό πλαστικό
 - 1 τμχ μπωλ 500 ml από ανθεκτικό πλαστικό
 - 1 τμχ στρογγυλό μπολ 2500ml, από ανθεκτικό πλαστικό με εγκοπές για σύρματα
8. Να κατατεθούν και δύο δείγματα προς αξιολόγηση.



ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΖΑΝΕΙΟ <u>ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ</u>

ΑΕ 1227/02-04-26

- **ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΗΚΟΥΣ 15 cm ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΕ ΖΩΝΕΣ.**
- **ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ.**
- **ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 6FR ΟΔΗΓΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ**

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ <u>ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ</u>	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΖΑΝΕΙΟ <u>ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ</u>