



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592158
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 8521/22-05-2026

Πειραιάς: 25-05-2026

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ, ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΕΡΙΤ. ΓΥΨ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ
ΜΑΝΙΚΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	28/05/2026
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1606/11-05-2026, ΔΣ 19/20-4-2026. Θ.43	9ΕΗΜ46906Κ- ΘΧΞ	Ε0005038 - ΕΛΑΣΤ. ΕΠΙΔΕΣΜ. 10ΕΚ Χ 2,7-4Μ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	3000 ΤΕΜ	360,00 €	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ	Κα. ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592156
		Ε0005039 - ΕΛΑΣΤ. ΕΠΙΔΕΣΜ. 12ΕΚ Χ 2,7-4Μ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	3000 ΤΕΜ	450,00 €		
		Ε0005070 - ΕΛΑΣΤ. ΕΠΙΔΕΣΜ. 6ΕΚ Χ 2,7-4Μ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	2000 ΤΕΜ	240,00 €		
		Ε0009016 - ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΕΡΙΤ. ΓΥΨ (ΣΥΝΘΕΤ) 15-18ΕΚΧ2-4Μ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	2000 ΤΕΜ	400,00 €		
1607/11-05-2026, ΔΣ 19/20-04-26, Θ.9	ΨΙΑ246906Κ- ΜΙΗ	Ε0033009 - ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ). (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	50 ΤΕΜ	2.500,00 €	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	Κα ΤΣΙΛΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592900
1011/23-03-2026, ΔΣ 9/4-3-26, Θ.38	9ΚΜΔ46906Κ- 2ΝΜ	ΥΝΦ06033 - ΜΑΝΙΚΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ ΜΗΡΟΥ (ΓΙΑ ΣΠΟΝΔΗΛΩΔΕΣΙΕΣ, ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ κ.α.). (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	20 ΖΕΥΓΗ	1.280,00 €	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ	Κα ΜΗΛΙΩΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592390
1055/27-03-2026, ΔΣ 14/20-3-2026, Θ.17	6ΑΗΨ46906Κ- Τ86	ΥΝΦ0603301 - ΜΑΝΙΚΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΣΦΥΡΑ (ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (8) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	30 ΖΕΥΓΗ	960,00 €	ΜΕΘ	Κα ΒΡΕΤΤΟΥ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592869

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.
3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
4. Γλώσσα: **Ελληνική**
5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη τους παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, τους Αποθήκες τους Υπηρεσίας τους.
6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά.
7. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια με υποχρεωτική ανάρτηση στην ΕΔΗΤ.

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ 1606/11-05-2026

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Βασικές Προδιαγραφές & Απαιτήσεις

- **Πιστοποίηση & Άδειες:** Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει άδεια παραγωγής από τον Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό φορέα. Όλα τα υλικά πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα (ISO).
- **Ποιότητα Υλικών:** Το βαμβάκι και οι γάζες πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας **Ελληνικής Φαρμακοποιίας** (π.χ. υδρόφιλο, λευκασμένο, χωρίς ξένα σώματα).
- **Αποστείρωση:** Για τα αποστειρωμένα είδη, η διαδικασία πρέπει να επιτρέπει τη χρήση σε θερμοκρασίες έως 134°C (σε κλιβάνους ατμού) και να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της συσκευασίας.
- **Σήμανση & Συσκευασία:** Κάθε συσκευασία πρέπει να αναγράφει υποχρεωτικά:
 - ο Την ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
 - ο Τον αριθμό παρτίδας (Lot number).
 - ο Τις διαστάσεις και το βάρος του υλικού.

E0005038 - ΕΛΑΣΤ. ΕΠΙΔΕΣΜ. 10ΕΚ X 2,7-4Μ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ,ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 65% ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΝΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Η ΕΠΙΜΥΚΗΝΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΜΟΥ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΚΟΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΥΚΝΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΡΡΗΓΝΥΕΤΑΙ.ΟΙ ΠΑΡΥΦΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ

ΞΕΦΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ. ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 2,7 ΕΩΣ 4m ΣΕ ΤΑΝΥΣΜΟ. ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΣ 10cm. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ clips ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΕΛΟΦΑΝ. Να φέρει σήμανση CE

E0005039 - ΕΛΑΣΤ. ΕΠΙΔΕΣΜ. 12ΕΚ X 2,7-4Μ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ,ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 65% ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΝΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Η ΕΠΙΜΥΚΗΝΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΜΟΥ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΚΟΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΥΚΝΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΡΡΗΓΝΥΕΤΑΙ.ΟΙ ΠΑΡΥΦΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΦΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ. ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 2,7 ΕΩΣ 4m ΣΕ ΤΑΝΥΣΜΟ. ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΣ 12cm. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ clips ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΕΛΟΦΑΝ. Να φέρει σήμανση CE

E0005070 - ΕΛΑΣΤ. ΕΠΙΔΕΣΜ. 6ΕΚ X 2,7-4Μ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ,ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 65% ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΝΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Η ΕΠΙΜΥΚΗΝΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΜΟΥ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΚΟΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΥΚΝΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΡΡΗΓΝΥΕΤΑΙ.ΟΙ ΠΑΡΥΦΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΦΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ. ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 2,7 ΕΩΣ 4m ΣΕ ΤΑΝΥΣΜΟ. ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥΣ 6cm. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΑ clips ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΕΛΟΦΑΝ. Να φέρει σήμανση CE

E0009016 - ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΕΡΙΤ. ΓΥΨ (ΣΥΝΘΕΤ) 15-18ΕΚΧ2-4Μ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΓΥΨΟΥ. ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΔΙΑΒΡΑΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΑΙ ΔΙΑ ΚΛΙΒΑΝΙΣΜΟΥ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ:15-185ΕΚΧ2-4Μ ΠΕΡΙΠΟΥ.

ΕΝΤΟΛΗ 1607/11-05-2026

E0033009 Το σύστημα στήριξης κεφαλής να αποτελείται από μαξιλάρι προσώπου μίας χρήσεως, κέλυφος τοποθέτησης μαξιλαριού και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος καθρέπτη

Μαξιλάρι προσώπου μίας χρήσεως. Να είναι κατασκευασμένο από μαλακό, ενιαίο αφρώδες υλικό Να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό για την ανακατανομή των εφαρμοζόμενων πιέσεων στο μέτωπο και στην περιοχή των ζυγωματικών του ασθενούς και να μην ασκεί πίεση, προστατεύοντας τα ευαίσθητα νεύρα, στην περιοχή των ματιών και της κάτω γνάθου. Να μην περιέχει Latex

Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία, έτοιμο προς χρήση και βάρος ≤ 250 gr

Να διατίθεται σε μεγέθος για ενήλικες και παιδιά άνω των οκτώ (08) ετών,.

Να προσφέρεται μαζί με το μαξιλάρι από την εταιρία, Κέλυφος τοποθέτησης μαξιλαριού

Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό. Ελαφριά κατασκευή βάρους ≤ 450 gr

Ρυθμιζόμενος καθ' ύψος καθρέπτης

Δυνατότητα προσαρμογής καθρέπτη με ρύθμιση κατ' ύψος σε τέσσερα σημεία, για δυνατότητα τοποθέτησης του αυχένα του ασθενούς σε ουδέτερη στάση.

Κατασκευή καθρέπτη από ανθεκτικό υλικό Να διαθέτει αντιολισθητική βάση και εικονογραφημένες οδηγίες χρήσεως επί τηςβάσης της συσκευής.

Επίδειξη και χρήση του προσφερόμενου είδους.

Περισκελίδες μηρού μηχανικής συμπίεσης για την προφύλαξη εν τω βάθει θρομβώσεων Comfort

Περισκελίδες από τον μηρό ως τα σφυρά να αποτελούνται από 3 αεροθαλάμους που να καλύπτουν την κάτω γαστροκνημία, την άνω γαστροκνημία και μέρος του μηρού.

Η ύφανση τους να είναι τριών στρώσεων, το κατώτερο τμήμα να αποτελείται από μαλακό (Comfort/Soft) υλικό με μικρές οπές που να επιτρέπουν τον αερισμό του δέρματος μέσω αυτών, το μεσαίο να αποτελείται από PVC με οπές εξαερισμού και το ανώτερο από μαλακό ύφασμα με μεγαλύτερες οπές για να παρέχει αίσθημα δροσιάς στον ασθενή

Να έχουν την δυνατότητα αφαιρώντας αποσπώμενο τμήμα να μετατραπούν σε περικνημίδες.

Να φέρουν CE και να υποστηρίζονται από τουλάχιστον 3 κλινικές μελέτες.

Να μην φέρουν foot cuff για αποφυγή εφίδρωσης ή πιθανής δυσσομίας.

Να λειτουργεί με απόλυτη αυτονομία και στο ένα σκέλος μόνο, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Οι αεροθάλαμοι να πληρώνονται με αέρα περιμετρικά, σταδιακά, με φορά απ' τον αστράγαλο προς το γόνατο να ασκούνται τρεις διαφορετικές πιέσεις κατά μήκος της περισκελίδας και ο συνολικός χρόνος συμπίεσης να είναι 11 sec.

Στην περιοχή του γονάτου να υπάρχει άνοιγμα τόσο προς διευκόλυνση των κινήσεων του ασθενή όσο και προς αποφυγή υπερβολικής συμπίεσης στα αγγεία της περιοχής που είναι επιφανειακά.

Η συμπίεση να ασκείται σ' όλη την περιφέρεια του άκρου εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή απόδοση και συγκεκριμένα η πίεση που ασκείται να είναι διαφορετική για την περιοχή του αστραγάλου, γάμπας και μηρού (45, 40 και 30mmHg) σύμφωνα με τις κλινικές μελέτες που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο και υποστηρίζουν την αναγκαιότητα εφαρμογής διαφορετικής πίεσης ανά τμήμα της περισκελίδας. Η εφαρμογή τους να αποδίδει όγκο κυκλοφορίας αίματος >7,5 l/h.

Να έχουν τη δυνατότητα μέτρησης του χρόνου επαναπλήρωσης του αγγείου με εξατομικευμένο τρόπο για κάθε ασθενή ώστε να προσαρμόζεται αναλόγως ο κύκλος συμπίεσης – αποσυμπίεσης . Συγκεκριμένα ο χρόνος επαναπλήρωσης να καθορίζεται από την μεταβολή του όγκου στο πόδι η οποία ανιχνεύεται από την αλλαγής της πίεσης στον αεροθάλαμο του γαστροκνημίου . Να περιγράφεται η μέθοδος ακριβώς προς αξιολόγηση.

Οι περισκελίδες/περικνημίδες και τα μηχανήματα που απαιτούνται ως συνοδος εξοπλισμος θα πρέπει να είναι σύμμορφα με τα UL60601-1, CSA C22.2 NO. 60601-1: 2014, EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + AMD 1(2012) και IEC 60601-1-2:2007 Standards UL Classified File # E351453.

Η λειτουργία της συσκευής να είναι αυτοματοποιημένη και να λειτουργεί με το άνοιγμα ενός κουμπιού στις προαναφερόμενες πιέσεις (45 ,40 και 30mmHg) χωρίς περαιτέρω ρυθμίσεις.

ΕΝΤΟΛΗ 1055/27-03-2026

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΩΝ ΚΝΗΜΗΣ

1. Να διαθέτουν τουλάχιστον 2 θαλάμους 45-40mmHg
2. Να προσφέρονται εναλλακτικά και περισκελίδες μηρού εφόσον ζητηθούν με τουλάχιστον 3 θαλάμους
3. Η περισκελίδα να έχει τη δυνατότητα χρόνου επαναπλήρωσης του αγγείου χωρίς να μεταβάλλεται ο χρόνος αποπλήρωσης και ο κύκλος θεραπείας .
4. Οι αεροθάλαμοι να πληρώνονται με αέρα περιμετρικά , σταδιακά, με φορά από τον αστράγαλο προς το γόνατο με διαφορετικές πιέσεις κατά μήκος της περισκελίδας με συνολικό χρόνο συμπίεσης 11sec
5. Να διαθέτουν CE MARK
6. Η ημερομηνία λήξης των περισκελίδων να είναι τουλάχιστον ένα έτος από την παράδοση τους
7. Να είναι κατασκευασμένες από υλικό latex free που αναπνέει ώστε να αποφεύγεται η εφίδρωση και κατ' επέκταση η δυσσομία
8. Να αφήνουν ελεύθερο το πέλμα
9. Να προσφερθούν όλα τα διαθέσιμα μεγέθη
10. Το μηχάνημα να διαθέτει μπαταρία αυτονομίας τουλάχιστον 5 ωρών
11. Η εταιρεία υποχρεούται να διαθέσει δωρεάν συνοδό εξοπλισμό ανάλογο με τις ανάγκες των τμημάτων, με την παραγγελία των αναλωσίμων.