



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592158
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 8643

Πειραιάς: 26/05/2026

Δημόσια ανοικτή διαδικασία
συλλογής προσφορών υλικών
(ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	29/05/2026
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1268/07-04-2026, ΔΣ 14/20-03-2026, Θ.ΕΗΔ.6	Ψ4ΠΠ46906Κ- ΖΔΘ	21005077 - ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ MINDRAY ΡΜ 60	1 ΤΕΜ	50,00 €	ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592476
1031/23-03-2026, ΔΣ 9/04-03-2026, Θ.57	68ΖΠ46906Κ- ΚΑΘ	24003002 - ΓΥΑΛΙΑ ΝΥΣΤΑΓΜΟΥ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	1 ΤΕΜ	700,00 €		
1033/23-03-2026, ΔΣ 9/04-03-2026, Θ.57	6ΜΛΡ46906Κ- Υ5Ψ	24016029 - ΠΙΠΕΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 10μl (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	1 ΤΕΜ	100,00 €		
		24016035 - ΠΙΠΕΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 25-50μl (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	1 ΤΕΜ	200,00 €		
1264/07-04-2026, ΔΣ 14/20-03-2026, Θ.ΕΗΔ.6	ΨΒΡΨ46906Κ- Β6Ι	12002021 - ΔΟΧΕΙΑ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΑΣ 250ml ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ min-max	300 ΤΕΜ	930,00 €	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592130
1030/23-03-2026, ΔΣ 9/04-03-2026, Θ.57	ΨΦ8Ι46906Κ- 9Α0	21014209 - ΑΝΑΜΕΙΚΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ - ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΟΠΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΙΝΟΧ	1 ΤΕΜ	200,00 €		

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.
3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
4. Γλώσσα: **Ελληνική**
5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη τους παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, τους Αποθήκες τους Υπηρεσίας τους.
6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ **1031/23-03-2026**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΥΑΛΙΑ ΝΥΣΤΑΓΜΟΥ FRENZEL

- Να είναι ασύρματο και να μην δεσμεύεται με παροχή ρεύματος
- Να διαθέτει μάσκα κοκκάλινη
- Να διαθέτει 2 μεγεθυντικούς φακούς
- Να διαθέτει 2 λαμπάκια 4V
- Η ένταση του φωτισμού να ρυθμίζεται με διακόπτη ροοστατικά
- Να φέρει εγγύηση για δύο (2) έτη

ΕΝΤΟΛΗ **1033/23-03-2026**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ 25-50μl

- Σήμανση CE
- Εργονομικός σχεδιασμός, άνεση, ευκολία χρήσης και μακρά διάρκεια ζωής.
- Μικρό βάρος
- Ρυθμιζόμενη εξώθηση ρύγχους καθ' ύψος
- Συμβατή με ποικιλία ρυγχών
- Ομαλή ρύθμιση όγκου με κλιπ στα στοπ
- Ακρίβεια αποτελεσμάτων πιπεταρίσματος
- Ακριβές σύστημα βαθμονόμησης, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα
- Ταχεία και εύκολη αποσυναρμολόγηση
- Αποστειρώσιμη και ανθεκτική σε χημικές ουσίες και υπεριώδη ακτινοβολία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ 10μl

- Να διαθέτουν και κατατεθούν πιστοποιητικό CE είδους και πιστοποιητικά ISO κατασκευαστή, πιστοποιητικά ISO 9001/2015, ΔΥ8_1348_04, ISO 13485/2016, ISO 37001/2016 του προμηθευτή.
- Βήμα αλλαγής όγκου 0,5μl
- Πλήρως αποστειρώσιμη σε κλίβανο αποστείρωσης και αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία
- Να διαθέτει σύστημα click-stop για ψηφιακή ρύθμιση όγκου
- Εργονομικός σχεδιασμός, ελαφρύ βάρος και απαλή κίνηση του εμβόλου.
- Η λειτουργία του εμβόλου να επιτρέπει την «τεχνική αντίστροφης πιπέτας».
- Βαθμονόμηση σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 12650 & EN – ISO 8655.
- Υψηλή ακρίβεια και επαναληψιμότητα.
- Ατομικός σειριακός αριθμός. Μόνιμα σημειωμένος σε κάθε πιπέτα.
- Βαθμονόμηση στην πιπέτα
- Χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση
- Να είναι συμβατή με τα ρύγχη του εργαστηρίου