



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592158
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 9772/12-06-2026

Πειραιάς: 15/06/2026

Δημόσια ανοικτή διαδικασία
συλλογής προσφορών υλικών
(ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	18/06/2026
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1745/28-05-2026, ΔΣ 19/20-04-26, Θ.14	ΡΒΕ646906Κ- ΙΦ9	22001177 - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΦΥΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΒΙΟΥΣ	1 ΤΕΜ	80 €	ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592232
		22004006 - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΖΥΓΟΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ	1 ΤΕΜ	400 €		
		22004027 - ΟΡΧΙΔΟΜΕΤΡΟ	1 ΤΕΜ	100 €		
		22004097 - ΦΟΡΗΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΤΣΕΠΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED ΕΠΑΝΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ	1 ΤΕΜ	300 €		
		22006280Ν - ΔΥΟ ΦΟΡΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ: * ΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ (15-21cm), * ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (12-16cm), * ΜΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (25-34cm), * ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (32-43cm). (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	2 ΤΕΜ	200 €		
1746/28-05-2026, ΔΣ 19/20-04-2026, Θ.12	ΡΠΘΝ46906Κ- ΖΥ3	22002414 - ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	1 ΤΕΜ	2.000 €	ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592232
1033/23-03-2026, ΔΣ 9/4-3-2026, Θ.57, (2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)	6ΜΛΡ46906Κ- Υ5Ψ	24016029 - ΠΙΠΕΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 10μl (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	1 ΤΕΜ	100 €		
		24016035 - ΠΙΠΕΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 25-50μl (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	1 ΤΕΜ	200 €		

1738/28-05-2026, ΔΣ 21/06-05-2026, Θ.ΕΗΔ.7	9ΟΠ646906Κ- ΜΨ5	22005052 - ΛΑΜΠΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 40W 22.8V G 6,35	60 ΤΕΜ	900 €		
--	--------------------	--	--------	-------	--	--

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.
3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
4. Γλώσσα: **Ελληνική**
5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη τους παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, τους Αποθήκες τους Υπηρεσίας τους.
6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ´
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ **1745/28-05-2026**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ

Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή οθόνη και να απεικονίζει:

Συστολική πίεση.

Διαστολική πίεση.

Αριθμό καρδιακών παλμών.

Το εύρος μετρήσεως να είναι από 15-255 mmHg.

Να διαθέτει συναγερμό για όλες τις λειτουργίες.

Να συνοδεύεται από τέσσερις (4) περιχειρίδες, παιδική (12-16), μικρή (15-21), μεσαία και μεγάλη ενηλίκων.

Να λειτουργεί με απλές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Να διαθέτει CE MARK.

Να είναι τοποθετημένο σε τροχήλατη βάση

Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.

ΕΝΤΟΛΗ **1033/23-03-2026**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ 25-50μl

- Σήμανση CE
- Εργονομικός σχεδιασμός, άνεση, ευκολία χρήσης και μακρά διάρκεια ζωής.
- Μικρό βάρος

- Ρυθμιζόμενη εξώθηση ρύγχους καθ' ύψος
- Συμβατή με ποικιλία ρυγχών
- Ομαλή ρύθμιση όγκου με κλιπ στα στοπ
- Ακρίβεια αποτελεσμάτων πιπεταρίσματος
- Ακριβές σύστημα βαθμονόμησης, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα
- Ταχεία και εύκολη αποσυναρμολόγηση
- Αποστειρώσιμη και ανθεκτική σε χημικές ουσίες και υπεριώδη ακτινοβολία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΑ 10μl

- Να διαθέτουν και κατατεθούν πιστοποιητικό CE είδους και πιστοποιητικά ISO κατασκευαστή, πιστοποιητικά ISO 9001/2015, ΔΥ8_1348_04, ISO 13485/2016, ISO 37001/2016 του προμηθευτή.
- Βήμα αλλαγής όγκου 0,5μl
- Πλήρως αποστειρώσιμη σε κλίβανο αποστείρωσης και αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία
- Να διαθέτει σύστημα click-stop για ψηφιακή ρύθμιση όγκου
- Εργονομικός σχεδιασμός, ελαφρύ βάρος και απαλή κίνηση του εμβόλου.
- Η λειτουργία του εμβόλου να επιτρέπει την «τεχνική αντίστροφης πιπέτας».
- Βαθμονόμηση σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 12650 & EN – ISO 8655.
- Υψηλή ακρίβεια και επαναληψιμότητα.
- Ατομικός σειριακός αριθμός. Μόνιμα σημειωμένος σε κάθε πιπέτα.
- Βαθμονόμηση στην πιπέτα
- Χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση

- Να είναι συμβατή με τα ρύγχη του εργαστηρίου

ΕΝΤΟΛΗ 1746/28-05-2026

Συσκευή ελέγχου διαβητικής νευροπάθειας που:

- Να πραγματοποιεί έλεγχο σε έξι σημεία του πέλματος
- Να διαθέτει αλγόριθμο που ταξινομεί τον ασθενή στην κατηγορία χαμηλού-μέσου-υψηλού κινδύνου.
- Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη και να συνδέεται μέσω Bluetooth με ηλεκτρονική συσκευή για αποθήκευση των αποτελεσμάτων αναφορών / ανά ασθενή
- Να πραγματοποιεί συγκριτικό έλεγχο των ασθενών βάσει προηγούμενων μετρήσεων

Τεχνικά χαρακτηριστικά συσκευής ελέγχου διαβητικής νευροπάθειας (κατά προσέγγιση).

1. Ενσωματωμένη οθόνη με ενεργοποιημένο Bluetooth.
3. Δονητικό Ερέθισμα 25 επιπέδων, μετατόπιση έως 6mm
4. Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
5. Καθετήρας δόνησης.
6. Χρόνος φόρτισης έως 5 ώρες
7. Συνδεσιμότητα Bluetooth
8. Βάρος μέχρι 0,4 kg περίπου και διαστάσεις περίπου (+/- 10 mm)
230mm(L) x 60mm(W) x 40mm(H)