



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΗΛ: 210 – 4592350
[Email : i.mosxopoulou@tzaneio.gov.gr](mailto:i.mosxopoulou@tzaneio.gov.gr)

Αριθμ. Πρωτ. :11739

Πειραιάς:20-7-2026

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	24-7-2026
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια **υλικών** με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας i.mosxopoulou@tzaneio.gov.gr .

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

Ε.Α	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ	ΑΔΑ	Προϋπολογισμός	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
184	16/01-4- 2026,017	ΡΛΒ546906 Κ-04Η	1.350,00€+ΦΠΑ ΤΙΜΗ/ΤΜΧ:45,00	ΚΩΔ:ΥΚ086003 ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ:24.6.49 <u>ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄</u>	30	ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	Κα ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ 2104592453

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

22/7/2026

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.
3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
4. Γλώσσα: **Ελληνική**
5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ' εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά:
7. «Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για **διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική**».
8. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 52445 ΕΞ2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια με υποχρεωτική ανάρτηση στην ΕΔΗΤ.

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΕΟΦ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.Χ

- 1 τμχ πεδίο ενισχυμένο, αδιάβροχο, διαστάσεων 200cm πλάτος x 25 cm μήκος.
- Να είναι κατασκευασμένο από υλικό non woven Biflex 56gr/m2(+/-3) με υφή και συμπεριφορά υφάσματος
- Να είναι ανθεκτικό στο σχίσιμο, να μη βγάζει χνούδι μετά τη διαβροχή του και να μην είναι υδρόφοβο, αλλά απορροφητικό.
- Να φέρει : α) δυο στρογγυλές οπές 12 cm μηριαίας προσπέλασης, σε απόσταση 15 cm μεταξύ τους και σε απόσταση 125 cm από την κορυφή του πεδίου, καλυμμένες με αποσπώμενο αυτοκόλλητο 20 cmx20cm, β) δύο στρογγυλές οπές 9 cm κερκιδικής προσπέλασης, σε απόσταση 77 cm μεταξύ τους και σε απόσταση 82 cm από την κορυφή του πεδίου, καλυμμένος με αποσπώμενο 15 cmx15cm γ) δύο στρογγυλές οπές 9 cm βραχιόνιας προσπέλασης, σε απόσταση 18 cm μεταξύ τους και σε απόσταση 67,5 cm από την κορυφή του πεδίου, καλυμμένες με αποσπώμενο αυτοκόλλητο 15 cmx15cm
- 1τμχ πλαστικό δίσκο 3000ml,(30x21x6.4cm), εξ' ολοκλήρου διαφανή και ανθεκτικό στο χειρισμό
- 1 τμχ μπωλ 250 ml, ανθεκτικό στο χειρισμό
- 20τμχ γάζες 10x10cm8ply και από 100% βαμβάκι
- 2τμχ σπόγγους καθαρισμού 21,5cm με πλαστική λαβή
- 1 τμχ μεταλλική λαβίδα 15cm
- 1τμχ νυστέρι Νο11 με πλαστική λαβή & θήκη ασφαλείας
- 1τμχ χειρουργική μπλούζα XL με μανσέτα, από υλικό Sms 43gr/m2, μήκους 135cm και περιφέρειας 150cm
- 2τμχ χειροπετσέτες από σελουλόζη 30x40cm
- 1τμχ βελόνα 18GX38mm
- 1τμχ βελόνα 21GX38mm
- 2τμχ σύριγγες Luer Lock 10ml, με βελόνα 21G
- 2τμχ σύριγγες Luer slip 10ml, με βελόνα 21G
- 1τμχ κάλυμμα τραπέζιου 100x150cm από υλικό Bliflex 56gr/m2(+/-3), αδιάβροχο, όχι υδρόφοβο, αλλά απορροφητικό.
- Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή & ευρωπαϊκά πρότυπα ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019, EN13795-1:2019, EN ISO 11135:2014, EN 556-1:2001, EN ISO 15223-1:2016, EN ISO 11737-1:2018, EN ISO 11737-2:2020, EN ISO 14644-1:2015, EN ISO 14644-2:2015, EN17141:2020, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-7:2008, EN ISO 10993-10:2010,

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

EN ISO 20417:2021, EN ISO 20417-1:2020, EN ISO 20417-2:2020, EN ISO 62366-1:2015. Να περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Φυλλάδιο (DATA SHEET) του κατασκευαστή για το προϊόν, το οποίο να κατατεθεί.

- Να φέρει πιστοποίηση CE από κοινοποιημένο οργανισμό. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό.
- Όλα τα παραπάνω να περιέχονται σε ενιαία αποστειρωμένη συσκευασία. Η εξωτερική πλευρά της συσκευασίας του προϊόντος να φέρει ανεξίτηλη ετικέτα του κατασκευαστή με πληροφορίες για την ασφαλή και ορθή χρήση του προϊόντος, πχ πληροφορίες επισήμανσης (ένδειξη αποστειρωμένο, μέθοδος αποστείρωσης, σήμανση CE με τον τετραψήφιο αριθμό τουλάχιστον δύο αυτοκόλλητα στικάκια με απαραίτητα στοιχεία για τη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας ή/και πιθανής ανάκλησης του προϊόντος, όπως ημ/νια αρχής & λήξης αποστείρωσης, κωδικός REF προϊόντος, παρτίδα LOT, επωνυμία κατασκευαστή και ο μοναδικός κωδικός για αποκλειστική ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά και διευκολύνει την ιχνηλασιμότητά τους. Ο κωδικός UDI να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: αναγνωριστικό κωδικό ιατροτεχνολογικού προϊόντος (UDI-DI), αναγνωριστικό παραγωγής (UDI-PI). Αυτά να παρέχουν πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, να καθιστούν αποτελεσματικότερη την ιχνηλασιμότητά του, να επιτρέπουν την ευκολότερη ανάκλησή εφόσον απαιτηθεί, να καταπολεμούν την παραποίηση/απομίμηση βελτιώνοντας την ασφάλεια των ασθενών.
- Να πληροί το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας EN 13795-1 για τον ιματισμό μ.χ. Να κατατίθεται, κατελάχιστον, το «Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης» με το πρότυπο οργανισμό ελέγχου προτύπων

ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ (Χ2ΤΜΧ) ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (DATA SHEET) ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ