



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592158
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 13508/28-08-2026

Πειραιάς: 31/08/2026

Δημόσια ανοικτή διαδικασία
συλλογής προσφορών υλικών
(ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡ.)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	03/09/2026
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

- 1.** Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια **υλικών** με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.
- 2.** Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
- 3.** Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.
- 4.** Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Ε.Α.	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1168/11-8-2026, ΔΣ 35/23-07-2026, Θ.12	ΨΛΑ546906Κ-ΡΛΩ	24018003 - ΣΤΑΤΩ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 10ml 60 ΘΕΣΕΩΝ (5X12)	20 ΤΕΜ	300 €	ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ	Κα. ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592364
829/15-7-2026, ΔΣ 19/20-04-2026, Θ.36	97ΦΡ46906Κ-ΕΖΖ	21002184 - ΛΙΠΟΣΥΛΕΚΤΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	1 ΤΕΜ	300 €	ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592130
588/2-7-2026, ΔΣ 28/10-6-2026, Θ.18	ΡΝΗΤ46906Κ-ΣΩ6	21010039 - ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	5 ΤΕΜ	700 €		
1207/12-8-2026, ΔΣ 32/01-07-2026, Θ.45	9ΦΘΚ46906Κ-71Ψ	12002039 - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚ. 1,5 ΤΥΠ.ΑΑ/LR6	5000 ΤΕΜ	1.000 €	ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592232
		12002038 - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚ. 1,5 ΤΥΠ.ΑΑΑ/LR03	5000 ΤΕΜ	1.000 €		
		12002050 - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ 3VOLT CR/2032	400 ΤΕΜ	80 €		
		12002041 - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚ. 1,5 ΤΥΠ. LR14	150 ΤΕΜ	150 €		
		12002049 - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ 9 VOLT	60 ΤΕΜ	60 €		
		12002142 - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ -LR45 80 ΤΕΜΑΧ. -LR43 80 ΤΕΜΑΧΙΑ	160 ΤΕΜ	48 €		
		12002140 - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ -ΑΑΑ LR03 60 ΤΕΜΑΧΙΑ -ΑΑ LR06 20 ΤΕΜΑΧΙΑ	80 ΤΕΜ	140 €		
1211/12-8-2026, ΔΣ 32/1-7-2026, Θ.45	ΕΞΨΓ46906Κ-ΓΞΥ	22002300 - ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	2 ΤΕΜ	2.500 €		
1215/12-8-2026, ΔΣ 28/10-6-2026, Θ.16	ΕΡΚΘ46906Κ-Δ1Λ	22002244 - ΦΟΡΗΤΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ	40 ΤΕΜ	400 €		
		22006280SN - ΠΙΕΣΣΟΜΕΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	40 ΤΕΜ	800 €		

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο

Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.
3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.
4. Γλώσσα: Ελληνική
5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη τους παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, τους Αποθήκες τους Υπηρεσίας τους.
6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ , μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
7. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016) με υποχρεωτική ανάρτηση στην ΕΔΗΤ.
8. Κωδικός ενιαίας κωδικοποίησης ΕΚΑΠΥ.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ´
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ '
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 829/15-07-2026

ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 100lt

Λιποσυλλέκτης ανοξείδωτος σχεδιασμένος για διαχωρισμό λαδιών και λίπους σε εγκαταστάσεις εστίασης.

Διαστάσεις κουτιού λιποσυλλέκτη περίπου: 780x435x476mm (Μήκος x Πλάτος x Ύψος)

Σύνδεση: Η διάμετρος εισόδου και εξόδου να είναι 20mm.

Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους και επάρκεια ανταλλακτικών 10 έτη.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 588/02-07-2026

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ

- Τροχήλατη καρέκλα γραφείου με μεταλλική τροχήλατη πεντακτινωτή βάση μαύρου χρώματος μεταλλική χρωμίου με μηχανισμό τριπλής λειτουργίας για τη ρύθμιση ύψους, με ανάκληση πλάτης (relax) και με δυνατότητα σταθεροποίησης στην όρθια θέση της καρέκλας, μέσω εργονομικού μοχλού κάτωθι της έδρας.

- Πλάτη ύψους 60 cm ,μήκος 50/46 cm συνολικού ύψους 112/122 cm επένδυση δερματίνης μαύρου χρώματος.
- Οι καρέκλες θα φέρουν μπράτσα PU μαύρου χρώματος δερματίνης 67/75 cm και εσωτερικά 18 cm περίπου .
- Εξωτερικές διαστάσεις : 61X72X105-115 cm περίπου.
- Καθίσματος διαστάσεις : 51X51 cm περίπου.
- Απόσταση ύψους- εδάφους – έδρας από 48-58 cm περίπου.
- Τροχοί δίδυμοι μαύροι υψηλής αντοχής.

Στα τροχήλατα καθίσματα γραφείου να δοθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος εγγύησης καλής λειτουργίας .

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 1211/12-08-2026

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΥΠΕΡΗΧΟΥ

Να παράγει εκτυπώσεις μεγέθους Α6 σε περίπου 2 δευτερόλεπτα,

Να έχει εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης

Να έχει ανάλυση 325 dpi και γκρίζο επίπεδο 256 βημάτων.

Να **μπορεί** να λαμβάνει τόσο αναλογικά όσο και ψηφιακά σήματα βίντεο.

Να δουλεύει με 110-240 V aC, 50/60 Hz

Να έχει διαστάσεις 160 x 240 x 90 mm, για ευέλικτη ενσωμάτωση σε τροχήλατα τραπέζια.

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 1215/12-08-2026

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ

Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή οθόνη και να απεικονίζει:

Συστολική πίεση.

Διαστολική πίεση.

Αριθμό καρδιακών παλμών.

Το εύρος μετρήσεως να είναι από 15-255 mmHg.

Να διαθέτει συναγερμό για όλες τις λειτουργίες.

Να λειτουργεί με απλές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Να συνοδεύεται από 2 περιχειρίδες MEDIUM.

Να διαθέτει CE MARK.

Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.