



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αριθμ. Πρωτ.:15964

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Πειραιάς:05-10 -2026

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΤΗΛ: 210 – 4592576

Email: d.stratou@tzaneio.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΘ_ΑΝ

(ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Α. 2212/21-09-2026 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚ. 15797/02-10-2026)

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	07-10-2026
ΩΡΑ:	14:00 μ.μ.

1. Αναρτώνται προς ενημέρωση οι **επιπλέον προδιαγραφές** της Έρευνας αγοράς 2212/21-09-2026 που αναρτήθηκαν με αριθμό πρωτοκόλλου 15797/02-10-2026.
2. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο e-mail της Υπηρεσίας d.stratou@tzaneio.gov.gr**
3. Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής προσφοράς στο παραπάνω e-mail παρακαλώ να αποσταλεί στο e-mail **ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟ promithion@tzaneio.gov.gr**

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ <u>ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ</u>	Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΖΑΝΕΙΟ <u>ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ</u>

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr Προμήθειες - > Μικροπρομήθειες)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ε.Α. 2212/21-09-2026

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Διάλυμα που να περιέχει διττανθρακικά, χωρίς οξικά-γαλακτικά, κατάλληλο για τη θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, σε σάκκους δύο διαμερισμάτων των 5 λίτρων ελεύθερους πυρετογόνων, αποστειρωμένους και ατομικά συσκευασμένους στις παρακάτω συνθέσεις: με και χωρίς Κάλιο, με και χωρίς γλυκόζη.

Να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας Ε.Ο.Φ.

Κάθε σάκος να βρίσκεται σε ατομική συσκευασία.

Να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ουσιών από τους θεράποντες, χωρίς πρόβλημα.

Η ανάμιξη των δύο διαμερισμάτων να είναι απλή, γρήγορη.

1^{ος} Θάλαμος (mmol/L)

Sodium	129	129
Potassium	0	2.67
Calcium	2.33	2.33
Magnesium	0.667	0.667
Chloride	145.7	148.4
Glucose	0	7.4

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ	Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΖΑΝΕΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ

2^{ος} Θάλαμος (mmol/L)

Sodium	173	173
Bicarbonate	160	160

Τελικό Διάλυμα έτοιμο προς χρήση (mmol/L)

Sodium	140	140
Potassium	0	2
Calcium	1.75	1.75
Magnesium	0.5	0.5
Chloride	109.3	111.3
Bicarbonate	35	35
Glucose	0	5.55
Osmolarity	287	296
PH	7.4	7.4

Τα διαλύματα να έχουν έγκριση ΕΟΦ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ <u>ΚΟΣΚΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ</u>	Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΖΑΝΕΙΟ <u>ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ</u>