ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 - 4592158
Email: mprom1@tzaneio.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ. 18298

Πειραιάς: 10/11/2026

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του ΑΠ.18165/2026 ως προς την Ε.Α. 2540/2026
(ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	**Ανοικτή**
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	**Η χαμηλότερη τιμή**
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	**12/11/2026**
ΩΡΑ:	**12:00 μ.μ.,**
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	**Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ**

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια **υλικών** με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών**, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές).**

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας **στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr**
Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄**
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄**

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: **www.tzaneio.gov.gr**).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Ε	ΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2095/09-09-2026, ΔΣ 19/20-4-26, Θ.14 (2η ΑΝΑΡΤΗΣΗ)	ΕΛΡ346906Κ-ΙΒΨ, ΨΥΜΖ46906Κ-8Α8, Ψ7ΕΟ46906Κ-ΝΞΦ	22001177 - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΦΥΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ BABIUS Ky	1 ΤΕΜ	80 €	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592476
		22004027 - ΟΡΧΙΔΟΜΕΤΡΟ PRADER	1 ΤΕΜ	100 €		
		22004097 - ΦΟΡΗΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΤΣΕΠΗΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED ΕΠΑΝΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ	1 ΤΕΜ	300 €		
		22006280Ν - ΔΥΟ ΦΟΡΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ (1 ΤΕΜ. ΠΑΙΔΙΚΗ (15-21cm), 1 ΤΕΜ. ΜΙΚΡΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (12-16cm), 1 ΤΕΜ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ (25-34cm), 1 ΤΕΜ. ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (32-43cm)) (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	2 ΤΕΜ	200 €		
2540/08-10-2026, ΔΣ 40/09-09-2026, Θ.8	ΨΔ0Φ46906Κ-ΝΑ6	21008201 – ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	1 ΤΕΜ	960 €		
2475/07-10-2026, ΔΣ 38/26-08-2026, Θ.48	ΡΙΙΦ46906Κ-ΥΡΦ	22006280SN - ΠΙΕΣΣΟΜΕΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΤΑΠΕΖΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	5 ΤΕΜ	200 €		
2236/22-09-2026, ΔΣ 32/01-07-2026, Θ.45	9ΒΣ146906Κ-Ι90	22002210SN - ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)	3 ΤΕΜ	2.400,00 €		
2112/10-09-2026, ΔΣ 28/10-06-2026, Θ.16	9ΑΑ446906Κ-5ΘΤ	21008120 - ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΤΗΜΑ Δ)	1 ΤΕΜ	240,00 €	ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592130
2274/24-09-2026, ΔΣ 34/15-07-2026, Θ.ΕΗΔ.15	Ρ09Ν46906Κ-ΗΗΞ	21008048 - ΣΤΑΤΩ ΟΡΡΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ 2 ΑΓΓΙΣΤΡΩΝ ΜΕ ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΜΝΟ ΥΨΟΣ (ΑΝ.ΧΑΛΥΒΑ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΔΙΑ)	10 ΤΕΜ	800,00 €		

*** ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ.
3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
4. Γλώσσα: **Ελληνική**
5. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη τους παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξαίρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, τους Αποθήκες τους Υπηρεσίας τους.
6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
7. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/4.4.2023 ΚΥΑ (Β' 2385) οι οικονομικοί φορείς **υποχρεούνται** να εκδίδουν **ηλεκτρονικά τιμολόγια για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων (Ν.4412/2016) με υποχρεωτική ανάρτηση στην ΕΔΗΤ.**
8. Κωδικός ενιαίας κωδικοποίησης ΕΚΑΠΥ.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ **2095/09-09-2026**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ

Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή οθόνη και να απεικονίζει:

Συστολική πίεση.

Διαστολική πίεση.

Αριθμό καρδιακών παλμών.

Το εύρος μετρήσεως να είναι από 15-255 mmHg.

Να διαθέτει συναγερμό για όλες τις λειτουργίες.

Να συνοδεύεται από τέσσερις (4) περιχειρίδες, παιδική (12-16), μικρή (15-21), μεσαία και μεγάλη ενηλίκων.

Να λειτουργεί με απλές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Να διαθέτει CE MARK.

Να είναι τοποθετημένο σε τροχήλατη βάση

Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.

ΕΝΤΟΛΗ **2112/10-09-2026**

1. Εγγύηση 2 έτη
2. Ατσάλινος σταθερός σκελετός
3. Ρυθμιζόμενα περιστρεφόμενα υποπόδια

4. Με υφασμάτινο κάθισμα και εσωτερική πλενόμενη μαύρη
5. Μέγιστος βάρος ασθενή 150 κιλά
6. Πλάτος καθίσματος περίπου 45 cm
7. Βάθος καθίσματος περίπου 40 cm
8. Εξωτερικό πλάτος περίπου 56 cm
9. Βάρος αμαξιδίου έως 18 κιλά
10. Μεγάλοι συμπαγείς πίσω τροχοί 12΄΄ quick release με φρένο ακινητοποίησης
11. Μπροστινοί τροχοί 8΄΄ Χ 2΄΄ συμπαγείς ενισχυμένοι (200Χ500 ΜΜ)
12. Επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη
13. Η κατασκευάστρια εταρεία να έχει ακολουθήσει τους κανόνες ISO της ΕΕ

ΕΝΤΟΛΗ **2236/22-09-2026**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ

ΜΟΝΙΤΟR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας , να συνοδεύεται από τροχήλατη βάση και να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας προς αξιολόγηση.
2. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες και παιδιά και να παραδοθεί με τα κατάλληλα εξαρτήματα για την λειτουργία του .
3. Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz. και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία ενσωματωμένη στο μόνιτορ για τουλάχιστον 6 ώρες.
4. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 8 ΄΄ με απεικόνιση τουλάχιστον οκτώ διαφορετικών κυματομορφών ταυτόχρονα και τις αντίστοιχες ψηφιακές τιμές των παρακολουθούμενων παραμέτρων.
5. Να έχει δυνατότητα οθόνης αφής η οποία να προσφερθεί προς επιλογή.

6. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης μεγάλων ψηφιακών ενδείξεων, έτσι ώστε να είναι ορατές από απόσταση, να έχει δυνατότητα απεικόνισης των κυματομορφών με διάφορα χρώματα επιλογής του χειριστή.
7. Να διαθέτει 4 τουλάχιστον ταχύτητες απεικόνισης των κυματομορφών, με δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας για κάθε απεικονιζόμενη κυματομορφή.
8. Ο χειρισμός του να είναι απλός και να γίνεται με την βοήθεια περιστροφικού διακόπτη.
9. Να διαθέτει πλήκτρα επί της οθόνης για άμεση πρόσβαση σε προγράμματα του μόνιτορ.
10. Να αναφερθούν οι δυνατότητες χειρισμού προς αξιολόγηση.
11. Να διαθέτει οπωσδήποτε τις παρακάτω ενισχυτικές βαθμίδες :

    ηλεκτροκαρδιογραφήματος

    αναίμακτης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης

    οξυμετρίας

    θερμοκρασίας
12. Για κάθε παράμετρο που παρακολουθείται να καλύπτονται οι κάτωθι απαιτήσεις :

13. Ηλεκτροκαρδιογράφημα :

Α. Να μπορεί να δεχθεί 3πολικό η 5πολικό χωρίς να απαιτείτε η αντικατάσταση του ενισχυτή Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, σε περίπτωση χρησιμοποίησης οποιουδήποτε εκ των 2 ανωτέρω καλωδίων.

Β. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης 5πολικού καλωδίου να έχει την δυνατότητα απεικόνισης και των 7 απαγωγών στην οθόνη του μόνιτορ.

Γ. Να διαθέτει ανάλυση του διαστήματος του ST σε όλες τις παρακολουθούμενες απαγωγές και ένδειξής τους στην οθόνη καθώς και ανίχνευση αρρυθμιών, καθώς και ανίχνευση παλμού βηματοδότη.

Δ. Να παραδοθεί με 3πολικό καλώδιο και να προσφερθεί προς επιλογή το 5πολικό καλώδιο.

Ε. Σε περίπτωση αποκόλλησης μιας απαγωγής εκτός από τον συναγερμό να έχει την δυνατότητα να μεταπηδά σε άλλη απαγωγή ούτος ώστε να μην χάνεται η παρακολούθηση της κυματομορφής επί της οθόνης.

14. Αναίμακτη πίεση :

Α. Η λήψη να γίνεται κατ εντολή του χειριστή, αυτόματα με ρυθμιζόμενα διαστήματα ή χειροκίνητα καθώς και την δυνατότητα επανάληψης της λήψης (STAT) και να απεικονίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα οι τιμές της συστολικής-διαστολικής και μέσης πίεσης.

Β. Να παρέχει επίσης τον καρδιακό ρυθμό.

Γ. Να παραδοθεί με περιχειρίδες ενηλίκων και παίδων πολλαπλών χρήσεων (2 διαφορετικά μεγέθη).

15. **Οξυμετρία** :

Α. Να απεικονίζει την κυματομορφή (σφυγμικό κύμα) και την ψηφιακή τιμή του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε Οξυγόνο.

Β. Να παρέχει επίσης τον καρδιακό ρυθμό.

Γ. Να παραδοθεί με αισθητήρες ενηλίκων και παίδων πολλαπλών χρήσεων .

16. Θερμοκρασία :

Α. Να μετρά συγχρόνως δύο θερμοκρασίες .

17. Επιπλέον δυνατότητες αναβάθμισης να προσφερθούν προς επιλογή.
18. Να προσφερθεί προς επιλογή θερμικός εκτυπωτής ενσωματωμένος στο μόνιτορ τουλάχιστον 3 καναλιών.
19. Να απεικονίζει πίνακες ζωτικών σημείων TRENDS CHARTS των τελευταίων 72 ωρών τουλάχιστον και να εκτελεί υπολογισμούς διαφόρων λειτουργιών (Αιμοδυναμικών, αναπνευστικών κλπ.).
20. Να αναφερθούν οι δυνατότητες αποθήκευσης προς αξιολόγηση.
21. Να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα συναγερμών, τόσο για ιατρικούς όσο και για τεχνικούς συναγερμούς, με ρυθμιζόμενα ανώτερα και κατώτερα όρια και να διαθέτει οπτική ένδειξη η οποία να τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση συναγερμού.
22. Το λογισμικό του μόνιτορ να είναι οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα.
23. Να διαθέτει προστασία από απινιδώσεις και χειρουργική διαθερμία.
24. Το μόνιτορ να διαθέτει χειρολαβή κατάλληλη για την απευθείας τοποθέτηση του σε ράγα ή σε πλαϊνά κιγκλιδώματα φορείου ή κλίνης χωρίς καμία επιπλέον μετατροπή στο μόνιτορ.

25. Το ανωτέρω είδος να διατίθενται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004.
26. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.

ΕΝΤΟΛΗ **2540/08-10-2026**

Κυλιόμενο Σύστημα Οριζόντιας Μεταφοράς Ασθενούς (180 x 50) cm

1. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι κατασκευασμένη από ειδικό αφρώδες υλικό ώστε να προσφέρει στην μέγιστη άνεση του ασθενούς. (Να αναφερθεί)
2. Επιπλέον να είναι επενδεδυμένη με υλικό υψηλής ολίσθησης για μείωση των δυνάμεων τριβής με το εξωτερικό κάλυμμα. (Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής).
3. Να είναι ακτινοδιαπερατο και κατάλληλο για χρήση σε MRI.
4. Διάρκεια ζωής προϊόντος για τουλάχιστον οκτώ (08) έτη.
5. Η εφαρμοζόμενη δύναμη του χρήστη κατά την έλξη ή την ώθηση, να μην υπερβαίνει το 20 % του σωματικού βάρους του ασθενή.
6. Περιφερειακά να φέρει στρογγυλεμένα άκρα προστασίας.
7. Το κάλυμμα να είναι αδιάβροχο, αντιβακτηριδιακό, βραδύκαυστο και να μη περιέχει Latex.
8. Επιπλέον να είναι αντιστατικό και είναι εύκολα καθαριζόμενο με δυνατότητα απολύμανσης.
9. Να παρέχει ασφαλή μεταφορά του ασθενούς για βάρος μέχρι 240 kg
10. Η ασφαλής απόσταση μεταξύ των δύο επιφανειών μεταφοράς του ασθενούς να μην είναι μικρότερη των 20 cm.
11. Το βάρος του συστήματος μεταφοράς να είναι μικρότερο των 3 Kg (να αναφερθεί) και να είναι αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση.
12. Επιπλέον να φέρει ρυθμιζόμενους ιμάντες ανάρτησης επί του ώμου για ευκολότερη μεταφορά.
13. Διαστάσεις 180 x 50 cm.

14. Σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (Brochure και Οδηγίες Χρήσεως) του κατασκευαστικού οίκου επί ποινή αποκλεισμού. Δεκτές θα γίνονται οι τεχνικές βεβαιώσεις του κατασκευαστή μόνο στην περίπτωση που μία απαίτηση δεν προκύπτει από τα ανωτέρω ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια.
15. Η προσφορά να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά.
16. Δυνατότητα επίδειξης και χρήσης του προσφερόμενου είδους.
17. Να παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση δύο (02) τουλάχιστον ετών.
18. Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα),
19. Εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προσφερόμενων προϊόντων προς το προσωπικό του εισαγωγέα/διανομέα
20. Η κατασκευάστρια εταιρία να διαθέτει ISO 9001 και η προμηθεύτρια ISO 9001, ISO 13485, ISO 37001, να πληροί την Υ.Α Δ3(α) 4822/25 όπως τροποποιεί και κωδικοποιεί την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04 και να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
21. Να διαθέτει σήμανση εναρμόνισης προς τα οικεία ευρωπαϊκά πρότυπα CE (MDR 2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως ισχύει, ή/και με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 607/2023).

ΕΝΤΟΛΗ **2475/07-10-2026**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΜΠΡΑΤΣΟΥ

Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή οθόνη και να απεικονίζει:
Συστολική πίεση.
Διαστολική πίεση.
Αριθμό καρδιακών παλμών.
Το εύρος μετρήσεως να είναι από 15-255 mmHg.
Να διαθέτει συναγερμό για όλες τις λειτουργίες.
Να λειτουργεί με απλές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Να συνοδεύεται από 1 περιχειρίδα LARGE και 1 MEDIUM
Να διαθέτει CE MARK.
Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.